



UTG9000T系列 函数/任意波形发生器 使用手册



2021年09月

UNI-T Technologies, Inc.

序 言

尊敬的用户：

您好！感谢您选购全新的优利德仪器，为了正确使用本仪器，请您在本仪器使用之前仔细阅读本使用手册全文，特别有关“安全注意事项”的部分。

如果您已经阅读完本使用手册全文，建议您将此使用手册进行妥善的保管，与仪器一同放置或者放在您随时可以查阅的地方，以便在将来的使用过程中进行查阅。

版权信息

UNI-T 优利德科技(中国)股份有限公司版权所有。

UNI-T 产品受中国或其他国家专利权的保护，包括已取得或正在申请的专利。

本公司保留更改产品规格和价格的权利。

UNI-T保留所有权利。许可软件产品由UNI-T及其子公司或提供商所有，受国家版权法及国际条约规定的保护。本文中的信息将取代所有以前出版的资料中的信息。

UNI-T 是优利德科技(中国)股份有限公司[UNI-TREND TECHNOLOGY(CHINA) CO., LTD]的注册商标。

如果原购买者自购买该产品之日起三年内，将该产品出售或转让给第三方，则保修期应为自原购买者从 UNI-T 或授权的 UNI-T 分销商购买该产品之日起三年内。附件和保险丝等不受此保证的保护。

如果在适用的保修期内证明产品有缺陷，UNI-T 可自行决定是修复有缺陷的产品且不收部件和人工费用，或用同等产品（由 UNI-T 决定）更换有缺陷的产品。UNI-T 作保修用途的部件、模块和更换产品可能是全新的，或者经修理具有相当于新产品的性能。所有更换的部件、模块和产品将成为 UNI-T 的财产。

以下提到的“客户”是指据声明本保证所规定权利的个人或实体。为获得本保证承诺的服务，“客户”必须在适用的保修期内向 UNI-T 通报缺陷，并为服务的履行做适当安排。客户应负责将有缺陷的产品装箱并运送到 UNI-T 指定的维修中心，同时预付运费并提供原购买者的购买证明副本。如果产品要运送到 UNI-T 维修中心所在国范围内的地点，UNI-T 应支付向客户送返产品的费用。如果产品送返到任何其他地点，客户应负责支付所有的运费、关税、税金及任何其他费用。

本保证不适用于由于意外、机器部件的正常磨损、在产品规定的范围之外使用或使用不当或者维护保养不当或不足而造成的任何缺陷、故障或损坏。UNI-T 根据本保证的规定无义务提供以下服务：

a) 修理由非 UNI-T 服务代表人员对产品进行安装、修理或维护所导致的损坏；b) 修理由于使用不当或与不兼容的设备连接造成的损坏；c) 修理由于使用非 UNI-T 提供的电源而造成的任何损坏或故障；d) 维修已改动或者与其他产品集成的产品（如果这种改动或集成会增加产品维修的时间或难度）。

本保证由 UNI-T 针对本产品而订立，用于替代任何其他的明示或暗示的保证。UNI-T 及其经销商拒绝对用于特殊目的的适销性或适用性做任何暗示的保证。对于违反本保证的情况，UNI-T 负责修理或更换有缺陷产品是提供给客户的唯一和全部补救措施。无论 UNI-T 及其经销商是否被预先告知可能发生任何间接、特殊、偶然或必然的损坏，UNI-T 及其经销商对这些损坏均概不负责。

UTG9000T 系列函数/任意波形发生器简介

UTG9000T系列函数/任意波形发生器，使用DDS直接数字频率合成技术，可生成高精度、稳定、纯净、低失真的信号，还能提供高频率且具有快速上升沿和下降沿的方波。是一款高性能、多功能的四通道函数/任意波形发生器。便捷的触控操作界面、优越的技术指标及人性化的图形显示风格，可帮助您更快的完成工作任务，提高工作效率，是满足您目前及未来测试需求的多用途设备。

主要特性

- ◇ 标配四通道，且具有通道独立输出模式
- ◇ 正弦波、方波、斜波、脉冲波、谐波、噪声、伪随机波（PRBS）、直流 DC、任意波形，共 9 种基本波形
- ◇ 最高采样率 2.5GSa/s，16bits/14bits 垂直分辨率
- ◇ 噪声带宽可调
- ◇ 600MHz/500MHz/350MHz 的正弦波输出，全频段 1 μ Hz 的分辨率
- ◇ 200MHz/160MHz/120MHz 的方波输出，边沿时间最小可至 1.5ns 以内，占空比可调
- ◇ 200MHz/160MHz/120MHz 的脉冲波形输出，宽动态高精度上升、下降边沿可调时间，占空比可调
- ◇ 可输出相位和幅度独立可调的 2~16 次谐波
- ◇ 最大输出幅度 20Vpp
- ◇ 可输出 8pts~64Mpts 任意波，并且支持逐点输出，超 200 组非易失数字任意波形存储
- ◇ 可存储 16GB（选配）或 20MB 的任意波形文件（.bsv 或.csv）和仪器的状态文件
- ◇ 可读取 U 盘中的任意波形文件（.bsv 或.csv）和仪器的状态文件
- ◇ 丰富的调制类型：AM、FM、PM、DSB-AM、QAM、ASK、FSK、3FSK、4FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM
- ◇ 线性扫频、对数扫频、列表扫频、步进扫频
- ◇ 支持频率扫描和脉冲串输出
- ◇ 数字协议输出：SPI、IIC、UART
- ◇ 一键信噪比输出
- ◇ 双通道可分别或同时：内部/外部调制、内部/外部/手动触发
- ◇ 兼硬件频率计：800MHz、交流/直流耦合
- ◇ 功能强大的上位机软件以及任意波形编辑器软件
- ◇ 10.1 电容触摸屏、1280*800 分辨率
- ◇ 标准配置接口：USB Host，USB Device，LAN，独立的 10MHz 时钟源输入和输出
- ◇ 易用的多功能旋钮和数字键盘
- ◇ 支持 NeptuneLab 实验室系统管理软件
- ◇

目录

序 言.....	2
版 权 信 息.....	3
UTG9000T 系列函数/任意波形发生器简介.....	4
目 录.....	5
第一章 安全信息.....	7
1.1 安全术语和符号.....	7
1.2 一般安全概要.....	8
第二章 快速入门.....	9
2.1 一般性检查.....	9
2.1.1 检查是否存在因运输造成的损坏.....	9
2.1.2 检查附件.....	9
2.1.3 检查整机.....	9
2.2 面板和按键介绍.....	10
2.2.1 前面板.....	10
2.2.2 后面板.....	11
2.2.3 触摸屏显示界面.....	13
2.3 输出基本波形.....	14
2.3.1 设置输出频率.....	15
2.3.2 设置输出幅度.....	15
2.3.3 设置直流偏移.....	16
2.3.4 设置方波.....	16
2.3.5 设置脉冲波.....	17
2.3.6 设置直流电压.....	17
2.3.7 设置斜波.....	18
2.3.8 设置噪声波.....	18
2.3.9 设置谐波.....	19
2.3.10 设置伪随机波.....	19
2.3.11 噪声叠加.....	20
2.4 辅助功能设置.....	20
2.4.1 通道设置.....	21
2.4.2 通道耦合.....	22
2.4.3 通道合并.....	23
2.4.4 频率计.....	24
2.4.5 系统.....	25
第三章 高级应用.....	28
3.1 输出调制波形.....	28
3.1.1 幅度调制 (AM).....	28
3.1.2 频率调制 (FM).....	34
3.1.3 相位调制 (PM).....	38
3.1.4 幅移键控 (ASK).....	42
3.1.5 频移键控 (FSK).....	46
3.1.6 三频移键控 (3FSK).....	50
3.1.7 四频移键控 (4FSK).....	54
3.1.8 相移键控 (PSK).....	57
3.1.9 双相移键控 (BPSK).....	61
3.1.10 四相移键控 (QPSK).....	65

3.1.11 震荡键控 (OSK)	68
3.1.12 总和调制 (SUM)	72
3.1.13 双边带调幅 (DSBAM)	76
3.1.14 正交调制 (QAM)	80
3.1.15 脉宽调制 (PWM)	83
3.2 输出扫频波形	88
3.2.1 选择扫频	88
3.2.2 设置起始和停止频率	89
3.2.3 扫频方式	90
3.2.4 扫频时间	90
3.2.5 选择触发源	90
3.2.6 触发输出	91
3.2.7 触发沿	92
3.2.8 综合实例	92
3.3 输出脉冲串	94
3.3.1 选择脉冲串	94
3.3.2 脉冲串类型	95
3.3.3 脉冲串起始相位	97
3.3.4 脉冲串触发周期	97
3.3.5 脉冲串计数	98
3.3.6 选择触发源	98
3.3.7 触发输出	98
3.3.8 触发沿	99
3.3.9 综合实例	99
3.4 输出任意波	101
3.4.1 启用任意波功能	102
3.4.2 逐点输出\DDS 模式	102
3.4.3 选择任意波	102
3.4.4 创建和编辑任意波形	108
3.5 输出数字协议	108
3.5.1 SPI 协议	108
3.5.2 IIC 协议	111
3.5.3 UART 协议	113
第四章 故障处理	116
4.1 屏幕无显示 (黑屏)	116
4.2 无波形输出	116
4.3 不能正确识别 U 盘	116
第五章 服务和支持	117
5.1 产品程序升级	117
5.2 保修概要	117
5.3 联系我们	117
附录 A: 出厂重置状态	118
附录 B: 性能指标	122
附录 C: 配件清单	131
附录 D: 保养和清洁维护	132
附录 E: 中英文菜单对照表	133

第一章 安全信息

1.1 安全术语和符号

本手册中的术语

以下术语可能出现在本手册中：

警告：警告性声明，指出可能会危害生命安全的条件和行为。

注意：注意性声明，指出可能导致此产品和其它财产损坏的条件和行为。

产品上的术语

以下术语可能出现在产品上：


危险：表示您读取此标记时可能会立即对您造成损害。

警告：表示您读取此标记时可能不会立即对您造成损害。

注意：表示可能会对本产品或其它财产造成损害。

产品上的符号

以下符号可能出现在产品上：



交流电



测量接地端



壳体接地端



开/关机键



高压危险



注意，请参阅手册



保护性接地端



CE标志是欧盟的注册商标



CSA标志是 CSA International 的注册商标



N10149 C-tick标志是 Spectrum Management Agency of Australia 的注册商标。它表示符合根据1992年的《无线通信法案》的条款制订的 Australian EMC Framework 规定



包含超过最大浓度值(MCV)、40年环保使用期限(EPUP)的六种有害物质中的一种或多种

1SM1-A 此文本表示该仪器属于“工业科学和医疗组1类别A”产品（国际无线电干扰专门委员会（CISPER）11，第4条）

ICES/NMB-001 此文本表示产品符合加拿大引起干扰设备标准(ICES-001)

1.2 一般安全概要

本仪器严格遵循GB4793电子测量仪器安全要求以及IEC61010-1安全标准进行设计和生产。符合绝缘过电压标准CAT II 1000V和污染等级II的安全标准。

请阅读下列安全性预防措施：

- 为防止触电或失火，请使用本产品专用并且核准可适用于所在国家认可的电源线及电源适配器。
- 本产品通过电源线内的保护接地线接地。为了防止电击，请核查本产品将使用的电源座是否与大地相连接。在连接本产品除电源线外的任何输入或输出端之前，请确保本产品的保护接地端与电源线的接地端有可靠的连接。
- 以避免人身伤害，并防止损坏本产品或与本产品连接的任何产品。为避免可能的危险，本产品只可在规定的范围内使用。只有受过专业培训的人员才能执行维修程序。
- 为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品用户手册，以便进一步了解有关额定值的信息。
- 不要使用高于仪器额定值的输入电压。
- 使用前，检查附件是否有机械损伤，如果发现损伤，请更换。
- 仅使用本产品配置的附件，当附件有损伤时请勿使用。
- 不要将金属物体插入本产品的输入、输出端。
- 如怀疑本产品有损坏，请让合格的维修人员进行检查。
- 请勿在仪器机箱打开时运行本产品。
- 请勿在潮湿的环境下操作。
- 请勿在易燃易爆环境中操作。
- 保持产品表面清洁和干燥。

第二章 快速入门

2.1 一般性检查

当您得到一台新的函数/任意波形发生器时，建议您按以下步骤对仪器进行检查。

2.1.1 检查是否存在因运输造成的损坏

如果发现包装纸箱或泡沫塑料保护垫严重破损，请和经销此产品的经销商或当地办事处联系。

如果因运输造成仪器的损坏，请注意保留包装，通知运输部门和经销此产品的经销商，经销商会安排维修或更换。

2.1.2 检查附件

UTG9000T附件包括：电源线（适用于目的地所在国家 / 地区）、一条USB数据传输线、四根BNC电缆（1米）、一份产品保修卡。

如果发现附件缺少或损坏，请和经销此产品的经销商或当地办事处联系。

2.1.3 检查整机

如果发现仪器外观破损，仪器工作不正常，或未能通过性能测试，请和经销此产品的经销商或当地办事处联系。

2.2 面板和按键介绍

2.2.1 前面板

UTG9000T 系列函数/任意波形发生器向用户提供了简洁、直观且操作简单的前面板，前面板如图 2-1 所示：





图 2-1 前面板结构图

1. 开/关机键

电源的供电电压为交流 100 伏~交流 240 伏,频率为 45Hz~440Hz。使用附件中的电源线或者其他符合标准的电源线,将仪器连接到电源。并打开机箱后面板电源插孔下方的电源开关,使仪器处于通电状态。启动或关闭仪器:正常通电且后面板上的电源开关接通情况下,  按键背光灯亮(红色),按下此键背光灯亮(绿色),随后显示屏将显示开机界面,然后再进入功能界面。为防止意外碰到开/关机键而关闭仪器,所以必须按开/关机键约 1 s 来关闭仪器。关闭仪器后按键背光变为红色,同时屏幕熄灭。

2. USB 接口

本仪器支持 FAT32 格式的 U 盘,支持最大容量 32G。通过 USB 接口可以用来读取已存入 U 盘中的任意波形数据文件,存储或读取仪器当前状态文件。通过此 USB 口,可以对系统程序进行升级,以确保当前函数/任意波形发生器的程序为本公司最新发布程序版本

3. 各通道输出端

输出波形信号。

4. 各通道控制端

通道控制端,即通道输出开关。打开输出一共有三种操作方法:

第一种,快速切换在屏幕上显示的当前通道(如屏幕下方 CH1 信息标签高亮,则表示为当前通道为 CH1,此时参数列

表显示通道1相关信息，以便对通道1的波形参数进行设置)。若此通道为当前通道 (CH1信息标签高亮)，可通过按CH1键快速开启/关闭通道1输出。

第二种，可以通过按UTILITY键→通道设置，将输出切换为开。

第三种，触摸屏幕右侧通道设置的输出为开。

开启时CH1键背光灯亮，同时在屏幕下方的CH1信息标签栏会显示当前输出的功能模式 (“连续” 或 “调幅” 字样等字样)，同时CH1输出端输出信号，关闭时CH1键背光灯熄灭，同时在屏幕下方的CH1信息标签栏变灰，同时关闭CH1输出端。

5. 数字键和Utility

数字键，用于输入所需参数的数字键0至9、小数点“.”、符号键“+/-”和删除键。Utility，进行通用功能设置。

6. 方向键

在使用多功能旋钮和方向键设置参数时，用于切换数字的位或移动 (向左或向右) 光标的位置。

7. 多功能旋钮/按键

旋转多功能旋钮改变数字 (顺时针旋转数字增大) 或作为菜单键选择使用，按多功能旋钮可选择功能或确定设置的参数。

8. 输出模式选择

通过按键：CW、MOD、SWEEP、BURST，分别控制相应的连续波、调制模式、扫频、脉冲串输出功能。

9. 波形种类快速选择

通过按键快速选择需要输出的波形类型，快速产生您需要的各种常用波形。

10. 显示屏

10.1寸电容触摸显示屏，通过不同的色调，明显的区分通道一、通道二、通道三和通道四的输出状态、功能菜单和其它重要信息。友好的系统界面使人机交互变得更简捷，提高用户的工作效率。

11.通道过压保护

注意 通道输出端设有过压保护功能，满足下列条件之一则产生过压保护。

- 仪器幅度设置大于 4Vpp，输入电压大于 $|\pm 12.5V|$ ，频率小于 10kHz。
- 仪器幅度设置小于等于 4Vpp，输入电压大于 $|\pm 5.0V|$ ，频率小于 10kHz。
- 产生过压保护时，仪器屏幕显示提示消息“过载保护，输出关闭！”。

2.2.2 后面板

后面板如图 2-2 所示：




图 2-2 后面板结构图

1. 散热孔

为确保仪器有良好的散热，请不要堵住这些小孔。

2. 内部 10MHz 输出端

实现多个函数/任意波形发生器之间建立同步或向外部输出参考频率为10 MHz的时钟信号。当仪器时钟源选择内部时，内部10MHz输出端输出一个来自内部的10MHz时钟信号。

3. 外部 10MHz 输入端

实现多个函数/任意波形发生器之间建立同步或与外部10 MHz时钟信号的同步。当仪器时钟源选择外部时，外部10MHz输入端接收一个来自外部的10MHz时钟信号。

4. 频率计接口

使用频率计功能时，通过此接口输入信号。

5. 外部数字调制接口

在幅移键控、频移键控、相移键控、震荡键控信号调制时，当调制源选择外部时，通过外部数字调制接口输入调制信号（TTL 电平），对应的输出幅度、输出频率、输出相位由外部数字调制接口的信号电平决定。当频率扫描的触发源选择外部时，通过外部数字调制接口接收一个具有指定极性的 TTL 脉冲，此脉冲可以启动扫描。当脉冲串模式类型为门控，以及 N 周期触发源为外部和无限触发源为外部时，通过外部数字调制接口输入门控信号，此脉冲可以输出指定循环数的脉冲串。

6. 外部模拟调制输入端

在调幅、调频、调相、双边调幅、总和调制或脉宽调制信号调制时，当调制源选择外部时，通过外部模拟调制输入端输入调制信号，对应的调制深度、频率偏差、相位偏差或占空比偏差由外部模拟调制输入端的±5V 信号电平控制。

7. USB 接口

通过此 USB 接口来与上位机软件连接，实现计算机对本仪器的控制。

8. 局域网 (LAN) 端口

局域网 (LAN) 端口可以将此仪器连接至局域网，以实现远程控制。

9. AC电源输入端

本函数/任意波形发生器支持的交流电源规格为：100~240V，45~440Hz，电源保险丝：250V，T2A。

10. 总电源开关

置“1”时，给仪器通电；置“0”时，断开 AC 输入（前面板的开/关机键不起作用）。

11. 机箱锁

打开机箱锁可以布置仪器防盗措施。

2.2.3 触摸屏显示界面

触摸屏显示界面如图 2-3 所示：




图2-3 触摸显示界面图

UTG9000T 采用电容屏显示，显示窗口采用多面板布局。菜单分类位置固定，清楚当前所在入口位置。对菜单分类有整体性的了解，减少界面跳转的层级。


详细说明：

1. Home键，帮助和频率计：此区域不跟随其它界面变化。
 - 1) ：此符号为Home键，在任意界面触摸此符号可以回到主页。
 - 2) ：为帮助菜单符号，触摸此符号打开帮助菜单。
 - 3) ：此符号为频率计，触摸此符号打开频率计并显示测量结果。
2. 菜单栏：触摸CH1、CH2、CH3、CH4和Utility，对各通道参数和辅助功能进行设置。高亮显示：高亮显示表示菜单的正中央显示当前通道的颜色或辅助功能的青色，并且字体为纯白色。
3. 输出模式：可以设置输出连续、调制、扫频、脉冲串。
4. 基波设置：可以设置正弦波、方波、斜波、脉冲波、谐波、噪声、伪随机波（PRBS）、直流DC、任意波形，共9种基本波形。

5. 波形参数列表：以列表的方式显示当前波形的各种参数，触摸参数设置区域可对列表进行编辑，例如：触摸屏频率后面的数字将弹出虚拟键盘如下图所示：



图2-4 参数编辑图

6. 通道信息标签：通道为开，标签高亮显示。
- 1) “HighZ”表示负载为高阻，还可以设置为50Ω。
 - 2) 表示输出基波为正弦波。
 - 3) “连续”表示输出波形为连续，即只输出基波。（不同工作模式下可能为“基波波形”、“调幅”、“线性”或“N周期”等字样）。
7. 波形显示区域：显示该通道当前设置的波形形状（可通过颜色或通道信息标签的高亮来区分是哪一个通道的当前波形，左边的参数列表显示该波形的参数）。注：菜单栏为Utility时没有波形显示区。
8. 当前通道设置状态：可以快速切换当前通通常用设置。触摸对应的方框进行切换。触摸输出栏开/关，可以打开/关闭相应通道的输出；触摸反向开/关，可以使输出波形反向；触摸负载HighZ或50Ω，使输出端的阻抗匹配；触摸CH1-CH2，把CH2的设置状态复制到CH1。
9. 系统设置状态：显示USB存储设备的连接状态，LAN符号，外部时钟等。

2.3 输出基本波形

UTG9000T系列函数/任意波形发生器可从单通道或同时从四通道输出基本波形，包括正弦波、方波、斜波、脉冲波、谐波、噪声、伪随机波（PRBS）、直流DC、任意波形。开机时，仪器默认输出一个频率为1kHz，幅度为100mVpp的正弦波。本节介绍如何配置仪器输出各类基本波形。本节内容如下：

- ◇ 设置输出频率
- ◇ 设置输出幅度
- ◇ 设置DC偏移电压
- ◇ 设置方波
- ◇ 设置脉冲波
- ◇ 设置直流电压
- ◇ 设置斜波
- ◇ 设置噪声波
- ◇ 设置谐波
- ◇ 设置伪随机波
- ◇ 设置噪声叠加

2.3.1 设置输出频率

在接通电源时，波形默认配置为一个频率为1kHz，幅度为100 mV峰峰值的正弦波。将频率改为2.5MHz的具体步骤如下：

触摸参数设置区域的频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入2.5MHz（或者利用多功能旋钮和方向键的配合进行此参数设置）。




图2-4 频率设置

要改为设置波形周期，触摸参数项**频率**，频率和周期可以相互切换。

注意：涉及参数设置还可以使用多功能旋钮/按键和方向键。

2.3.2 设置输出幅度

在接通电源时，波形默认配置为一个幅度为 100mV 峰峰值的正弦波。将幅度改为 300mVpp 的具体步骤如下：

1. 触摸参数设置区域的幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入300mVpp。




图2-5 幅度设置

2. 再次触摸参数项**幅度**，可进行单位的快速切换（在Vpp、Vrms、dBm之间切换）。

注意：负载为非 HighZ 时才可以设置为 dBm。

2.3.3 设置直流偏移

在接通电源时，波形默认 DC 偏移电压为 0V 的正弦波。将 DC 偏移电压改为 -150mV 的具体步骤如下：
触摸参数设置区域的直流偏移数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 -150mV。




图2-6 直流偏移设置

再次触摸参数项 **直流偏移**，幅度和直流偏移描述波形的参数已变成高电平（最大值）和低电平（最小值）来描述，这种设置信号限值的方法对于数字应用是很方便的。

2.3.4 设置方波

方波的占空比表示每个循环中方波处于高电平的时间量（假设波形不是反向的）。在接通电源时，方波默认的占空比是 50%。设置频率为 1kHz，幅度为 1.5Vpp，直流偏移为 0V，占空比为 70% 方波的具体步骤如下：

1. 依次触摸 **连续** → **方波** 幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1.5Vpp。
2. 再次触摸参数设置区域的占空比数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 70%。




图2-7 方波设置

再次触摸参数项 **占空比**，占空比和脉宽可以相互切换。

2.3.5 设置脉冲波

脉冲波的占空比表示每个循环中从脉冲的上升沿的 50% 阈值到下一个下降沿的 50% 阈值之间时间量（假设波形不是反向的）。您可以对 UTG9000T 函数/任意波形发生器进行参数配置，以输出具有可变的脉冲宽度和边沿时间的脉冲波形。在接通电源时，脉冲波默认占空比为 50%，上升/下降沿时间为 1us，现设置周期为 2ms，幅度为 1.5Vpp，直流偏移为 0V，占空比（受最低脉冲宽度规格 2.4ns 的限制）为 25%，上升沿时间为 200us，下降沿时间为 200us 的脉冲波的具体步骤如下：

1. 依次触摸连续→脉冲波幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1.5Vpp。
2. 触摸参数设置区域的占空比数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 70%。
3. 触摸参数设置区域的上升沿数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 200us，按下相同的方法设置下降沿。



图 2-8 脉冲波设置

2.3.6 设置直流电压

直流电压默认为 0V。将 DC 偏移电压改为 3V 的具体步骤如下：

先将基波设置为直流，触摸参数设置区域的直流偏移数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 3V。



图 2-9 直流设置

2.3.7 设置斜波

对称度表示每个循环中斜波斜率为正的时间量（假设波形不是反向的）。在接通电源时，斜波默认的对称度是50%。设置频率为10kHz，幅度为2Vpp，直流偏移为0V，对称度为60%的斜波具体步骤如下：

1. 依次触摸连续→斜波 频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 10kHz。
2. 触摸参数设置区域的幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2Vpp。
3. 触摸参数设置区域的对称度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 60%。




图 2-10 斜波设置

2.3.8 设置噪声波

UTG9000T 函数/任意波形发生器默认的幅度为 100mVpp，直流偏移为 0mV 的准高斯噪声，若对其它波形的幅度和直流偏移函数进行了更改，噪声波默认值也已更改，只能对噪声波的幅度和直流偏移进行更改。设置频率为 100MHz，幅度为 300mVpp 的噪声具体步骤如下：

1. 依次触摸连续→噪声波 频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 100MHz。
2. 触摸参数设置区域的幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 300mVpp。




图 2-11 噪声波设置

2.3.9 设置谐波

UTG9000T 函数/任意波形发生器可作为一款谐波发生器，输出具有指定次数、幅度和相位的谐波。由傅里叶变换理论可知，周期函数的时域波形是一系列正弦波的叠加，可表示为：

$$f(t) = A_1 \sin(2\pi f_1 t + \phi_1) + A_2 \sin(2\pi f_2 t + \phi_2) + A_3 \sin(2\pi f_3 t + \phi_3) + \dots$$

通常，频率为 f_1 的分量称为基波， f_1 为基波频率， A_1 为基波幅度， ϕ_1 为基波相位。此外，各分量频率为基波频率的整数倍，称为谐波。频率为基波频率的奇数倍的分量称为奇次谐波；频率为基波频率的偶数倍的分量称为偶次谐波。

默认的频率为 1kHz，幅度为 100mVpp，直流偏移为 0mV，相位为 0° ，谐波类型为奇次，谐波总数为 2 次，当前次数为 2 次，谐波幅度 100mV，谐波相位为 0° 。现设置频率为 1MHz，幅度为 5Vpp，直流偏移为 0mV，相位为 0° ，谐波类型为全部，谐波次数为 2 次，谐波幅度为 4Vpp，谐波相位为 0° ，具体步骤如下：

1. 依次触摸 **连续** → **谐波** 频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1MHz。
2. 触摸参数设置区域的幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 5Vpp。
3. 把 **谐波总次数** 设置为 2，**类型** 设置为全部，**谐波幅度** 设置为 4Vpp。




图 2-12 谐波设置

2.3.10 设置伪随机波

输出比特率为 50kbps，幅度 4Vpp，码元 PN7，边沿时间 20ns 的伪随机波。操作步骤如下：

1. 依次触摸 **连续** → **伪随机波** 位率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 50kbps。
2. 触摸参数设置区域的幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 5Vpp。
3. 触摸 **码元**，弹出虚拟键盘，选择 PN7。
4. 边沿时间默认为 20ns。




图 2-13 伪随机波设置

2.3.11 噪声叠加

UTG9000T 函数/任意波形发生器基波可以叠加噪声，并且信噪比可调。现输出频率为 10kHz，幅度为 2Vpp，直流偏移为 0V，信噪比为 0dB 的正弦波，操作步骤如下：

依次触摸连续→正弦波 频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 10kHz。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2Vpp。

触摸噪声叠加，设置为开。

触摸信噪比的分贝值，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 0dB。




图 2-14 噪声叠加

注意：1、信噪比的范围根据频率和幅度有所不同。打开噪声叠加后默认为 10dB。

2、噪声叠加打开时，幅度耦合功能不可用。

2.4 辅助功能设置

辅助功能 (Utility) 可对通道设置，通道耦合，频率计，数字协议，系统，网络等进行设置和查看。具体功能下表：

2.4.1 通道设置

表 2-1 CH1/2 设置

功能菜单	功能子菜单	设定	说明
CH1/2 设置	通道输出	关、开	
	通道反向	关、开	
	负载	50 Ω、高阻	1 Ω 至 1000k Ω
	幅度限制	关、开	
	幅度上限		设定通道幅度输出的上限值
	幅度下限		设定通道幅度输出的下限值
	同步输出	关、开	
	同步反向	关、开	

表 2-2 CH3/4 设置

功能菜单	功能子菜单	设定	说明
CH3/4 设置	通道输出	关、开	
	通道反向	关、开	
	负载	默认为高阻	可以设置的范围 1 Ω 至 1000k Ω
	幅度限制	关、开	
	幅度上限		设定通道幅度输出的上限值
	幅度下限		设定通道幅度输出的下限值

依次触摸（或选择）Utility → 通道设置，触摸相应的位置，可以进行通道设置：

1. 通道输出

选择通道输出，可触摸“关”或“开”，注意：可通过按前面板上的CH1、CH2、CH3、CH4键快速开启通道输出。

2. 通道反向

选择通道反向，可触摸“关”或“开”。

3. 负载

选择负载，可触摸负载的HighZ、50 Ω或数字，可输入范围 1 Ω 至 1000k Ω。

4. 幅度限制

支持幅度限制输出，以便保护负载。

选择幅度限制，可触摸“关”或“开”。



5. 幅度上限

选择幅度上限，设定幅度的上限范围，设置方法与幅度一致。

6. 幅度下限

选择幅度下限，设定幅度的下限范围。设置方法与幅度一致。

7. 同步输出

选择[同步输出]，可触摸“关”或“开”。CH1 的同步输出为 CH3，CH2 的同步输出为 CH4。CH1 打开同步输出后，CH3 通道标签变为 ；CH2 打开同步输出后，CH4 通道标签变为 。

8. 同步反向

选择[同步反向]，可触摸“关”或“开”。

2.4.2 通道耦合

通道耦合分别有频率耦合，幅度耦合，相位耦合。菜单设置如下：

表 2-3 频率耦合

功能菜单	功能子菜单	设定	说明
频率耦合	频率耦合	关、开	
	耦合模式	比例、偏差	
	比例	CH2:CH1 或 CH4:CH3	耦合模式为比例才能进行设置
	偏差	CH2-CH1 或 CH4-CH3	耦合模式为偏差才能进行设置

表 2-4 幅度耦合

功能菜单	功能子菜单	设定	说明
幅度耦合	幅度耦合	关、开	
	耦合模式	比例、偏差	
	比例	CH2:CH1 或 CH4:CH3	耦合模式为比例才能进行设置
	偏差	CH2-CH1 或 CH4-CH3	耦合模式为偏差才能进行设置

表 2-5 相位耦合

功能菜单	功能子菜单	设定	说明
相位耦合	相位耦合	关、开	
	耦合模式	比例、偏差	
	比例	CH2:CH1 或 CH4:CH3	耦合模式为比例才能进行设置
	偏差	CH2-CH1 或 CH4-CH3	耦合模式为偏差才能进行设置

注意：1、CH1 耦合 CH2 与 CH3 耦合 CH4 菜单设置一样。

2、当幅度耦合打开时，通道合并功能不可用。

依次触摸（或选择）Utility → 通道耦合，触摸相应的位置，可以进行通道耦合设置：

1. 频率耦合

可以设置 CH1 和 CH2 频率耦合模式比例或偏差。CH1 和 CH2 互为基准源，改变其中一个通道（该通道作为基准源）的频率时，另一通道的频率将自动调整，并总是与基准通道保持指定的比例/偏差。比例：CH2:CH1 的比值；偏差：CH2-CH1 的差值。同理，CH3 耦合 CH4 频率耦合一样。

选择[频率耦合]，可触摸“关”或“开”。

选择**耦合模式**，可触摸“比例”或“偏差”。

当耦合模式为比例：触摸比例数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入数字，按下回车。

当耦合模式为偏差：触摸偏差数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入偏差频率，按下回车。

2. 幅度耦合

可以设置 CH1 和 CH2 幅度耦合模式比例或偏差。CH1 和 CH2 互为基准源，改变其中一个通道（该通道作为基准源）的幅度时，另一通道的幅度将自动调整，并总是与基准通道保持指定的比例/偏差。比例：CH2: CH1 的比值；偏差：CH2-CH1 的差值。同理，CH3 耦合 CH4 幅度耦合一样。

选择**幅度耦合**，可触摸“关”或“开”。

选择**耦合模式**，可触摸“比例”或“偏差”。

当耦合模式为比例：触摸比例数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入数字，按下回车。

当耦合模式为偏差：触摸偏差数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入偏差幅度，按下回车。

3. 相位耦合

可以设置 CH1 和 CH2 相位耦合模式比例或偏差。CH1 和 CH2 互为基准源，改变其中一个通道（该通道作为基准源）的相位时，另一通道的相位将自动调整，并总是与基准通道保持指定的比例/偏差。比例：CH2: CH1 的比值；偏差：CH2-CH1 的差值。同理，CH3 耦合 CH4 相位耦合一样。

选择**相位耦合**，可触摸“关”或“开”。

选择**耦合模式**，可触摸“比例”或“偏差”。

当耦合模式为比例：触摸比例数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入数字，按下回车。

当耦合模式为偏差：触摸偏差数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入偏差相位，按下回车。

4. 显示图标

打开个通道耦合参数后，主页的波形参数显示列表右侧出现耦合图标，如下图：



图 2-15 通道耦合

2.4.3 通道合并

依次触摸（或选择）**Utility**→**通道合并**，触摸相应的位置，可以进行通道合并设置：

信号源的 CH1/2 输出端口，在一般模式下输出 CH1/2 的波形，通道合并打开可输出 CH1+CH2 的波形；同理，信号源的 CH3/4 输出端口，在一般模式下输出 CH3/4 的波形，通道合并打开可输出 CH3+CH4 的波形。

触摸**CH 合并**，选择“关闭”或“CH1+CH2”。选择通道合并后的显示界面如下图所示：



图 2-16 通道合并

CH1 合并设置为 CH1+CH2，主页的波形显示左下角有 **Merged: CH1 + CH2** 图标。

同理 CH2、CH3、CH4 的通道合并与 CH1 操作一致。

注意：当通道合并打开时，幅度耦合功能不可用。

2.4.4 频率计

本函数/任意波形发生器提供 8digits/s 频率计功能，测量频率的范围为 100mHz~800MHz，信号电压宽范围输入。可以测量外部输入信号的频率、周期、占空比、正脉冲及负脉冲等参数，并支持对测量结果的统计。仪器自动计算测量值的最大值、最小值、平均值和标准差。双通道输出可与频率计测量同时工作。

表 2-6 频率计设置

功能菜单	功能子菜单	设定	说明
频率计	开关	关、开	
	耦合方式	交流、直流	为确保准确测量，输入信号频率较大时使用交流，频率低时使用直流
	触发电平	-2.5V~2.5V	
	灵敏度	0%-100%	
	高频抑制	关闭、打开	

依次触摸（或选择）Utility → 频率计，如下图所示：



图 2-17 频率计

触摸相应的位置，可以进行频率计设置：

- 1) 开关
选择`开关`，可触摸“关”或“开”。
- 2) 耦合方式
选择`耦合方式`，可触摸“交流”或“直流”。默认为交流。
- 3) 触发电平
选择`触发电平`，触摸触发电平数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入电平，按下回车。默认值为 0V。
- 4) 灵敏度
选择`灵敏度`，触摸灵敏度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入数值，按下回车。默认值为 100%。
- 5) 高频抑制
选择`高频抑制`，可触摸“关闭”或“打开”，默认为关闭
- 6) 清零
触摸“清零”，默认为关闭。对统计的测量值进行清零，并自动重新开始统计。

2.4.5 系统

系统

表 2-7 系统设置

功能菜单	功能子菜单	设定	说明
系统	语言	English、简体中文	
	分隔符	逗号、空格、无	
	声音	关、开	
	背光强度	30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%	
	屏幕保护	关闭、5 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟	
	时钟源	内部、外部	
	时钟输出	关、开	
	开机上电	默认、上一次、预设 1、预设 2、预设 3、预设 4、预设 5	预设为保存为预设的状态
	手动触发	同步触发、独立触发	可以选择出厂设置，也可以选择保存的设置
	保存为预设		保存设备的设置状态到预设值
	恢复出厂		恢复设置为默认状态

依次选择 `Utility` → `系统`，进入系统设置界面：

1. 语言
选择 `Language` 后，可触摸“中文简体”或“English”，需要重新启动设备才能生效。
2. 分隔符
选择 `分隔符` 后，可触摸“逗号”、“空格”或“无”，设置通道参数的数值之间分割符号。

3. 声音

选择[声音]后,可触摸“关”或“开”,设置按键时是否有蜂鸣器提示

4. 背光强度



选择[背光强度]后,可触摸“30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%”,设置屏幕显示的亮度。

5. 屏幕保护

选择[屏幕保护]后,可触摸“关、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟”。无任意操作时,经过设定的时间仪器进入屏幕保护状态,当前键盘键保持状态,按任意键恢复。

6. 时钟源

选择[时钟源]后,可触摸“内部”或“外部”,

内部:提供10MHz的时钟源;外部:接收从仪器后面板的【10MHz In】输入的外部时钟源(输入要求:频率为10MHz,幅度为TTL电平),若没有检测到有效的外部时钟源,则弹出提示消息“外部10MHz时钟无效”,并且屏幕右上角显示图标,检测到有效的外部时钟源则显示图标。

7. 时钟输出

按下[时钟输出]后可选择关、开。

时钟输出打开,仪器后面板【10MHz Out】输出时钟源(频率为10MHz,幅度为TTL电平)供其它设备使用。

仪器间的同步方法:

将第一台仪器(时钟输出打开)的【10MHz Out】连接到第二台仪器(时钟源为“外部”)的【10MHz In】,然后将两台仪器设置相同的输出频率,即可实现两台仪器的同步。按照以上循环连接,可实现多台仪器间同步。

8. 起始相位

选择[起始相位],可触摸“独立”和“同步”。独立:四通道输出的相位没有关联;同步:四通道输出的起始相位相关联。

9. 开机上电

选择[开机上电],可触摸□默认、上一次、预设1、预设2、预设3、预设4、预设5。设置开机时仪器的设置状态。

预设为“保存为预设”保存的设置状态。

10. 手动触发

选择[手动触发],可触摸“独立触发”和“同步触发”。当工作在扫频或者脉冲串的模式下时,触发源为手动,当选择“独立触发”时,执行手动触发,仅对当前通道执行手动触发,选择“同步触发”时,执行手动触发,设置为手动触发的所有通道都会同时触发。

11. 保存为预设

触摸“保存为预设”,保存设备当前的设置状态到预设值,分别可以触摸保存到预设1、预设2、预设3、预设4、预设5。

12. 恢复出厂

触摸“恢复出厂”,弹出执行对话框,再次触摸“确认”或“取消”。

网络

表 2-8 网络设置

功能菜单	功能子菜单	设定	说明
	自动获取	开、关	关时可进行下列菜单的编辑
	IP 地址		
	子网掩码		
	物理地址		

依次选择 **Utility** → **System**，进入系统设置界面：

1. 自动获取

按下触控**自动获取**后可选择关或开。

2. IP 地址

IP 地址的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，第一个 nnn 的范围为 1 至 223，其他三个 nnn 的范围为 0 至 255。建议您向网络管理员咨询一个可用的 IP 地址。选择 **IP 地址**，使用数字键盘或旋钮和方向键输入所需的 IP 地址。该设置将保存在非易失性存储器中，下次开机时，仪器将自动加载所设的 IP 地址。

3. 子网掩码

子网掩码的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，其中 nnn 的范围为 0 至 255。建议您向网络管理员咨询一个可用的子网掩码。选择 **子网掩码**，使用数字键盘或旋钮和方向键输入所需的子网掩码。该设置将保存在非易失性存储器中，下次开机时，仪器将自动加载所设的子网掩码。

4. 网关

网关的格式为 nnn.nnn.nnn.nnn，其中 nnn 的范围为 0 至 255。建议您向网络管理员咨询一个可用的网关。选择 **网关**，使用数字键盘或旋钮和方向键输入所需的网关。该设置将保存在非易失性存储器中，下次开机时，仪器将自动加载所设的网关。

5. 物理地址

物理地址从 0 开始编号，顺序地每次加 1，因此存储器的物理地址空间是呈线性增长的。它是用二进制数来表示的，是无符号整数，书写格式为十六进制数

第三章 高级应用

3.1 输出调制波形

UTG9000T支持的调制方式包括AM、FM、PM、DSB-AM、QAM、ASK、FSK、3FSK、4FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM，总共15种调制。UTG9000T可从单通道或同时从多通道输出已调制波形。已调制波形由基波和调制波构成。基波可以是正弦波、方波、斜波、任意波（DC除外）或脉冲波。调制波可来自内部调制源或外部调制源。本节内容如下：

- ◇ 幅度调制（AM）
- ◇ 频率调制（FM）
- ◇ 相位调制（PM）
- ◇ 幅移键控（ASK）
- ◇ 频移键控（FSK）
- ◇ 三频移键控（3FSK）
- ◇ 四频移键控（4FSK）
- ◇ 相移键控（PSK）
- ◇ 双相移键控（BPSK）
- ◇ 四相移键控（QPSK）
- ◇ 总和调制（SUM）
- ◇ 双边带调幅（DSB-AM）
- ◇ 正交调制（QAM）
- ◇ 振荡键控（OSK）
- ◇ 脉宽调制（PWM）


下列介绍以 CH1 为例：

3.1.1 幅度调制（AM）

在幅度调制中，已调制波形通常由基波和调制波组成，基波的幅度将随着调制波的幅度的变化而变化。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择AM调制

依次触摸 **CH1** → **调制** → **调幅** 来启用AM功能。启用AM功能后，UTG9000T函数/任意波形发生器将以当前设置的调制波形和基波输出已调波形。



选择基波波形

AM基波波形可以是：正弦波、方波、斜波、脉冲波或任意波（DC除外），默认为正弦波。在选择AM调制后，触摸**基波**，右侧调制类型变为基波波形。



基波频率设置

不同的基波波形，可设置的基波频率范围是不同的，所有基波的频率默认都为 1kHz，各基波的频率设置范围参见下表 4-1 和 4-2：

表 4-1 CH1 和 CH2 基波频率

基波波形	频率					
	UTG9604T		UTG9504T		UTG9354T	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
正弦波	1μHz	600MHz	1μHz	500MHz	1μHz	350MHz
方波	1μHz	200MHz	1μHz	160MHz	1μHz	120MHz
斜波	1μHz	30MHz	1μHz	30MHz	1μHz	20MHz
脉冲波	1μHz	200MHz	1μHz	160MHz	1μHz	120MHz
任意波	1μHz	100MHz	1μHz	100MHz	1μHz	80MHz

表 4-2 CH3 和 CH4 基波频率


基波波形	频率					
	UTG9604T		UTG9504T		UTG9354T	
	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX
正弦波	1μHz	600MHz	1μHz	500MHz	1μHz	350MHz
方波	1μHz	200MHz	1μHz	160MHz	1μHz	120MHz
斜波	1μHz	30MHz	1μHz	30MHz	1μHz	20MHz
脉冲波	1μHz	200MHz	1μHz	160MHz	1μHz	120MHz
任意波	1μHz	100MHz	1μHz	100MHz	1μHz	80MHz

正弦波	1 μ Hz	200MHz	1 μ Hz	200MHz	1 μ Hz	160MHz
方波	1 μ Hz	60MHz	1 μ Hz	60MHz	1 μ Hz	50MHz
斜波	1 μ Hz	10MHz	1 μ Hz	10MHz	1 μ Hz	8MHz
脉冲波	1 μ Hz	60MHz	1 μ Hz	60MHz	1 μ Hz	50MHz
任意波	1 μ Hz	60MHz	1 μ Hz	60MHz	1 μ Hz	50MHz

设置基波频率，利用多功能旋钮和方向键的配合进行频率设置，或触摸参数设置区域的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

选择调制源

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部或外部的调制源。在您启用 AM 功能后，可以看到调制源默认为内部，若要进行更改，可以在启用调幅功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸调制源→内部更改为外部。



1) 内部源

当调制源选择内部时，调制波可以是：正弦波、方波、上升斜波、下降斜波、任意波、噪声，默认为正弦波。在您启用 AM 功能后，可以看到调制波默认为正弦波，若要进行更改，可以在启用调幅功能界面利用多功能旋钮或依次触摸调制波→正弦波，在弹出框中进行触摸选择。

- 方波：占空比为 50%
- 上升斜波：对称度为 100%
- 下降斜波：对称度为 0%
- 任意波：选择任意波作为调制波形时，函数/任意波形发生器通过自动抽点的方式将任意波长度限制为 2kpts
- 噪声：白高斯噪声

2) 外部源

当调制源选择外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形。AM 调制深度由后面板的外部模拟调制输入端（Modulation In 连接器）上的 $\pm 5V$ 信号电平控制。例如，如果已将参数列表中的调制深度值设置为 100%，则在外部调制信号为 +5V 时，AM 输出幅度最大，当外部调制信号为 -5V 时，AM 输出幅度最小。设置调制波频率

当调制源选择为内部时，可以设置调制波的频率，调制频率范围为 1 μ Hz~2MHz，默认为 100Hz。若要进行更改，可以在启用调幅功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸调制频率的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。当调制源选择为外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时

将使用一个外部波形调制基波波形，外部输入的调制信号的频率范围为 0Hz~50kHz。

设置调制深度


调制深度表示幅度变化的程度，用百分比表示。AM调制深度的可设置范围为0%~120%，默认为100%。在调制深度设为0%时，输出一个恒定的幅度（为设置的基波幅度的一半）。在调制深度设为100%时，输出幅度随着调制波形而变化。在调制深度设为大于100%时，仪器也不输出一个大于±5V的峰峰值电压（以50Ω端接）。若要进行更改，可以在启用调幅功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制深度设置，或触摸**调制深度**的深度数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值即可。当调制源选择为外部时，仪器的输出幅度还受后面板的外部模拟调制输入端（Modulation In连接器）上的±5V信号电平控制。例如，如果已将参数列表中的调制深度值设置为100%，则在外部调制信号为+5V时，AM输出幅度最大，当外部调制信号为-5V时，AM输出幅度最小。

综合实例

首先让仪器工作于幅度调制（AM）模式，然后设置一个来自仪器内部的200Hz的正弦波作为调制信号和一个频率为10kHz、幅度为200mVpp、占空比为45%的方波作为基波信号，最后把调制深度设为80%。具体步骤如下：


1) 启用幅度调制（AM）功能

依次触摸 **CH1**→**调制**→**调幅**来启用 AM 功能。



2) 设置调制信号参数

接步骤 1)，触摸**调制频率**的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入 200Hz。



3) 设置基波信号参数

触摸**基波**，选择方波作为基波波形（默认为正弦波）。



触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 10kHz；


触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 200mVpp；

触摸占空比数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 45%。如下图所示：




4) 设置调制深度

设置完基波参数后，触摸 **类型** 回到如下界面对调制深度进行设置。




触摸调制深度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 80%。




5) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的CH1键快速开启通道一输出，还可以依次触摸Utility→通道设置，再触摸CH1输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后CH1键背光灯亮同时在CH1状态标签由灰色显示为高亮的“调幅”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 AM 调制波形的形状如下图所示：




3.1.2 频率调制（FM）

在频率调制中，已调制波形通常由基波和调制波组成，基波的频率将随着调制波的幅度的变化而变化。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择FM调制

依次触摸`CH1`→`调制`→`调频`来启用FM功能，启用FM功能后，UTG9000T函数/任意波形发生器将以当前设置的调制波形和基波输出已调波形。



选择基波波形

FM基波波形可以是：正弦波、方波、斜波、脉冲波或任意波（DC除外），默认为正弦波。在选择FM调制后，触摸`基波`，右侧调制类型变为基波波形。




设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

选择调制源

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部或外部的调制源。在您启用 FM 功能后，可以看到默认调制源已选择为内部，若要进行更改，可以在启用调频功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸`调制源`→`内部`更改为外部。



1) 内部源

当调制源选择内部时，调制波可以是：正弦波、方波、上升斜波、下降斜波、任意波、噪声，默认为正弦波。在您启用 FM 功能后，可以看到调制波默认为正弦波，若要进行更改，可以在启用调频功能界面利用多功能旋钮或依次触摸 **调制波** → **正弦波**，在弹出框中进行触摸选择。

- 方波：占空比为 50%
- 上升斜波：对称度为 100%
- 下降斜波：对称度为 0%
- 任意波：选择任意波作为调制波形时，函数/任意波形发生器通过自动抽点的方式将任意波长度限制为 2kpts
- 噪声：白高斯噪声

2) 外部源

当调制源选择外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形。FM 的频率偏差由后面板的外部模拟调制输入端（Modulation In 连接器）上的 $\pm 5V$ 信号电平控制。正信号电平时 FM 输出的频率大于基波频率，负信号电平时 FM 输出的频率小于基波频率，较低的外部信号电平产生较少的偏差。例如，如果已将参数列表中的频偏值设置为 1kHz，则在外部调制信号为 +5V 时，FM 输出频率为当前基波频率增加 1kHz，当外部调制信号为 -5V 时，FM 输出频率为当前基波频率减掉 1kHz。

设置调制波频率

当调制源选择为内部时，可以设置调制波的频率，调制频率范围为 $1 \mu\text{Hz} \sim 2\text{MHz}$ ，默认为 100Hz。若要进行更改，可以在启用调频功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸 **调制频率** 的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。当调制源选择为外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形，外部输入的调制信号的频率范围为 $0\text{Hz} \sim 50\text{kHz}$ 。

设置调制频偏

频率偏差表示已进行 FM 调制的波形的频率相对于基波频率的偏差。FM 频偏的可设置范围为 $0 \mu\text{Hz}$ 至当前基波频率最大值的一半，默认为 1kHz。若要进行更改，可以在启用调频功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制深度设置，或触摸 **调制频偏** 的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

- 频率偏差必须 \leq 基波频率，如果将频偏值设置为一个大于基波频率的值，函数/任意波形发生器自动将偏差值限制为当前基波频率所允许的最大值。
- 频率偏差与基波频率之和必须 \leq 当前基波允许设置的最大频率，如果将频偏值设置为一个无效值，函数/任意


波形发生器自动将偏差值限制为当前基波频率所允许的最大值。

综合实例

首先让仪器工作于频率调制(FM)模式, 然后设置一个来自仪器内部的2kHz的方波作为调制信号和一个频率为10kHz、幅度为100mVpp的正弦波作为基波信号, 最后把频率偏差设为5kHz。具体步骤如下:


1) 启用频率调制(FM)功能

依次触摸 **CH1** → **调制** → **调频** 来启用 FM 功能。




2) 设置调制信号参数

接步骤 1), 触摸 **调制频率** 的频率数字, 弹出虚拟键盘, 再输入 2kHz。




3) 设置基波信号参数

触摸 **基波**, 选择正弦波作为基波波形 (默认为正弦波), 所以此例不用更改。




触摸频率数字, 弹出虚拟键盘, 使用虚拟键盘输入 10kHz。



4) 设置频率偏差

设置完基波参数后，触摸类型回到如下界面对调制频偏进行设置。




触摸调制频偏数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 5kHz。




5) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility → 通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“调频”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 FM 调制波形的形状如下图所示：



3.1.3 相位调制 (PM)

在相位调制中，已调制波形通常由基波和调制波组成，基波的相位将随着调制波的幅度的变化而变化。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择PM调制

依次触摸CH1→调制→调相来启用PM功能，启用PM功能后，UTG9000T函数/任意波形发生器将以当前设置的调制波形和基波输出已调波形。



选择基波波形

PM基波波形可以是：正弦波、方波、斜波、脉冲波或任意波（DC除外），默认为正弦波。在选择PM调制后，触摸**基波**，右侧调制类型变为基波波形。




设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

选择调制源

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部或外部的调制源。在您启用 PM 功能后，可以看到调制源默认为内部，若要进行更改可以在启用调相功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸**调制源**→**内部**更改为外部。



1) 内部源

当调制源选择内部时，调制波可以是：正弦波、方波、上升斜波、下降斜波、任意波、噪声，默认为正弦波。在您启用 PM 功能后，可以看到调制波默认为正弦波，若要进行更改，可以在启用调频功能界面利用多功能旋钮或依次触摸**调制波**→**正弦波**，在弹出框中进行触摸选择。

- 方波：占空比为 50%
- 上升斜波：对称度为 100%
- 下降斜波：对称度为 0%
- 任意波：选择任意波作为调制波形时，函数/任意波形发生器通过自动抽点的方式将任意波长度限制为 2kpts
- 噪声：白高斯噪声

2) 外部源

当调制源选择外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形。PM的相位偏差由后面板的外部模拟调制输入端（Modulation In连接器）上的±5V信号电平控制。例如，如果已将参数列表中

的相位偏差值设置为 180° ，则在外部调制信号为+5V时相当于 180° 相移，较低的外部信号电平产生较少的偏差。
设置调制波频率

当调制源选择为内部时，可以设置调制波的频率，调制频率范围为 $1\mu\text{Hz}\sim 2\text{MHz}$ ，默认为 100Hz 。若要进行更改，可以在启用调相功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸**调制频率**的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。当调制源选择为外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形，外部输入的调制信号的频率范围为 $0\text{Hz}\sim 50\text{kHz}$ 。

设置调制相偏


相位偏差表示已进行PM调制的波形的相位相对于基波相位的变化。PM调制的相偏可设置范围为 $0^\circ\sim 360^\circ$ ，默认为 180° 。若要进行更改，可以在启用调相功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制深度设置，或触摸**调制相偏**的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

综合实例

首先让仪器工作于相位调制（PM）模式，然后设置一个来自仪器内部的 200Hz 的正弦波作为调制信号和一个频率为 900Hz 、幅度为 100mVpp 的正弦波作为基波信号，最后把相位偏差设为 200° 。具体步骤如下：


1) 启用相位调制（PM）功能

依次触摸 **CH1**→**调制**→**调相**来启用 PM 功能。




2) 设置调制信号参数

接步骤 1)，触摸**调制频率**的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入 200Hz 。




3) 设置基波信号参数

触摸**基波**，选择正弦波作为基波波形（默认为正弦波），所以此例不用更改。




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 900Hz。




4) 设置相位偏差

设置完基波参数后，触摸类型回到如下界面对调制相偏进行设置。




触摸调制相偏数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 200°。




5) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“调相”字样，以表示开启通道一输出。




通过示波器查看 PM 调制波形的形状如下图所示：



3.1.4 幅移键控 (ASK)


在幅移键控中，ASK 是通过改变基波信号的振幅大小来表示数字信号“0”和“1”的，根据调制信号的逻辑高低输出不同幅度的基波信号。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。
选择ASK调制

依次触摸 CH1→调制→幅移键控来启用ASK功能，启用ASK功能后，UTG9000T函数/任意波形发生器将以当前设置的调制速率和基波输出已调波形。



选择基波波形

ASK基波波形可以是：正弦波、方波、斜波、脉冲波或任意波（DC除外），默认为正弦波。在选择ASK调制后，触摸**基波**，右侧调制类型变为基波波形。




设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

选择调制源

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部或外部的调制源。在您启用 ASK 功能后，可以看到调制源默认为内部，若要进行更改，可以在启用幅移键控功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸**调制源**→**内部**更改为外部。



1) 内部源

当调制源选择内部时，内部调制波是占空比为 50%的方波（内置且不可调），可通过设置调制频率来指定已调制波

形幅度跳变的频率。

2) 外部源

当调制源选择外部时，参数列表会隐藏速率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形。ASK输出幅度由外部数字调制接口（FSK Trig连接器）上的逻辑电平决定。例如，外部输入逻辑低时，输出当前设置的基波幅度；外部输入逻辑高时，输出幅度小于当前设置的基波幅度。

设置调制波频率

当调制源选择为内部时，可以设置 ASK 幅度跳变的频率。在您启用 ASK 功能后，可以对调制频率设置，可设置范围为 $1\ \mu\text{Hz} \sim 2\text{MHz}$ ，默认为 100Hz。若要进行更改，可以在启用幅移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸调制频率的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。


综合实例

首先让仪器工作于幅移键控（ASK）模式，然后设置一个来自仪器内部的300Hz的逻辑信号作为调制信号和一个频率为15kHz、幅度为2Vpp的正弦波作为基波信号。具体步骤如下：

注：只能对这个信号的频率进行设置，这个频率就是ASK幅度跳变的速率，逻辑信号由仪器内部自行配置。


1) 启用幅移键控（ASK）功能

依次触摸 **CH1** → **调制** → **幅移键控** 来启用 ASK 功能。




2) 设置基波信号参数

触摸 **基波**，选择正弦波作为基波波形（默认为正弦波），所以此例不用更改。




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 15kHz。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2Vpp。




3) 设置调制频率

设置完基波参数后，触摸类型回到如下界面对调制频率进行设置。




触摸调制频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 300Hz。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“幅移键控”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 ASK 调制波形的形状如下图所示：




3.1.5 频移键控 (FSK)

在频移键控中，可以配置函数/任意波形发生器在两个预置频率（基波频率和跳跃频率）间移动。根据调制信号的逻辑高低来输出基波信号频率或跳跃信号频率。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择FSK调制

依次触摸 **CH1** → **调制** → **频移键控** 来启用FSK功能，启用FSK功能后，UTG9000T函数/任意波形发生器将以当前设置输出已调制波形。



选择基波波形

FSK基波波形可以是：正弦波、方波、斜波、脉冲波或任意波（DC除外），默认为正弦波。在选择FSK调制后，触摸**基波**，右侧调制类型变为基波波形。




设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

选择调制源

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部或外部的调制源。在您启用 FSK 功能后，可以看到调制源默认为内部，若要进行更改，可以在启用频移键控功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸**调制源**→**内部**更改为外部。



1) 内部源

当调制源选择内部时，内部调制波是占空比为 50%的方波（内置且不可调），可通过设置调制频率来指定基波频率与跳跃频率之间移动的频率。

2) 外部源

当调制源选择外部时，参数列表会隐藏调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形。FSK输出频率由外部数字调制接口（FSK Trig连接器）上的逻辑电平决定。例如，外部输入逻辑低时，输出基波频率，外部输入逻辑高时，输出跳跃频率。

设置跳跃频率

在您启用 FSK 功能后，可以看到跳跃频率默认为 10kHz，若要进行更改，可以在启用频移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行跳跃频率 1 设置，或触摸**跳跃频率 1**的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。跳跃频率可设置的范围取决于基波波形，各基波的频率设置范围参请参考“[基波频率设置](#)”。

设置调制波频率


当调制源选择为内部时，可以设置基波频率与跳跃频率之间移动的频率。在您启用 FSK 功能后，可以对 FSK 速率设置，可设置范围为 $1 \mu\text{Hz} \sim 2\text{MHz}$ ，默认为 100Hz 。若要进行更改，可以在启用频移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸`调制频率`的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

综合实例

首先让仪器工作于频移键控（FSK）模式，然后设置一个来自仪器内部的 2kHz 、 1Vpp 的正弦波作为基波信号，将跳跃频率设为 800Hz ，最后让基波频率与跳跃频率之间以 200Hz 的频率移动。具体步骤如下：


1) 启用频移键控（FSK）功能

依次触摸 `CH1` → `调制` → `频移键控` 来启用 FSK 功能。




2) 设置基波信号参数

触摸`基波`，选择正弦波作为基波波形（默认为正弦波），所以此例不用更改。




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2kHz 。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1Vpp 。




3) 设置跳跃频率和调制频率

设置完基波参数后，触摸类型回到如下界面对调制参数进行设置。




触摸调制频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 200Hz。

触摸跳跃频率 1 数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 800Hz。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“频移键控”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 FSK 调制波形的形状如下图所示：




3.1.6 三频移键控（3FSK）

在三频移键控中，可以配置函数/任意波形发生器在三个预置频率（基波频率和两个跳跃频率）间移动。根据调制信号的逻辑高低来输出基波信号频率或跳跃信号频率。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择3FSK调制

依次触摸 **CH1** → **调制** → **三频移键控** 来启用3FSK功能，启用3FSK功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置输出已调波形。



选择基波波形

3FSK基波波形可以是：正弦波、方波、斜波、脉冲波或任意波（DC除外），默认为正弦波。在选择3FSK调制后，触摸**基波**，右侧调制类型变为基波波形。



设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

设置跳跃频率

在启用三频移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行跳跃频率 1（或跳跃频率 2）设置，或触摸**跳跃频率 1**（或**跳跃频率 2**）的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。跳跃频率可设置的范围取决于基波波形，各基波的频率设置范围请参考“[基波频率设置](#)”。

设置调制波频率


当调制源选择为内部时，可以设置基波频率与跳跃频率之间移动的频率。在您启用 3FSK 功能后，可以对 3FSK 速率设置，可设置范围为 $1 \mu\text{Hz} \sim 2\text{MHz}$ ，默认为 100Hz。若要进行更改，可以在启用三频移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸**调制频率**的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

综合实例

首先让仪器工作于三频移键控（3FSK）模式，然后设置一个来自仪器内部的2kHz、1Vpp的正弦波作为基波信号，将跳跃频率1设为1kHz，跳跃频率2设置为5kHz，最后让基波频率与跳跃频率之间以100Hz的频率移动。具体步骤如下：


1) 启用三频移键控（3FSK）功能

依次触摸 **CH1** → **调制** → **三频移键控** 来启用 3FSK 功能。




2) 设置基波信号参数

触摸**基波**，选择正弦波作为基波波形（默认为正弦波），所以此例不用更改。




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2kHz。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1Vpp。




3) 设置跳跃频率和调制频率

设置完基波参数后，触摸**类型**回到如下界面对调制参数进行设置。



触摸跳跃频率 1 数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1kHz。

触摸跳跃频率 2 数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 5kHz。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“三频移键控”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 3FSK 调制波形的形状如下图所示：




3.1.7 四频移键控（4FSK）

在四频移键控中，可以配置函数/任意波形发生器在四个预置频率（基波频率和三个跳跃频率）间移动。根据调制信号的逻辑高低来输出基波信号频率或跳跃信号频率。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择4FSK调制

依次触摸 **CH1** → **调制** → **四频移键控** 来启用4FSK功能，启用4FSK功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置输出已调波形。



选择基波波形

4FSK 基波波形可以是：正弦波、方波、斜波、脉冲波或任意波（DC 除外），默认为正弦波。在选择 4FSK 调制后，触摸 **基波**，右侧调制类型变为基波波形



设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

设置跳跃频率

在启用四频移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行跳跃频率 1（跳跃频率 2 或跳跃频率 3）设置，或触摸[跳跃频率 1](#)（[跳跃频率 2](#)或[跳跃频率 3](#)）的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。跳跃频率可设置的范围取决于基波波形，各基波的频率设置范围请参考“[基波频率设置](#)”。

设置调制波频率


当调制源选择为内部时，可以设置基波频率与跳跃频率之间移动的频率。在您启用 4FSK 功能后，可以对 4FSK 速率设置，可设置范围为 $1 \mu\text{Hz} \sim 2\text{MHz}$ ，默认为 100Hz。若要进行更改，可以在启用四频移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸[调制频率](#)的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

综合实例

首先让仪器工作于四频移键控（4FSK）模式，然后设置一个来自仪器内部的 500Hz、1Vpp 的正弦波作为基波信号，将跳跃频率 1 设为 2kHz，跳跃频率 2 设置为 5kHz，跳跃频率 3 设置为 10kHz，最后让基波频率与跳跃频率之间以 100Hz 的频率移动。具体步骤如下：


1) 启用四频移键控（4FSK）功能

依次触摸 [CH1](#) → [调制](#) → [四频移键控](#) 来启用 4FSK 功能。




2) 设置基波信号参数

触摸[基波](#)，选择正弦波作为基波波形（默认为正弦波），所以此例不用更改。




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 500Hz。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1Vpp。



3) 设置跳跃频率和调制频率


设置完基波参数后，触摸 **类型** 回到如下界面对调制参数进行设置。



触摸跳跃频率 1 数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2kHz。


触摸跳跃频率 2 数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 5kHz。

触摸跳跃频率 2 数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 10kHz。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“四频移键控”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 4FSK 调制波形的形状如下图所示：




3.1.8 相移键控 (PSK)

在相移键控中，可以配置函数/任意波形发生器在两个预置相位（基波相位和调制相位）间移动。根据调制信号的逻辑高低来输出基波信号相位或调制信号相位。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择PSK调制

依次触摸CH1→调制→相移键控来启用PSK功能，启用PSK功能后，UTG9000T函数/任意波形发生器将以当前的基波相位（默认为0°且不可调）和调制相位输出已调波形。



选择基波波形

PSK基波波形可以是：正弦波、方波、斜波或任意波（DC除外），默认为正弦波。在选择ASK调制后，触摸**基波**，右侧调制类型变为基波波形。




设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

选择调制源

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部或外部的调制源。在您启用 PSK 功能后，可以看到调制源默认为内部，若要进行更改，可以在启用相移键控功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸**调制源**→**内部**更改为外部。



1) 内部源

当调制源选择内部时，内部调制波是占空比为 50%的方波（内置且不可调），可通过设置调制频率来指定基波相位与调制相位之间移动的频率。

2) 外部源

当调制源选择外部时，参数列表会隐藏速率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形。PSK输出相位由外部数字调制接口（FSK Trig连接器）上的逻辑电平决定。例如，外部输入逻辑低时，输出基波相位，外部输入逻辑高时，输出调制相位。

设置调制波频率

当调制源选择为内部时，可以设置基波相位与调制相位之间移动的频率。在您启用 PSK 功能后，可以对调制频率设置，可设置范围为 $1 \mu\text{Hz} \sim 2\text{MHz}$ ，默认为 100Hz。若要进行更改，可以在启用相移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸**调制频率**的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

设置调制相位


调制相位表示已进行PSK调制的波形的相位相对于基波相位的变化。PSK调制相位的可设置范围为 $0^{\circ}\sim 360^{\circ}$ ，默认为 180° 。若要进行更改，可以在启用相移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行相位设置，或触摸**相位**的相位数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

综合实例

首先让仪器工作于相移键控（PSK）模式，然后设置一个来自仪器内部的2kHz、2Vpp的正弦波作为基波信号，最后让基波相位与调制相位 180° 之间以1kHz的频率移动。具体步骤如下：


1) 启用相移键控（PSK）功能

依次触摸 **CH1**→**调制**→**相移键控**来启用 PSK 功能。




2) 设置基波信号参数

触摸**基波**，选择正弦波作为基波波形（默认为正弦波），所以此例不用更改。




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2kHz。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2Vpp。




3) 设置调制频率和相位

设置完基波参数后，触摸 **类型** 回到如下界面对调制参数进行设置：




触摸调制频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1kHz。

触摸相位数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 180°。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility □ 通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“相移键控”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 PSK 调制波形的形状如下图所示：




3.1.9 双相移键控（BPSK）

在二进制相移键控中，可以配置函数/任意波形发生器在预置相位（基波相位和调制相位）间移动，用来表示0和1信息。根据调制信号的逻辑高低来输出基波信号相位或调制信号相位。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择BPSK调制

依次触摸 **CH1** → **调制** → **双相移键控** 来启用 BPSK 功能，启用 BPSK 功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置的调制波形和基波输出已调波形。



选择基波波形

BPSK基波波形可以是：正弦波、方波、斜波或任意波（DC除外），默认为正弦波。在选择BPSK调制后，触摸**基波**，右侧调制类型变为基波波形。




设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”

选择码元

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部的调制源。在您启用 BPSK 功能后，可以看到码元默认为 PN3，若要进行更改，可以在启用双相移键控功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸**码元**→**PN3**进行更改。



设置 BPSK 位率

可以设置基波相位与调制相位之间移动的频率。在您启用双相移键控功能后，可以对双相移键控位率设置，可设置范围为 $1 \mu \text{bps} \sim 2 \text{Mbps}$ ，默认为 100bps。若要进行更改，可以在启用双相移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸**位率**的位率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

设置相位


1) 相位 1 为基波相位，默认为 0° 。若要进行更改，可以在启用相移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行相位设置，或触摸相位 1的相位数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可

2) 相位 2 为调制相位，调制相位表示已进行 BPSK 调制的波形的相位相对于基波相位的变化。BPSK 调制相位的可设置范围为 $0^\circ \sim 360^\circ$ 。操作方法同相位 1。

综合实例


首先让仪器工作于双相移键控（BPSK）模式，然后设置一个来自仪器内部的 2kHz、2Vpp 的正弦波作为基波信号，最后让基波相位与调制初始相位为 90° ，相位之间以 1kbps 的频率移动，设置 PN 码为 PN15。具体步骤如下：

- 1) 启用双相移键控（BPSK）功能依次触摸 **CH1** → **调制** → **双相移键控** 来启用 BPSK 功能。




- 2) 设置基波信号参数

触摸基波，选择正弦波作为基波波形（默认为正弦波），所以此例不用更改。




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2kHz。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2Vpp。



- 3) 设置 BPSK 位率和相位


设置完基波参数后，触摸 **类型** 回到如下界面对调制参数进行设置：



触摸位率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1kbps。


相位不用设置，使用默认值，相位 1：0°，相位 2：90°。

触摸码元 PN3，弹出对话框，选择 PN15。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“双相移键控”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 PSK 调制波形的形状如下图所示：




3.1.10 四相移键控 (QPSK)

在正交相移键控中，可以配置函数/任意波形发生器在四个预置相位（基波相位和 3 个调制相位）间移动。根据调制信号的逻辑高低来输出基波信号相位或调制信号相位。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择QPSK调制

依次触摸 **CH1** → **调制** → **四相移键控** 来启用 QPSK 功能，启用 QPSK 功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置的调制波形和基波输出已调波形。



选择基波波形

四相移键控基波波形可以是：正弦波、方波、斜波或任意波（DC除外），默认为正弦波。在选择四相移键控调制后，触摸 **基波**，右侧调制类型变为基波波形。




设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”

选择码元

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部的调制源。在您启用 QPSK 功能后，可以看到码元默认为 PN3，若要更改，可以在启用四相移键控功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸 **码元**→**PN3** 进行更改。



设置 QPSK 位率

可以设置基波相位与调制相位之间移动的频率。在您启用双相移键控功能后，可以对双相移键控速率设置，可设置范围为 $1 \mu\text{bps}$ – 2Mbps ，默认为 100Hz 。若要更改，可以在启用四相移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸 **位率** 的位率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

设置相位

1) 相位 1 为基波相位，默认为 0° 。


2) 相位 2、3、4 为调制相位，调制相位表示已进行 QPSK 调制的波形的相位相对于基波相位的变化。QPSK 调制相位的可设置范围为 0° ~ 360° 。若要更改，可以在启用相移键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸 **相位 2**、**相位 3**、**相位 4** 的相位数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

综合实例

首先让仪器工作于四相相移键控 (QPSK) 模式，然后设置一个来自仪器内部的 2kHz 、 2Vpp 的正弦波作为基波信号，最后让三个基波相位与调制初始相位分别为 90° 、 180° 、 270° ，相位之间以 1kbps 的频率移动，设置 PN 码为 PN15。具体步骤如下：


1) 启用四相移键控 (QPSK) 功能

依次触摸 **CH1**→**调制**→**四相移键控** 来启用四相移键控功能。




2) 设置基波信号参数

触摸**基波**，选择正弦波作为基波波形（默认为正弦波），所以此例不用更改。




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2kHz。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2Vpp。



3) 设置 QPSK 位率和调制相位


设置完基波参数后，触摸**类型**回到如下界面对调制参数进行设置：



触摸位率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1kbps。


相位不用设置，使用默认值，相位 1：0°，相位 2：90°，相位 3：180°，相位 4：270°。

触摸码元 PN3，弹出对话框，选择 PN15。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“四相移键控”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 QPSK 调制波形的形状如下图所示：




3.1.11 震荡键控 (OSK)

在震荡键控中，可以配置函数/任意波形发生器输出一个间歇振荡的正弦信号。内部晶振起振时，开始输出基波波形；内部晶振停振时，停止输出。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择OSK调制

依次触摸 CH1→调制→震荡键控来启用 OSK 功能，启用 OSK 功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置的调制波形和基波输出已调波形。



选择基波波形

震荡键控基波波形是正弦波。在选择震荡键控调制后，基波波形自动设置为正弦波。触摸**基波**，右侧调制类型只有正弦波形。




设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

选择调制源

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部或外部的触发源。在您启用 OSK 功能后，可以看到触发源默认为内部，若要更改，可以在启用震荡键控功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸**触发源**→**内部**更改为外部。



1) 内部源

当调制源选择内部时，内部调制波是正弦波，可通过设置震荡键控速率来指定起振和停止的相位关系。

2) 外部源

当调制源选择外部时，参数列表会隐藏速率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形。震荡键控输出相位由外部数字调制接口（FSK Trig连接器）上的逻辑电平决定。例如，外部输入逻辑低时，开始输出基波震荡波形，外部

输入逻辑高时，关闭基波震荡波形。

设置震荡时间

振荡周期，即内部晶振的振荡周期。利用多功能旋钮和方向键的配合进行震荡时间设置，或触摸**震荡时间**的时间数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。可设置范围为 1ns~500ks，默认为 2ms。

设置 OSK 速率


当调制源选择为内部时，可以设置基波相位与调制相位之间移动的频率。在您启用震荡键控功能后，可以对震荡键控速率设置，可设置范围为 1 μ Hz~2MHz，默认为 100Hz。若要进行更改，可以在启用震荡键控功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸**调制速率**的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

综合实例

首先让仪器工作于正交相移键控（OSK）模式，然后设置一个来自仪器内部的 2kHz、2Vpp 的正弦波作为基波信号，设置速率为 100Hz，振荡周期为 1 μ s。具体步骤如下：


1) 启用振荡键控（OSK）功能

依次触摸 **CH1**→**调制**→**震荡键控**（来启用震荡键控功能。




2) 设置基波信号参数

触摸**基波**，选择基波信号为正弦波，OSK 调制基波信号只能为正弦波，所以此例不用更改。




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2kHz。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2Vpp。




3) 设置 OSK 速率

设置完基波参数后，触摸 **类型** 回到如下界面对调制参数进行设置：




触摸调制频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 100Hz（默认为 100Hz）。

触摸震荡时间数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1us。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“震荡键控”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 OSK 调制波形的形状如下图所示：




3.1.12 总和调制 (SUM)

在总和调制中，已调制波形通常由基波和调制波组成，基波的幅度乘以调制系数加上调制波的幅度乘以调制系数得到输出波形。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择总和调制

依次触摸 **CH1** → **调制** → **总和调制** 来启用总和调制功能，启用总和调制功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置的调制波形和基波输出已调波形。



选择基波波形

SUM 基波波形可以是：正弦波、方波、斜波、脉冲波、谐波、噪声波或任意波（DC 除外），默认为正弦波。在选择 SUM 调制后，触摸 **基波**，右侧调制类型变为基波波形。




设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

选择调制源

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部或外部的调制源。在您启用 SUM 功能后，可以看到调制源默认为内部，若要进行更改，可以在启用总和调制功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸 **调制源** → **内部** 更改为外部。



1) 内部源

当调制源选择内部时，调制波可以是：正弦波、方波、上升斜波、下降斜波、任意波、噪声，默认为正弦波。在您启用 SUM 功能后，可以看到调制波默认为正弦波，若要进行更改，可以在启用总和调制功能界面利用多功能旋钮或依次触摸 **调制波** → **正弦波**，在弹出框中进行触摸选择。

- 方波：占空比为 50%
- 上升斜波：对称度为 100%
- 下降斜波：对称度为 0%
- 任意波：选择任意波作为调制波形时，函数/任意波形发生器通过自动抽点的方式将任意波长度限制为 2kpts
- 噪声：白高斯噪声

2) 外部源

当调制源选择外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形。SUM 调制深度由后面板的外部模拟调制输入端（Modulation In 连接器）上的 ±5V 信号电平控制。例如，如果已将参数列表中的调制深度值设置为 100%，则在外部调制信号为 +5V 时，SUM 输出幅度最大，当外部调制信号为 -5V 时，SUM 输出幅度最小。设置调制波频率

当调制源选择为内部时，可以设置调制波的频率，调制频率范围为 $1 \mu\text{Hz} \sim 2\text{MHz}$ ，默认为 100Hz 。若要进行更改，可以在启用总和调制功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸`调制频率`的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。当调制源选择为外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形，外部输入的调制信号的频率范围为 $0\text{Hz} \sim 50\text{kHz}$ 。

设置调制深度


调制深度表示幅度变化的程度，用百分比表示。SUM调制深度的可设置范围为 $0\% \sim 100\%$ ，默认为 100% 。在调制深度设为 0% 时，输出基波。在调制深度设为 100% 时，输出调制波。若要进行更改，可以在启用总和调制功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制深度设置，或触摸`调制深度`的深度数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值即可。当调制源选择为外部时，仪器的输出幅度还受后面板的外部模拟调制输入端（Modulation In连接器）上的 $\pm 5\text{V}$ 信号电平控制。

综合实例

首先让仪器工作于总和调制（SUM）模式，然后设置一个来自仪器内部的 1kHz 的正弦波作为调制信号和一个频率为 2kHz 、幅度为 200mVpp 、占空比为 45% 的方波作为基波信号，最后把调制深度设为 80% 。具体步骤如下：


1) 启用总和调制（SUM）功能

依次触摸 `CH1` → `调制` → `总和调制` 来启用总和调制功能。



2) 设置基波信号参数


触摸`基波`，选择方波作为基波波形（默认为正弦波）。



触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2kHz 。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 200mVpp 。

触摸占空比数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 45% 。




3) 设置调制频率和调制深度

设置完基波参数后，触摸类型回到如下界面对调制参数进行设置：




触摸调制频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1kHz。

触摸调制深度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 80%。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“总和调制”字样，以表示开启通道一输出。




通过示波器查看 SUM 调制波形的形状如下图所示：



3.1.13 双边带调幅 (DSBAM)


选择双边调幅

依次触摸 **CH1** → **调制** → **双边调幅** 来启用 DSBAM 功能，启用 DSBAM 功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置的调制波形和基波输出已调波形。



选择基波波形

双边调幅基波波形可以是：正弦波、方波、斜波、脉冲波或任意波（DC除外），默认为正弦波。在选择双边带调幅后，触摸 **基波**，右侧调制类型变为基波波形。




设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

选择调制源

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部或外部的调制源。在您启用 DSBAM 功能后，可以看到调制源默认为内部，若要更改，可以在启用双边调幅功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸**调制源**→**内部**更改为外部。



1) 内部源

当调制源选择内部时，调制波可以是：正弦波、方波、上升斜波、下降斜波、任意波、噪声，默认为正弦波。在您启用 DSBAM 功能后，可以看到调制波默认为正弦波，若要更改，可以在启用双边调幅功能界面利用多功能旋钮或依次触摸**调制波**→**正弦波**，在弹出框中进行触摸选择。

- 方波：占空比为 50%
- 上升斜波：对称度为 100%
- 下降斜波：对称度为 0%
- 任意波：选择任意波作为调制波形时，函数/任意波形发生器通过自动抽点的方式将任意波长度限制为 2kpts
- 噪声：白高斯噪声

2) 外部源

当调制源选择外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形。DSBAM 调制深度由后面板的外部模拟调制输入端（Modulation In 连接器）上的 ±5V 信号电平控制。例如，如果已将参数列表中的调制深度值设置为 100%，则在外部调制信号为 +5V 时，DSBAM 输出幅度最大，当外部调制信号为 -5V 时，DSBAM 输出幅度最小。

设置调制波频率


当调制源选择为内部时，可以设置调制波的频率，调制频率范围为 $1\ \mu\text{Hz}\sim 2\text{MHz}$ ，默认为 100Hz 。若要进行更改，可以在启用双边调幅功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸`调制频率`的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。当调制源选择为外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形，外部输入的调制信号的频率范围为 $0\text{Hz}\sim 50\text{kHz}$ 。

综合实例

首先让仪器工作于双边带调幅（DSBAM）模式，然后设置一个来自仪器内部的 1kHz 的方波作为调制信号和一个频率为 2kHz 、幅度为 2Vpp 的正弦波作为基波信号。具体步骤如下：


1) 启用双边带调幅（DSBAM）功能

依次触摸 `CH1` → `调制` → `双边调幅` 来启用双边带调幅功能。




2) 设置基波信号参

触摸`基波`，选择正弦波作为基波波形（默认为正弦波），所以此例不用更改。




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2kHz 。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2Vpp 。




3) 设置调制波形和调制频率

设置完基波参数后，触摸类型回到如下界面对调制参数进行设置：




触摸调制波的方波，弹出虚拟键盘，在弹出框中进行触摸选择方波。

触摸调制频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入1kHz。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的CH1键快速开启通道一输出，还可以依次触摸Utility→通道设置，再触摸CH1输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后CH1键背光灯亮同时在CH1状态标签由灰色显示为高亮的“双边调幅”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 DSBAM 调制波形的形状如下图所示：




3.1.14 正交调制 (QAM)

在正交调制中，两个频率相同但是相位相差 90° （一般用 \sin 和 \cos 表示）的信号作为基波，用基带信号对基波进行调幅。UTG9000T 函数/任意波形发生器可以输出的调制方式有 QAM4、QAM8、QAM16、QAM32、QAM64、QAM128、QAM256 共七种。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。

注：推荐使用本信号源输出的 10MHz 参考输出信号作为解调设备的参考时钟输入，或者将解调设备的参考时钟引入信号源中作为信号时钟，通过时钟同步可以实现信号的准确解调，消除相位偏差。


选择正交调制

依次触摸 **CH1** → **调制** → **正交调制** 来启用 QAM 功能，启用 QAM 功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置的调制波形和基波输出已调波形。



选择基波波形

正交调制基波波形是正弦波。在选择正交调制后，基波波形自动设置为正弦波。触摸**基波**，右侧调制类型只有正弦波形。



设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

选择调制方式

调制方式，即星座图的分部，根据选择的调制方式而变化。利用多功能旋钮或依次触摸**IQ映射**→**QAM4**进行更改，可设置为QAM4、QAM8、QAM16、QAM32、QAM64、QAM128、QAM256M中的一种。

选择码元

在启用 QAM 功能后，可以看到调制源默认为 PN3，若要进行更改，可以在启用双相移键控功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸**码元**→**PN3**进行更改，可设置为 PN3、PN5、PN7、PN9、PN11、PN13、PN15、PN17、PN21、PN23、PN25、PN27、PN29、PN31、PN33 中的一种。

设置位率


可以设置基波相位与调制相位之间移动的频率。在您启用正交调制功能后，可以对速率设置，可设置范围为 1 μ bps ~ 2Mbps，默认为 100bps。若要进行更改，可以在启用正交调制功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合或依次按**参数**→**位率**进行更改。

综合实例

首先让仪器工作于正交相移键控（QAM）模式，然后设置一个来自仪器内部的2kHz、2Vpp的正弦波作为基波信号，设置速率为100 bps，调制方式为QAM64，数据源为PN7。具体步骤如下：


1) 正交调制（QAM）功能

依次触摸 **CH1**→**调制**→**正交调制**来启用正交调制功能。




2) 设置基波信号参数

触摸**基波**，选择基波信号为正弦波，QAM 调制基波信号只能为正弦波，所以此例不用更改。




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2kHz。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2Vpp。



3) 设置调制参数


设置完基波参数后，触摸**类型**回到如下界面对调制参数进行设置。



依次触摸 **IQ 映射** → QAM4，选择 QAM64。


触摸 **码元** → PN3，选择 PN7。

触摸位率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 100bps（默认为 100bps）。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“正交调制”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 QAM 调制波形的形状如下图所示：




3.1.15 脉宽调制 (PWM)

在脉宽调制中，已调制波形通常由基波和调制波组成，基波的脉宽将随着调制波的幅度的变化而变化。各个通道的调制模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的调制模式。


选择PWM调制

依次触摸`CH1`→`调制`→`脉宽调制`来启用PWM功能，启用PWM功能后，UTG9000T函数/任意波形发生器将以当前设置的调制波形和基波输出已调波形。



选择基波波形

PWM基波波形只能是脉冲波。在选择PWM调制后，基波波形自动设置为脉冲波。触摸`基波`，右侧调制类型只有脉冲波。




设置基波频率

请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”

选择调制源

UTG9000T 函数/任意波形发生器可以选择来自内部或外部的调制源。在您启用 PWM 功能后，可以看到调制源默认为内部，若要进行更改，可以在启用脉宽调制功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸`调制源`→`内部`更改为外部。



1) 内部源

当调制源选择内部时，调制波可以是：正弦波、方波、上升斜波、下降斜波、任意波、噪声，默认为正弦波。在您启用 PWM 功能后，可以看到调制波默认为正弦波，若要进行更改，可以在启用脉宽调制功能界面利用多功能旋钮或依次触摸`调制波`→`正弦波`，在弹出框中进行触摸选择。

- 方波：占空比为 50%
- 上升斜波：对称度为 100%
- 下降斜波：对称度为 0%
- 任意波：选择任意波作为调制波形时，函数/任意波形发生器通过自动抽点的方式将任意波长度限制为 4kpts
- 噪声：白高斯噪声

2) 外部源

当调制源选择外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形。PWM 的占空比偏差由后面板的外部模拟调制输入端（Modulation In 连接器）上的 $\pm 5V$ 信号电平控制。例如，如果已将参数列表中的占空比偏差值设置为 15%，则在外部调制信号为 +5V 时，基波信号（脉冲波）占空比增加 15%，较低的外部信号电平产生较少的偏差。

设置调制波频率

当调制源选择为内部时，可以设置调制波的频率，调制频率范围为 $1 \mu\text{Hz} \sim 2\text{MHz}$ ，默认为 100Hz。若要进行更改，可以在启用脉宽调制功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸`调制频率`的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。当调制源选择为外部时，参数列表会隐藏调制波和调制频率选项，此时将使用一个外部波形调制基波波形，外部输入的调制信号的频率范围为 $0\text{Hz} \sim 50\text{kHz}$ 。

设置占空比偏差

占空比偏差表示已调波形相对于当前设定的基波占空比的偏差。PWM 占空比的可设置范围为 $0\% \sim 49.999825\%$ ，默认为 49.999825% 。若要进行更改，可以在启用脉宽调制功能界面利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制深度设置，或触摸`脉宽偏差`的深度数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值即可。


- 占空比偏差表示已调波形相对于原始脉冲波形的占空比的变化（以%表示）。
- 占空比偏差不能超过当前脉冲波的占空比。
- 占空比偏差与当前脉冲波的占空比之和必须 $\leq 99.99\%$
- 占空比偏差受到脉冲波最小占空比和当前边沿时间的限制。

综合实例

首先让仪器工作于脉宽调制（PWM）模式，然后设置一个来自仪器内部的 1kHz 的正弦波作为调制信号和一个频率为 10kHz、幅度为 2Vpp、占空比为 50%、上升/下降时间设为 100ns 的脉冲波作为基波信号，最后把占空比偏差设为 40%。具体步骤如下：


1) 启用脉宽调制（PWM）功能

依次触摸 `CH1`→`调制`→`脉宽调制`来启用 PWM 功能。



2) 设置基波信号参数

触摸**基波**，PWM 调制基波信号只能为脉冲波，所以此例不用更改：




触摸频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 10kHz。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2Vpp。


触摸上升沿数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 100ns。

触摸下降沿数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 100ns。




3) 设置调制参数

设置完基波参数后，触摸**类型**回到如下界面对调制参数进行设置




触摸调制频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1kHz。

触摸脉宽偏差数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 40%。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“脉宽调制”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看 PWM 调制波形的形状如下图所示：




3.2 输出扫频波形

在选择扫频模式时，函数/任意波形发生器在指定的扫频时间内，输出频率是一个从起始频率到停止频率以线性、对数、步进或列表方式变化的。触发源可以是内部、外部或手动触发；对于正弦波、方波、斜波、脉冲波和任意波（DC 除外），均可以产生扫频输出。各个通道的扫频模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的扫频模式。

3.2.1 选择扫频


1) 开启扫频功能

依次触摸 **CH1** → **扫频**，启用扫频功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置输出扫频波形。




2) 选择扫频波形

通过上面开启扫频功能后，触摸 **基波**，右侧调制类型变为基波波形（默认为正弦波），弹出的界面如下图所示：



3.2.2 设置起始和停止频率

起始频率和停止频率是频率扫描的频率上限和下限。函数/任意波形发生器总是从起始频率扫频到停止频率，然后又回到起始频率。要设置起始或停止频率请在扫频模式界面，利用多功能旋钮和方向键的配合进行调制频率设置，或触摸起始频率或停止频率的频率数字后，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。



- 当起始频率<停止频率时，函数/任意波形发生器从低频向高频扫描。
- 当起始频率>停止频率时，函数/任意波形发生器从高频向低频扫描。
- 当起始频率=停止频率时，函数/任意波形发生器输出固定频率。
- 扫频模式的同步信号是一个扫频起点到扫频时间中点为低、扫频时间中点至扫频时间结束为高的信号。

默认情况下，起始频率为 1kHz，停止频率为 1MHz，但不同的扫频波形起始和停止频率可设置的范围不同，各扫频波的频率设置范围请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”。

3.2.3 扫频方式

UTG9000T 支持的调制方式有线性、对数、步进和列表。


线性扫频，在扫频期间波形发生器以线性方式改变输出频率；

对数扫频，波形发生器以对数方式改变输出频率；

步进扫频，从起始频率到停止频率，以设定的步数进行扫频；

列表扫频，按照列表设置的频率进行扫频。

默认为线性扫频方式，若要进行更改，请在开启扫频模式界面中触摸**线性**、**对数**、**步进**或**列表**。



3.2.4 扫频时间


设定从起始频率到终止频率所需的时间，默认为 1ms，可设置范围为 1ms~500s。若要更改可以在选择扫频方式界面中，触摸**扫频时间**后通过弹出的对话框或数字键盘输入数字再按对应的单位软键来完成更改。




3.2.5 选择触发源

信号发生器在接受到一个触发信号时，产生一次扫频输出，然后等待下一个触发信号。扫频的触发源可以是内部、外部（外部升沿和外部降沿）或手动触发。若要更改可以在选择扫频方式功能界面利用多功能旋钮切换，或依次触摸**调制源**→**内部**，更改为外部升沿、外部降沿或手动触发。

- 1) 在选择内部触发时，波形发生器将输出一个连续扫频，其速率由扫频时间决定。
- 2) 在选择外部触发时，波形发生器将接受一个已应用于后面板外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）的硬件触发。每次接收一个具有指定极性的 TTL 脉冲时，波形发生器就会启动一次扫频。注：触发源选择为外部时，参数列表中的触发输出选项会隐藏，因为触发输出也是通过外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）输出的，此接口不可能同时用作外部触发输入和内部触发输出。



- 3) 在选择手动触发时，屏幕右侧的当前通道设置状态出现手动触发，按一次手动触发就输出一扫频。



3.2.6 触发输出

当触发源选择内部或手动触发时，可以通过外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）输出触发信号（方波），信号与 TTL 电平兼容。默认触发输出选项是“关闭”，若要更改可以在选择扫频方式界面中可以利用多功能旋钮切换，或依次触摸触发输出→关闭，更改为上升沿或下降沿。

- 内部触发时，信号发生器在扫频开始时从外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）输出一个占空比为 50% 的方波。触发周期取决于指定的扫频时间。
- 手动触发时，信号发生器在扫频开始时从外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）输出一个脉冲宽度大于 1us 的脉冲。
- 外部触发时，参数列表中的触发输出选项会隐藏，因为触发输出也是通过外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）输出的，此接口不可能同时用作外部触发输入和内部触发输出。

3.2.7 触发沿


无论外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）上用作输入还是输出都可以指定边沿，当用作输入时（即触发源选择为外部），“外部升沿”代表外部信号的上升沿触发输出一个扫频波，“外部降沿”代表外部信号的下降沿触发输出一个扫频波。当用作输出时（即触发源为“内部”或“手动”触发时且触发输出为“开”），“上升沿”代表上升沿输出触发信号，“下降沿”则代表下降沿输出触发信号，默认为“上升沿”。

3.2.8 综合实例

首先让仪器工作于扫频模式，然后设置一个幅度为1Vpp、占空比为50%的方波信号作为扫频波，扫频方式设为线性，设置扫频时的起始频率为1kHz、停止频率为50kHz、扫频时间为2ms，最后使用内部源的上升沿触发输出扫频波。具体步骤如下：


1) 启用扫频功能

依次触摸 **CH1** → **扫频** → **线性** 来开启线性扫频功能。




2) 设置基本参数


通过上面启用线性扫频功能后，触摸 **基波**，选择方波作为基波波形（默认为正弦波），此时会弹出如下界面：




触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1Vpp。



3) 设置起始/停止频率、扫频时间、触发源和触发沿
 设置完基波参数后，触摸类型回到扫频界面对扫频参数进行设置。




设置扫频方式为线性扫频（默认为线性）。
 触摸起始频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 1kHz。
 触摸停止频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 50kHz。
 触摸扫频时间数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2ms。



4) 启用通道输出
 触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸

Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“线性”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看扫频波形的形状如下图所示：




3.3 输出脉冲串

信号发生器能创建一个具有指定循环周期数的波形（称为脉冲串）。UTG9000T 支持由内部、外部或手动触发控制脉冲串输出；支持三种脉冲串类型，包括 N 周期、门控和无限。对于正弦波、方波、斜波、脉冲波、任意波（DC 除外）或噪声（仅适用于门控脉冲串）均可以产生脉冲串。各个通道的扫频模式相互独立，您可以对各通道配置相同或不同的扫频模式。

3.3.1 选择脉冲串

1) 开启脉冲串功能


依次触摸 **CH1**→**脉冲串**，启用脉冲串功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置输出脉冲串。



2) 选择波形

- N 周期模式支持：正弦波、方波、斜波、脉冲波和任意波（DC 除外）。
- 门控模式支持：正弦波、方波、斜波、脉冲波、任意波（DC 除外）和噪声。
- 无限模式支持：正弦波、方波、斜波、脉冲波和任意波（DC 除外）。

通上上面开启脉冲串功能后，触摸基波，右侧调制类型变为基波波形（默认为正弦波），弹出的界面如下图所示：



3) 设置波形频率

在 N 周期和门控模式中，波形频率定义了脉冲串期间的信号频率。在 N 周期模式中，将以指定的循环次数和波形频率输出脉冲串。在门控模式中，当触发信号为高电平时以波形频率输出脉冲串。

注意：波形频率与脉冲串周期不同，脉冲串周期用于指定脉冲串之间的间隔（仅为 N 循环模式）。各波形默认频率为 1kHz，设置频率范围请参考调幅调制的“[基波频率设置](#)”

要设置波形频率请在选择波形后利用多功能旋钮和方向键的配合进行此参数设置或者频率数字，再输入所需数值，然后选择单位即可。

3.3.2 脉冲串类型


UTG9000T 可输出 N 周期、门控和无限三种类型的脉冲串，默认类型为 N 周期。

1) N 周期模式

在开启脉冲功能界面中，触摸 N 周期，进入 N 周期模式，在这种模式下，每次收到触发时，波形发生器都将输出一个具有指定循环数的波形（脉冲串）。在已输出指定数量的循环数之后，波形发生器将停止并等待下一个触发。此模式下脉冲串的触发源可以是内部、外部或手动触发。若要更改可以在选择脉冲串的类型界面中（如下图）可以利用多


功能旋钮切换，或依次触摸**调制源**→**内部**，更改为外部升沿、外部降沿或手动触发。

注：触发源选择为外部升沿或外部降沿时，参数列表中的触发输出选项会隐藏，因为触发输出也是通过外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）输出的，此接口不可能同时用作外部触发输入和内部触发输出。



2) 门控模式


在开启脉冲功能界面中，触摸门控，进入门控模式，门控脉冲串模式下，参数列表自动隐藏触发源、触发输出、触发周期和循环数选项。因为只能使用外部触发源，波形发生器根据后面板外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）的硬件触发。当极性设为正极性且触发输入信号为高电平时，输出一个连续波形；当触发输入信号为低电平时，首先完成当前的波形周期，然后停止，同时保持在所选波形的起始相位对应的电平上。对于噪声波形，当门控信号变为假时，输出将立即停止。极性可在选定为门控模式界面中（如下图）可以利用多功能旋钮和方向键的配合或依次触摸**极性**→**正极性**更改为内部。



3) 无限模式

在开启脉冲功能界面中，触摸无限，进入无限模式，无限脉冲串模式下，参数列表自动隐藏触发周期和循环数选项，无限脉冲串相当于将波形循环次数设为无限大，信号发生器在接收到触发信号时，输出连续的波形。此模式下脉冲串的触发源可以是内部、外部或手动触发。若要更改可以在选择脉冲串的类型界面中（如下图）可以利用多功能旋钮和方向键的配合或依次触摸**调制源**→**内部**，更改为外部升沿、外部降沿或手动触发。

注：触发源选择为外部时，参数列表中的触发输出选项会隐藏，因为触发输出也是通过外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）输出的，此接口不可能同时用作外部触发输入和内部触发输出。




3.3.3 脉冲串起始相位

脉冲串起始相位为脉冲串起始点的相位，可设置范围为 $0^{\circ} \sim +360^{\circ}$ ，默认初始相位为 0° ，若要进行更改在选择脉冲串的类型界面中可以利用多功能旋钮和方向键的配合或触摸起始相位的数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

- 对于正弦波、方波、斜波、脉冲波， 0° 是波形正向通过0V（或直流偏移值）的点。
- 对于任意波形， 0° 是下载到存储器的第一个波形点。
- 起始相位对噪声波没有影响。

3.3.4 脉冲串触发周期



触发周期（脉冲串周期）仅适用于N周期模式，定义为从一个脉冲串开始到下一个脉冲串开始的时间，当触发源选择为外部和手动触发时，参数列表会隐藏猝发周期（脉冲串周期）选项。猝发周期（脉冲串周期）的可设置范围为 $1\mu\text{s} \sim 500\text{s}$ ，默认“触发周期”时间为 5.000ms ，若要进行更改在选择脉冲串的类型为N循环后利用多功能旋钮和方向键的配合或触摸触发周期的数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。

- 触发周期（脉冲串周期） \geq 波形周期 \times 循环数（脉冲串个数）。此处，波形周期为“选择脉冲串”节中提到的波形频率的倒数。

- 如果设置的猝发周期（脉冲串周期）过小，信号发生器将自动增加该周期以允许指定数量的循环输出。

3.3.5 脉冲串计数

在 N 周期模式下，脉冲串计数用来指定波形周期的个数。可设置范围为 1~50000 个周期，默认为 2 个，若要进行更改在选择脉冲串的类型为“N 周期”后利用多功能旋钮和方向键的配合或触发循环数的数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值。

- 循环数<猝发周期×波形频率。
- 如果循环数超出上述限制，信号发生器将自动增大脉冲串周期，以适应指定的脉冲串计数(但是不会改变波形频率)。

3.3.6 选择触发源

信号发生器在接受到一个触发信号时，产生一次脉冲串输出，然后等待下一个触发信号。脉冲串的触发源可以是内部、外部或手动触发。若要更改可以在选择脉冲串类型界面中可以利用多功能旋钮切换，或依次按[参数]→[触发源]软键来完成更改。

- 1) 选择内部触发时，脉冲串以指定频率持续输出，输出的脉冲串频率由脉冲串周期决定。信号发生器可输出“N 循环”或“无限”类型脉冲串。
- 2) 选择外部触发时，波形发生器将接受一个已应用于后面板外部数字调制接口 (FSK Trig 连接器) 的硬件触发。每次接收一个具有指定极性的 TTL 脉冲时，波形发生器就会输出一个脉冲串。信号发生器可输出“N 循环”、“门控”或“无限”类型脉冲串。

注：触发源选择为外部时，参数列表中的触发输出选项会隐藏，因为触发输出也是通过外部数字调制接口 (FSK Trig 连接器) 输出的，此接口不可能同时用作外部触发输入和内部触发输出。

- 3) 在选择手动触发时，屏幕右侧的当前通道设置状态出现[手动触发]，按一次[手动触发]就输出一“N 周期”或“无限”类型脉冲串

3.3.7 触发输出

当触发源选择内部或手动触发时，可以通过外部数字调制接口 (FSK Trig 连接器) 输出触发信号 (方波)，信号与 TTL 电平兼容。默认触发输出选项是“关”，若要更改可以在选择脉冲串的类型界面中可以利用多功能旋钮切换，依次触摸[触发输出]→[关闭]，更改为上升沿或下降沿。

- 内部触发时，信号发生器在脉冲串开始时从外部数字调制接口 (FSK Trig 连接器) 输出一个占空比为 50% 的方波。波形的周期与指定的脉冲串周期相等。
- 手动触发时，信号发生器在脉冲串开始时从外部数字调制接口 (FSK Trig 连接器) 输出一个脉冲宽度大于 1us

的脉冲。

- 外部触发时，参数列表中的触发输出选项会隐藏，因为触发输出也是通过外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）输出的，此接口不可能同时用作外部触发输入和内部触发输出。

3.3.8 触发沿


无论外部数字调制接口（FSK Trig 连接器）上用作输入还是输出都可以指定触发边沿，当用作输入时（即触发源选择为外部升沿或外部降沿），“外部升沿”代表外部信号的上升沿触发输出一个脉冲串，“外部降沿”代表外部信号的下降沿触发输出一个脉冲串；门控模式时，参数列表中的极性为“正极性”时，则为外部信号为高电平时触发输出一个脉冲串，“负极性”代表外部信号的低电平触发输出一个脉冲串。当用作输出时（即触发源为“内部”或“手动”触发时且触发输出为“开”），“上升沿”代表上升沿输出触发信号，“下降沿”则代表下降沿输出触发信号。默认为“上升沿”。

3.3.9 综合实例

首先让仪器工作于脉冲串模式，然后将一个周期为5ms、幅度为500mVpp的正弦波信号作为脉冲串波形，脉冲串类型设为N周期，脉冲串周期15ms，最后将循环数为2个。具体步骤如下：


1) 启用脉冲串功能

依次触摸 **CH1** → **脉冲串** → **N 周期**。




2) 选择脉冲串波形

通上上面将脉冲串设为 N 周期模式后，触摸 **基波**，选择正弦波作为基波波形（默认为正弦波），所以此例不用更改。




注：此处若显示为频率则只能对频率进行设置，也就是说不能实现频率与周期的转换。若显示为频率，则 2ms 的周期对应 500Hz 的频率，它们成倒数关系，即： $T=1/f$ 。您可以触摸频率，用于对参数列表的频率与周期进行转换，此时会弹出如下界面：




触摸周期数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 5ms。

触摸幅度数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 500mVpp。




3) 设置脉冲串周期和波形循环个数

选择好脉冲串波形和对相关参数后，触摸类型回到脉冲串界面：




要设置某项参数先按对应的软键，再输入所需数值，然后选择单位即可。




4) 启用通道输出

触摸通道设置状态的输出“关”变为“开”，您也可以按前面板上的 CH1 键快速开启通道一输出，还可以依次触摸 Utility→通道设置，再触摸 CH1 输出为开，或者通过双击屏幕底部状态标签栏来切换通道开和关状态。通道输出开启后 CH1 键背光灯亮同时在 CH1 状态标签由灰色显示为高亮的“N 周期”字样，以表示开启通道一输出。



通过示波器查看脉冲串的形状如下图所示：




3.4 输出任意波

UTG9000T在非易失性存储器中一共存储了超200种类型的标准波形，各波形名称见表4-4（内置任意波列表）。仪器也可通过上位机软件创建和编辑任意波形，通过前面板的USB接口读取已存入U盘中的任意波形数据文件。


3.4.1 启用任意波功能

依次触摸 **CH1** → **任意波**，启用任意波功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置输出任意波形。




3.4.2 逐点输出\DDS 模式

UTG9000T 支持逐点/DDS 输出任意波形。逐点输出模式下，信号发生器自动根据波形长度（如：65.536k 点）和采样率计算输出信号的频率（4577.64Hz）。信号发生器以该频率逐个输出波形点。逐点输出模式可以防止重要的波形点丢失。默认 DDS 模式，在这种情况下波形通过软件自动插值或抽点的方式以固定的长度（8,192 点）和参数列表中的频率输出任意波形，若要进行更改，可以在启用任意波功能界面利用多功能旋钮切换，或触摸 DDS 更改为逐点。逐点输出如下图所示：



3.4.3 选择任意波


UTG9000T 允许用户选择仪器内部或外部存储器中的任意波形进行输出。可以在启用任意波功能界面中利用多功能旋钮和方向键的配合或触摸波形文件列表的文件名，进入任意波选择窗口，如下图所示：



选择任意波种类，例如：依次触摸**本地** → **常用** → 选择 AbsSine.bsv，显示如下：



然后再触摸加载，自动关闭任意波选择窗口，任意波选择完毕。



注：将 U 盘插入前面板的 USB 接口后，利用多功能旋钮和方向键的配合或依次按**参数** → **选任意波**软键是先进行存储器选择，然后再选择您需要的任意波形。UTG9000T 支持波形长度小于约 64M 个点的*.csv 文件或*.bsv 文件。

表 4-4 内置任意波列表

类型	名称	说明
常用函数 Common (15 种)	Sin	正弦函数
	Square	方波
	Ramp	锯齿波
	NegRamp	反锯齿波

	PPulse	正脉冲
	NPulse	负脉冲
	Noise	噪声波
	Sinc	Sinc 函数
	Cardiac	心电图
	EEG	脑电图
	DualTone	双音频信号
	AbsSine	正弦绝对值
	StairDn	阶梯下降
	StairUp	阶梯上升
	Trapezia	梯形
工程 Engine (25 种)	BandLimited	带限信号
	BlaseiWave	爆破震动“时间-振速”曲线
	Butterworth	巴特沃斯滤波器
	Chebyshev1	I 型切比雪夫滤波器
	Chebyshev2	II 型切比雪夫滤波器
	Combin	组合函数
	CPulse	C-Pulse 信号
	CWPulse	CW 脉冲信号
	DampedOsc	阻尼振荡“时间-位移”曲线
	DualTone	双音频信号
	Gamma	Gamma 信号
	GateVibar	闸门自激振荡信号
	LFMPulse	线性调频脉冲信号
	MCNoise	机械施工噪声
	Discharge	镍氢电池放电曲线
	Pahcur	直流无刷电机电流波形
	Quake	地震波
	Radar	雷达信号
	Ripple	电源纹波
	RoundHalf	半球波
	RoundsPM	RoundsPM 波形
	StepResp	阶跃响应信号
	SwingOsc	秋千振荡动能-时间曲线
TV	电视信号	
Voice	语音信号	
数学 Maths (27 种)	Airy	Airy 函数
	Besselj	第 I 类贝塞尔函数
	Besselk	Besselk 函数
	Bessely	第 II 类贝塞尔函数
	Cauchy	柯西分布
	Cubic	立方函数
	Dirichlet	狄利克雷函数
	Erf	误差函数
	Erfc	补余误差函数

	ErfcInv	反补余误差函数
	ErfInv	反误差函数
	ExpFall	指数下降函数
	ExpRise	指数上升函数
	GammaIn	伽玛函数的自然对数
	Gauss	高斯分布, 或称正态分布
	HaverSine	半正矢函数
	Laguerre	四次拉盖尔多项式
	Laplace	拉普拉斯分布
	Legend	五次勒让德多项式
	Log	以 10 为底的对数函数
	LogNormal	对数正态分布
	Lorentz	洛伦兹函数
	Maxwell	麦克斯韦分布
	Rayleigh	瑞利分布
	Versiera	箕舌线
	Weibull	韦伯分布
	ARB_X2	平方函数
分段调制 SectMod (5 种)	AM	正弦分段调幅波
	FM	正弦分段调频波
	PFM	脉冲分段调频波
	PM	正弦分段调相波
	PWM	脉宽分段调频波
生物电 Bioelect (6 种)	Cardiac	心电信号
	EOG	眼电图
	EEG	脑电图
	EMG	肌电图
	Pulseiogram	常人脉搏曲线
	ResSpeed	常人呼气流速曲线
医疗 Medical (4 种)	LFPulse	低频脉冲电疗波形
	Tens1	神经电刺激疗法波形 1
	Tens2	神经电刺激疗法波形 2
	Tens3	神经电刺激疗法波形 3
标准 Standard (17 种)	Ignition	汽车内燃机点火波形
	IS016750-2 SP	具有振荡的汽车启动剖面图
	IS016750-2 Starting1	启动导致的汽车电压波形 1
	IS016750-2 Starting2	启动导致的汽车电压波形 2
	IS016750-2 Starting3	启动导致的汽车电压波形 3
	IS016750-2 Starting4	启动导致的汽车电压波形 4
	IS016750-2 VR	重新设置时, 汽车的工作电压剖面图
	IS07637-2 TP1	由于切断电源导致的汽车瞬变现象
	IS07637-2 TP2A	由于配线中的电感导致的汽车瞬变现象
	IS07637-2 TP2B	由于启动转换关闭导致的汽车瞬变现象
	IS07637-2 TP3A	由于转换导致的汽车瞬变现象
IS07637-2 TP3B	由于转换导致的汽车瞬变现象	

		象
	ISO7637-2 TP4	启动过程中的汽车工作剖面图
	ISO7637-2 TP5A	由于切断电池电源导致的汽车瞬变现象
	ISO7637-2 TP5B	由于切断电池电源导致的汽车瞬变现象
	SCR	SCR 烧结温度发布图
	Surge	浪涌信号
三角函数 Trigonome (21 种)	CosH	双曲余弦
	CosInt	余弦积分
	Cot	余切函数
	CotHCon	凹陷的双曲余切
	CotHPro	凸起的双曲余切
	CscCon	凹陷的余割
	CscPro	凸起的余割
	CotH	双曲余切
	CscHCon	凹陷的双曲余割
	CscHPro	凸起的双曲余割
	RecipCon	凹陷的倒数
	RecipPro	凸起的倒数
	SecCon	凹陷的正割
	SecPro	凸起的正割
	SecH	双曲正割
	Sinc	Sinc 函数
	SinH	双曲正弦
	SinInt	正弦积分
	Sqrt	平方根函数
	Tan	正切函数
TanH	双曲正切	
反三角 AntiTrigonome (17 种)	ACos	反余弦函数
	ACosH	反双曲余弦函数
	ACotCon	凹陷的反余切函数
	ACotPro	凸起反余切函数
	ACotHCon	凹陷的反双曲余切函数
	ACotHPro	凸起反双曲余切函数
	ACscCon	凹陷的反余割函数
	ACscPro	凸起反余割函数
	ACscHCon	凹陷的反双曲余割函数
	ACscHPro	凸起反双曲余割函数
	ASecCon	凹陷的反正割函数
	ASecPro	凸起反正割函数
	ASecH	反双曲正割函数
	ASin	反正弦函数
	ASinH	反双曲正弦函数
	ATan	反正切函数
ATanH	反双曲正切函数	
噪声 (6 种)	NoiseBlue	蓝噪声
	NoiseBrown	褐色噪声 (红噪声)
	NoiseGray	灰色噪声

	NoisePink	粉红噪声
	NoisePurple	紫噪声
	Noisewhite	白噪声
窗函数 Window (17 种)	Bartlett	巴特利特窗
	BarthannWin	修正的巴特利特窗
	Blackman	布莱克曼窗
	BlackmanH	BlackmanH 窗
	BohmanWin	BohmanWin 窗
	Boxcar	矩形窗
	ChebWin	切比雪夫窗
	GaussWin	高斯窗
	FlatTopWin	平顶窗
	Hamming	汉明窗
	Hanning	汉宁窗
	Kaiser	凯塞窗
	NuttallWin	最小四项布莱克曼-哈里斯窗
	ParzenWin	Parzen 窗
	TaylorWin	Taylor 窗
	Triang	三角窗, 也称 Fejer 窗
	TukeyWin	Tukey 窗
复数小波 Complex Wavelets (7 种)	Complex Frequency B-spline	复 Frequency B-spline 函数
	Complex Gaussian	复高斯函数
	Complex Morlet	复 Morlet 小波
	Complex Shannon	复香农函数
	Mexican hat	墨西哥帽小波
	Meyer	Meyer 小波
	Morlet	Morlet 小波
其它 Other (3 种)	ABA_1_1	
	ABA_1_2	
	ALT_03	
	ALT_04	
	ALT_05	
	AUDIO	
	circle	圆形调制
	COIL_2_1	
	COIL_2_2	
	DC_04	
	diamond	菱形调制
	ECT_1_2	
	EGR_2	
	EGR_3_2	
	EST_03_2	
	Heart	心形调制
	IAC_1_1	
	INJ_1_1	
	INJ_2	
	INJ_3	
INJ_4		
INJ_5_6		
INJ_7		

	KS_1_1	
	MAF_1_1	
	MAF_1_2	
	MAF_5_3	
	MAP_1_1	
	MAP_1_2	
	MC_3	
	Mexican hat	墨西哥帽小波
	O2PROPA1	
	O2PROPA2	
	O2SNAP	
	STAR02_1	
	TPS_1_1	
	TPS_1_2	
	UNIT	语音片段

3.4.4 创建和编辑任意波形

通过强大的上位机软件来创建和编辑复杂的任意波形（可以任意幅度，任意形状），具体操作请参见《UTG9000T 任意波形编辑软件操作手册》，创建好的任意波形可以导入函数/任意波形发生器。

3.5 输出数字协议


信号发生器能输出 IIC、SPI、UART、(TTL) 三种类型的协议编码。支持连续时间的发送和手动发送。不同协议模式下，可以设置相应的协议参数。打开数字协议后，通过前面板的通道输出接口输出相应的信号。

3.5.1 SPI 协议

在 SPI 协议模式下，可以配置函数/任意波形发生器生成参数可配置的 SPI 协议信号。

选择SPI

依次触摸 **Utility** → **数字协议** → **SPI**，启用 SPI 功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置的 SPI 模式输出协议信号



设置时钟

SPI 的发送时钟可以根据用户需求进行设置。在 SPI 模式下，触摸**时钟**的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。时钟范围为 1Hz~50MHz。

设置数据格式

SPI 的数据格式可以根据用户需求进行设置，可以设置为十六进制或字符。在 SPI 模式下，触摸**数据格式**的选项进行选择。

设置数据

可以根据需求设置不同的比特位数，触摸 SPI 右侧数据输入框，弹出如下图所示：



根据实际情况选择输入数据，输入后回车，完成数据输入。

设置发送方式

发送可以设置为自动发送和手动发送两种模式。在自动发送状态下，仪器在一定时间长度内发送一次所设置的协议编码；在手动模式下，在用户按下发送键后，仪器每次发送一次所设置的协议信号。

1) 自动发送

触摸**发送方式**选项，选择发送方式为自动（默认为自动）。打开输出后协议信号自动连续的从通道接口输出波形。

2) 手动发送

触摸**发送方式**选项，选择发送方式为手动（默认为自动）。此时触摸数据右侧的**发送**，仪器将输出一次所

设波形。

设置间隔时间

如果发送方式为自动，则根据实际情况设定数据发送的间隔时间。如需设置，触摸`间隔时间`的时间数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。间隔时间设置范围：20ns~1000s。

综合实例

首先让仪器工作于 SPI 模式，然后设置仪器输出数据设置为十六进制 13、21、34、55、89，时钟为 15kHz，每隔 5ms 发送一次。具体步骤如下：

1) 启用 SPI 功能

依次触摸 `Utility` → `数字协议` → `SPI`。



2) 设置数据参数

触摸`时钟`的频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 15kHz。

触摸`时间间隔`的数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 5ms。

触摸数据输入框，弹出对话框后输入 13、21、34、55、89。



3) 打开输出

触摸`关闭`，输出变为打开，CH2 为 SPI-SCLK，CH3 为 SPI-CS，CH4 为 SPI-MOSI。如下图所示：



3.5.2 IIC 协议

在 IIC 协议模式下，可以配置函数/任意波形发生器生成参数可配置的协议信号。

选择 IIC

依次触摸 **Utility** → **数字协议** → **IIC**，启用 IIC 功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置的 IIC 模式输出协议信号。



设置时钟

IIC 的发送时钟可以根据用户需求进行设置。在 IIC 模式下，触摸**时钟**的频率数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。时钟范围为 1Hz~50MHz。

设置数据格式

IIC 的数据格式可以根据用户需求进行设置，可以设置为十六进制或字符。在 IIC 模式下，触摸**数据格式**的选项进行选择。

设置数据

可以根据需求设置不同的比特位数，触摸 IIC 右侧数据输入框，弹出如下图所示：



设置发送方式

请参考 3.5.1 章节的“[设置发送方式](#)”

设置间隔时间

如果发送方式为自动，则根据实际情况设定数据发送的间隔时间。如需设置，触摸`间隔时间`的时间数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。间隔时间设置范围：20ns~1000s。

综合实例

首先让仪器工作于IIC模式，然后设置仪器输出地址为10位，值为65，IIC时钟信号为500kHz，数据设置为十进制17、19、23、29、31，每隔5ms发送一次。具体步骤如下：

1) 启动 IIC 功能

依次触摸 `Utility` → `数字协议` → `SPI`。



2) 设置数据参数

触摸`时钟`的频率数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 15kHz。

触摸`时间间隔`的数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 5ms。

触摸数据输入框，弹出对话框后输入 7、19、23、29、31。

3) 打开输出

触摸`关闭`，输出变为打开，CH3 为 IIC-SCL，CH4 为 IIC-SDA。如下图所示：



3.5.3 UART 协议

在 UART 协议模式下，可以配置函数/任意波形发生器生成参数可配置的串口协议信号。

选择UART

依次触摸 **Utility** → **数字协议** → **UART**，启用 UART 功能后，UTG9000T 函数/任意波形发生器将以当前设置的 UART 模式输出协议信号。

设置波特率

UART 的波特率可以根据用户需求进行设置。在 UART 模式下，触摸 **波特率** 的数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值，然后选择单位即可。波特率范围为 1-1000000。

设置数据格式

UART 的数据格式可以根据用户需求进行设置，可以设置为十六进制或字符。在 UART 模式下，触摸 **数据格式** 的选项进行选择

设置数据

可以根据需求设置不同的比特位数，触摸 UART 右侧数据输入框，弹出如下图所示：



设置发送方式

请参考 3.5.1 章节的“[设置发送方式](#)”

选择波特率

在选择 UART 后，默认波特率为 115200。要设置波特率请在选择协议后利用多功能旋钮和方向键的配合进行此参数

设置或者触摸**波特率**的数字，弹出虚拟键盘，再输入所需数值即可。

设置数据位

可以根据需求设置不同的比特位数，UART 模式下，数据为有 4、5、6、7 和 8，默认为 8 位。要设置波特率请在选择协议后利用多功能旋钮和方向键的配合进行此参数设置或者触摸**数据位**的数字，选择所需位数即可。

设置停止位

在 UART 协议下，可以设置不同的停止位宽。触摸**停止位**的停止位宽，可以设置为 1 位、2 位，默认为 1 位。

设置校验位

在 UART 协议下，可以设置校验模式。触摸**奇偶校验**的校验模式，可以设置为无校验、奇校验、偶校验，默认为无校验。

综合实例

首先让仪器工作于 UART 模式，然后设置仪器输出波特率为 4800，数据位为 8 位，数据设置为十六进制 5、20、13、14，设置校验为奇校验，一位停止位，每隔 2ms 发送一次。具体步骤如下：

1) 启动 IIC 功能

依次触摸 **Utility** → **数字协议** → **UART**。



2) 设置数据参数

触摸**波特率**的数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 4800。

触摸**数据位**的数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 8 位。

触摸数据输入框，弹出对话框后输入 5、20、13、14。

触摸**校验**的选择框，选择奇校验。

触摸**时间间隔**的数字，弹出虚拟键盘，使用虚拟键盘输入 2ms。

数据格式和停止位使用默认值。



3) 打开输出

触摸 **关闭**，输出变为打开，CH4 为 UART-TX。如下图所示：



第四章 故障处理

下面列举了 UTG9000T 在使用过程中可能出现的故障及排查方法。当您遇到这些故障时，请按照相应的步骤进行处理，如不能处理，请与经销此产品的经销商或当地办事处联系，同时请提供您机器的设备信息（获取方法：依次触摸 **Utility** → **System**）。

4.1 屏幕无显示（黑屏）

如果按下前面板电源开关信号发生器仍然黑屏，没有任何显示

- 1) 检查电源是否接好。
- 2) 检查后面板的电源开关是否接好和置“1”。
- 3) 前面板的电源开关是否接好。
- 4) 重新启动仪器。
- 5) 如果仍然无法正常使用本产品，请与经销商或当地办事处联系，让我们为您服务。

4.2 无波形输出

设置正确但没有波形输出

- 1) 检查 BNC 电缆与通道输出端是否正确连接。
- 2) 检查按键 **CH1**、**CH2**、**CH3** 或 **CH4** 是否打开。
- 3) 将仪器当前设置保存到 U 盘后“恢复出厂设置”，然后重新启动仪器。
- 4) 如果仍然无法正常使用本产品，请与经销商或当地办事处联系，让我们为您服务。

4.3 不能正确识别 U 盘

- 1) 检查 U 盘设备是否可以正常工作。
- 2) 确保使用的是 Flash 型 U 盘设备，本仪器不支持硬盘型 U 盘设备。
- 3) 重新启动仪器，再次插入 U 盘是否能正常工作。
- 4) 如果仍然不能正确识别 U 盘，请与经销商或当地办事处联系，让我们为您服务。

第五章 服务和支持

5.1 产品程序升级

用户通过 UNI-T 公司市场部或公司网站两种途径获得程序升级包后，利用函数/任意波形发生器内嵌的程序升级系统对当前函数/任意波形发生器的程序进行升级，以确保当前函数/任意波形发生器的程序为 UNI-T 公司最新发布的程序版本。

1. 拥有一台 UNI-T 公司生产的 UTG9000T 系列函数/任意波形发生器，并通过依次触摸 **Utility** → **System** → 获取当前函数/任意波形发生器的型号、硬件版本、软件版本信息。

2. 通过 UNI-T 公司的网站或市场部获得与待升级函数/任意波形发生器的型号相同的程序文件及升级说明文件，按照升级说明文件中的步骤进行升级。

5.2 保修概要

UNI-T（优利德科技(中国)股份有限公司）保证其生产及销售的产品，在授权经销商发货之日起三年内，无任何材料和工艺缺陷。如产品在保证期内证明有缺陷，UNI-T 将根据保修单的详细规定予以修理和更换。

若欲安排维修或索取保修单全文，请与最近的 UNI-T 销售和维修处联系。

除本概要或其他适用的保用证所提供的保证以外，UNI-T 公司不提供其他任何明示或暗示的保证，包括但不限于对产品可交易性和特殊用途适用性之任何暗示保证。在任何情况下，UNI-T 公司对间接的，特殊的或继起的损失不承担任何责任。

5.3 联系我们

如您在使用此产品的过程中有任何不便之处，在中国大陆可直接和优利德科技(中国)股份有限公司（UNI-T, Inc.）联系：

北京时间上午八时至下午五时三十分，星期一至星期五或者通过电子邮件与我们联系。我们的邮件地址是：

infosh@uni-trend.com.cn

中国大陆以外地区的产品支持，请与当地的 UNI-T 经销商或销售中心联系。

服务支持 UNI-T 的许多产品都有延长保证期和校准期的计划供选择，请与当地的 UNI-T 经销商或销售中心联系。

欲获得各地服务中心的地址列表，请访问我们的网站。网址：<http://www.uni-trend.com>

附录 A: 出厂重置状态

参数	出厂默认值
通道参数	
当前基波	正弦波
输出负载	高阻
通道合并	关
通道耦合	关
同步输出	关
通道输出	关
通道输出反相	关
幅度限制	关
幅度上限	+1V
幅度下限	-1V
基本波	
频率	1kHz
幅度	100mVpp
直流偏移	0mV
起始相位	0°
方波占空比	50%
斜波对称度	50%
脉冲波占空比	50%
脉冲波上升沿	1ns
脉冲波下降沿	1ns
任意波	
内建任意波	ACos
模式	DDS
AM 调制	
调制源	内部

调制波	正弦波
调制频率	100Hz
调制深度	100%
FM 调制	
调制源	内部
调制波	正弦波
调制频率	100Hz
频偏	1kHz
PM 调制	
调制源	内部
调制波	正弦波
调相频率	100Hz
相偏	180°
PWM 调制	
调制源	内部
调制波	脉冲波
调制频率	100Hz
占空比偏差	49.999825%
ASK 调制	
调制源	内部
ASK 速率	100Hz
FSK 调制	
调制源	内部
FSK 速率	100Hz
跳跃频率	100kHz
PSK 调制	
调制源	内部
PSK 速率	100Hz

PSK 相位	0°
BPSK 调制	
基波	正弦
调制源	PN3
相位	0°
相位 1	90°
位率	100bps
QPSK 调制	
基波	正弦
码元	PN3
位率	100bps
相位 1	0°
相位 2	90°
相位 3	180°
相位 4	270°
OSK 调制	
调制源	内部
振荡时间	2ms
OSK 速率	100Hz
DSB-AM 调制	
调制源	内部
调制波	正弦波
调制频率	100Hz
调制深度	100%
QAM 调制	
星座图	QAM4
编码方式	PN3
QAM 速率	100bps

SUM 调制	
调制源	内部
调制波	正弦
调制频率	100Hz
调制深度	100%
扫频	
扫频类型	线性
起始频率	1kHz
停止频率	1MHz
扫频时间	10ms
触发源	内部
触发输出	关
脉冲串	
脉冲串模式	N 周期
起始相位	0°
触发周期（脉冲串周期）	5ms
循环数	2 个
门控极性	正极性
触发源	内部
触发输出	关
系统参数	
IP 类型	DHCP
时钟源	内部
时钟输出	关
蜂鸣器声音	开
数字分隔符	,
背光	100%
语言*	取决于出厂设置

附录 B：性能指标

除非另有说明，所有技术指标规格在以下两个条件成立时均能得到保证。

- 1、信号发生器处于校准周期内并执行过校准。
- 2、信号发生器在规定的操作温度（18°C至 28°C）内连续运行 30 分钟以上。

除标有“典型值”字样的规格以外，所有规格都有保证

通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
最大输出频率	600MHz	500MHz	350MHz	200MHz		160MHz
采样率	2.5GSa/s			625MSa/s		
垂直分辨率	16bit	14bit		16bit		
任意波长度	8pts-64Mpts			8kpts		
工作模式	连续、调制、扫频、脉冲串、频率计、数字协议					
连续	正弦波、方波、斜波、脉冲波、谐波、噪声、伪随机序列 (PRBS)、直流 DC、任意波形					
调制类型	AM、FM、PM、DSB-AM、QAM、ASK、FSK、3FSK、4FSK、PSK、BPSK、QPSK、OSK、PWM、SUM					
扫频类型	线性、对数、列表、步进					
脉冲串类型	N 周期、门控、无限					
数字类型	SPI、I ² C、UART					
硬件频率计	100mHz-800MHz、直流、交流耦合					
频率特性						
分辨率	1μHz					
基准频率	频率	10.0000MHz				
	初始精度	±0.5ppm, 25°C				
	温度稳定度	±0.5ppm, 0°C ~ +40°C				
	老化率	±1ppm, 第一年老化率				
输出特性						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
输出阻抗	50Ω (典型值)					
输出幅度 (负载高阻)	≤40MHz	2mVp ~ p20Vpp		≤20MHz	2mVp ~ 20Vpp	
	≤120MHz	2mVp ~ 10Vpp		≤80MHz	2mVp ~ 10Vpp	
	≤160MHz	2mVp ~ 5Vpp		≤120MHz	2mVp ~ 5Vpp	
	≤300MHz	2mVp ~ 4Vpp		≤200MHz	2mVp ~ 3Vpp	
	≤400MHz	2mVp ~ 2.5Vpp		-	-	
	≤500MHz	2mVp ~ 1.5Vpp		-	-	
	≤600MHz	2mVp ~ 1Vpp		-	-	
输出幅度 (负载 50Ω)	≤40MHz	1mVp ~ 10Vpp		≤20MHz	1mVp ~ 10Vpp	
	≤120MHz	1mVp ~ 5Vpp		≤80MHz	1mVp ~ 5Vpp	
	≤160MHz	1mVp ~ 2.5Vpp		≤120MHz	1mVp ~ 2.5Vpp	
	≤300MHz	1mVp ~ 2Vpp		≤200MHz	1mVp ~ 1.5Vpp	
	≤400MHz	1mVp ~ 1.25Vpp		-	-	
	≤500MHz	1mVp ~ 0.75Vpp		-	-	

	≤600MHz	1mVp ~ 0.5Vpp				
幅度精度	(1kHz 正弦波, 0V 偏移, >10mVpp)					
	± (幅度设置值的 1%+1mVpp)					
直流偏移范围	直流输出范围: (峰值 AC + DC)					
	-5Vpp~5Vpp(50Ω); -10Vpp~10Vpp(高阻)					
直流偏移精度	偏置设置值的±1% ± 幅度设置值的 0.5%±2mV					
正弦波特性						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
频率	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz		1μHz-160MHz
频率分辨率	1μHz					
谐波失真	≤10MHz (0dBm), ≤-65dBc			≤10MHz (0dBm), ≤-65dBc		
	≤60MHz (0dBm), ≤-60dBc			≤60MHz (0dBm), ≤-60dBc		
	≤150MHz (0dBm), ≤-50dBc			≤100MHz (0dBm), ≤-55dBc		
	≤200MHz (0dBm), ≤-40dBc			≤200MHz (0dBm), ≤-40dBc		
	≤600MHz (0dBm), ≤-28dBc			-		
非谐波失真	≤10MHz < -70 dBc, 典型值 (0dBm)					
	> 10MHz < -70dBc+6dB/倍频程, 典型值 (0dBm)					
总谐波失真	0.075 % (0 dBm, 10 Hz ~ 20 kHz)					
非谐波杂散	-60dBc (0dBm, ≤350MHz)			-60dBc (0dBm, ≤200MHz)		
	-55dBc (0dBm, > 350MHz)					
平坦度 (相对于 1kHz 正弦波, 1Vpp/50Ω)	≤10MHz, 0.1dB					
	≤160MHz, 0.2dB					
	≤350MHz, 0.4dB					
	≤600MHz, 0.8dB					
噪声叠加幅度	噪声电压≤1Vrms					
相位特性	-360.000°- 360.000°					
相位噪声	10 MHz: ≤-125 dBc/Hz (典型值, 0dBm, 10kHz 偏移)					
方波特性						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
频率	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz	1μHz-120MHz	1μHz-60MHz		1μHz-50MHz
频率分辨率	1μHz					
上升/下降时间	1MHz, 1 Vpp, 50Ω 负载					
	< 1.5ns	< 2ns		< 5ns		< 6ns
过冲	< 2% , (1MHz, 1 Vpp, 50Ω 负载)					
占空比	0.000001%-99.999999%			0.000001%-99.999999%		
最小脉宽	2.4ns (典型值)			8.0ns (典型值)		
抖动	100 ps (1Vpp, 50Ω 负载)					
相位特性	-360.000°- 360.000°					
噪声叠加幅度	噪声电压≤1Vrms					
脉冲波特性						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
频率	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz	1μHz-120MHz	1μHz-60MHz		1μHz-50MHz
频率分辨率	1μHz					
上升/下降时间	1MHz, 1 Vpp, 50Ω 负载					
	1ns-10ks	1.5ns-10ks		2ns-10ks	5ns-2ks	6ns-2ks

过冲	< 2% , (1MHz, 边沿≥2ns , 1 Vpp, 50Ω 负载)					
占空比	0.000001%-99.999999%			0.000001%-99.999999%		
最小脉宽	2.4ns (典型值)			8.0ns (典型值)		
抖动	100 ps (1Vpp, 50Ω 负载)					
相位特性	-360.000°- 360.000°					
噪声叠加幅度	噪声电压≤1Vrms					
斜波特性						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
频率	1μHz-30MHz		1μHz-20MHz	1μHz-10MHz		1μHz-8MHz
频率分辨率	1μHz					
对称性	0.00%-100.00%					
线性度	< 1%, (1kHz, 1Vpp, 50% 对称度)					
相位特性	-360.000°- 360.000°					
噪声叠加幅度	噪声电压≤1Vrms					
噪声特性						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
频率	1mHz-600MHz	1mHz-500MHz	1mHz-350MHz	1mHz-400MHz	1mHz-200MHz	1mHz-160MHz
任意波特性						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号		UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T
采样率	DDS	2.5GSa/s			625MSa/s	
	逐点	1μSa/s-600MSa/s	1μSa/s-500MSa/s	1μSa/s-350MSa/s		
频率范围(DDS)	1μHz-100MHz		1μHz-80MHz	1μHz-60MHz		1μHz-50MHz
波形长度	8pts-64Mpts			8kpts (固定)		
垂直分辨率	16bit		14bit	16bit		
内置任意波	超 200 种					
最小上升/下降时间	< 4ns, (50Ω, 1Vpp)			< 5ns, (50Ω, 1Vpp)		
相位特性(DDS)	-360.000°- 360.000° (DDS 模式)					
抖动	< 150ps					
噪声叠加幅度	噪声电压≤1Vrms					
PRBS 特性						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
位率	1μbps-120Mbps		1μbps-80Mbps	1μbps-60Mbps		1μbps-40Mbps
边沿时间	2.6ns-1000s			4.2ns-1000s		
码元	PN3、PN5、PN7、PN9、PN11、PN13、PN15、PN17、PN21、PN23、PN25、PN27、PN29、PN31、PN33					
噪声叠加幅度	噪声电压≤1Vrms					
谐波特性						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
频率范围	1μHz-300MHz	1μHz-250MHz	1μHz-175MHz	1μHz-100MHz		1μHz-80MHz
谐波次数	1 次-16 次					
谐波类型	奇次、偶次、全部、用户自定义					
谐波幅度	1mV-10Vpp(50Ω 负载)					
	根据选择谐波序号, 设置其幅度					

谐波相位	0.00°-360.00°					
	根据选择谐波序号, 设置相位					
AM 调制						
型号	UTG9604T、UTG9504T、UTG9354T					
载波类型	正弦波、方波、脉冲波、斜波、任意波					
调制源	内部/外部					
调制波类型	正弦波、方波、升斜波、降斜波、噪声、任意波					
调制深度	0.00%-120.00%					
调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)					
DSB-AM 调制						
型号	UTG9604T、UTG9504T、UTG9354T					
载波类型	正弦波、方波、脉冲波、斜波、任意波					
调制源	内部/外部					
调制波类型	正弦波、方波、升斜波、降斜波、噪声、任意波					
调制深度	0.00%-100.00%					
调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)					
FM 调制						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
载波类型	正弦波、方波、脉冲波、斜波、任意波					
调制源	内部/外部					
调制波类型	正弦波、方波、升斜波、降斜波、噪声、任意波					
频偏	DC-300MHz	DC-250MHz	DC-175MHz	DC-100MHz		DC-80MHz
调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)					
PM 调制						
型号	UTG9604T、UTG9504T、UTG9354T					
载波类型	正弦波、方波、斜波、任意波					
调制源	内部/外部					
调制波类型	正弦波、方波、升斜波、降斜波、噪声、任意波					
相偏	0.00°- 360.00°					
调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)					
ASK 调制						
型号	UTG9604T、UTG9504T、UTG9354T					
载波类型	正弦波、方波、脉冲波、斜波、任意波					
调制源	内部 (50%占空比方波) /外部 (TTL 电平)					
调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)					
FSK 调制						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
载波类型	正弦波、方波、脉冲波、斜波、任意波					
调制源	内部 (50%占空比方波) /外部 (TTL 电平)					
调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)					
跳跃频率	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz		1μHz-160MHz
3FSK 调制						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
载波类型	正弦波、方波、脉冲波、斜波、任意波					
调制源	内部 (50%占空比方波)					

调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)				
跳跃频率 1	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz
跳跃频率 2	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz
4FSK 调制					
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)	
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T
载波类型	正弦波、方波、脉冲波、斜坡、任意波				
调制源	内部 (50%占空比方波)				
调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)				
跳跃频率 1	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz
跳跃频率 2	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz
跳跃频率 3	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz
PSK 调制					
型号	UTG9604T、UTG9504T、UTG9354T				
载波类型	正弦波、方波、斜坡、任意波				
调制源	内部 (50%占空比方波) /外部 (TTL 电平)				
调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)				
跳变相位	0.00° - 360.00°				
BPSK 调制					
型号	UTG9604T、UTG9504T、UTG9354T				
载波类型	正弦波、方波、斜坡、任意波				
码元	PN3、PN5、PN7、PN9、PN11、PN13、PN15、PN17、PN21、PN23、PN25、PN27、PN29、PN31、PN33				
码元位率	1μbps-2Mbps				
相位 1	0.00° - 360.00°				
相位 2	0.00° - 360.00°				
QPSK 调制					
型号	UTG9604T、UTG9504T、UTG9354T				
载波类型	正弦波、方波、斜坡、任意波				
码元	PN3、PN5、PN7、PN9、PN11、PN13、PN15、PN17、PN21、PN23、PN25、PN27、PN29、PN31、PN33				
码元位率	1μbps-2Mbps				
相位 1	0.00° - 360.00°				
相位 2	0.00° - 360.00°				
相位 3	0.00° - 360.00°				
相位 4	0.00° - 360.00°				
OSK 调制					
型号	UTG9604T、UTG9504T、UTG9354T				
载波类型	正弦波				
触发源	内部/外部				
调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)				
震荡时间	1ns-500ks				
QAM 调制					
型号	UTG9604T、UTG9504T、UTG9354T				
星座图映射	QAM4、QAM8、QAM16、QAM32、QAM64、QAM128、QAM256				
码元	PN3、PN5、PN7、PN9、PN11、PN13、PN15、PN17、PN21、PN23、PN25、PN27、PN29、PN31、PN33				
调制位率	1μbps-2Mbps				
PWM 调制					
型号	UTG9604T、UTG9504T、UTG9354T				
载波类型	脉冲波				

调制源	内部/外部					
调制波类型	正弦波、方波、升斜波、降斜波、噪声、任意波					
调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)					
脉宽偏差	0.000000%-49.999999%					
SUM 调制						
型号	UTG9604T、UTG9504T、UTG9354T					
载波类型	正弦波、方波、脉冲波、斜波、任意波、谐波、噪声					
调制源	内部/外部					
调制波类型	正弦波、方波、升斜波、降斜波、噪声、任意波					
调制频率	1μHz-2MHz (调制源为内部)					
调制深度	0.00%-100.00%					
线性扫频						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
触发源	内部、外部上升沿、外部下降沿、手动					
触发输出	关闭、上升沿、下降沿					
起始频率	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz	
停止频率	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz	
扫频时间	1ms-500s					
对数扫频						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
触发源	内部、外部上升沿、外部下降沿、手动					
触发输出	关闭、上升沿、下降沿					
起始频率	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz	
停止频率	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz	
扫频时间	1ms-500s					
步进扫频						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
触发源	内部、外部上升沿、外部下降沿、手动					
触发输出	关闭、上升沿、下降沿					
起始频率	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz	
停止频率	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz	
驻留时间	1ms-500s					
步数	2步-2048步					
列表扫频						
通道	CH1 & CH2 (主通道)			CH3 & CH4 (辅通道)		
型号	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
触发源	内部、外部上升沿、外部下降沿、手动					
触发输出	关闭、上升沿、下降沿					
起始频率	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz	
停止频率	1μHz-600MHz	1μHz-500MHz	1μHz-350MHz	1μHz-200MHz	1μHz-160MHz	
驻留时间	1ms-500s					
列表文件	单个文件最大 2048 个频点					
N 周期						
波形	正弦波、方波、脉冲波、斜波、任意波					
触发源	内部、外部上升沿、外部下降沿、手动					

触发输出	关闭、上升沿、下降沿	
触发周期	1 μ s-500s	
循环数	1个-50000个	
起始相位	0.00°-360.00°	
门控		
波形	正弦波、方波、脉冲波、斜波、任意波、噪声	
极性	正极、负极(TTL 电平输入)	
起始相位	0.00°-360.00°	
脉冲串无限		
波形	正弦波、方波、脉冲波、斜波、任意波	
触发源	内部、外部上升沿、外部下降沿、手动	
触发输出	关闭、上升沿、下降沿	
起始相位	0.00°-360.00°	
频率计		
测量参数	频率、周期、占空比、正脉宽、负脉宽	
精度	± 5 ppm	
频率分辨率	8位	
频率范围	100mHz-800MHz	≥ 100 mVrms
		≥ 200 mVrms
		≥ 500 mVrms
		≥ 1 Vrms
耦合模式	AC、DC、高频抑制	
触发电平	-2.5V~2.5V	
灵敏度	0%-100%	
数字协议		
数字协议	SPI 特性	
接口	CH2 - SCLK、CH3 - nCS、CH4 - MOSI	
幅度	1mV-10V	
时钟频率	1Hz-50MHz	
发送方式	自动、手动	
间隔时间	20ns-1000s, 发送方式为自动时	
数据格式	十六进制、字符	
数据深度	最大 2048 字节	
数字协议	I ² C 特性	
接口	CH3 - SCL、CH4 - SDA	
幅度	1mV-10V	
时钟频率	1Hz-50MHz	
地址	7位、10位	
发送方式	自动、手动	
间隔时间	20ns-1000s, 发送方式为自动时	
数据格式	十六进制、字符	
数据深度	最大 2048 字节	
数字协议	UART 特性	
接口	CH4 - TX	
幅度	1mV-10V	
波特率	1-1000000 (用户自定义)	
数据位	4、5、6、7、8	
停止位	1位、2位	
校验位	无、奇校验、偶校验	

发送方式	自动、手动						
间隔时间	20ns-1000s, 发送方式为自动时						
数据格式	十六进制、字符						
数据深度	最大 2048 字节						
通道	耦合&合并						
通道	CH1 & CH2 (主通道)				CH3 & CH4 (辅通道)		
型号		UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T	UTG9604T	UTG9504T	UTG9354T
频率耦合	比例	0.0001-10000					
	偏差	-600MHz ~ 600MHz	-500MHz ~ 500MHz	-350MHz ~ 350MHz	-200MHz ~ 200MHz		-160MHz ~ 160MHz
相位耦合	比例	0.0001-10000					
	偏差	-720°- 720°					
幅度耦合	比例	0.0001-10000					
	偏差	-9.999Vpp-9.999Vpp (50Ω)					
通道合并	CH1 与 CH2 之间合并, CH3 与 CH4 之间合并						
外部调制输入							
输入频率	< 50kHz						
调制深度	± 5Vpk = 100%						
输入阻抗	5kΩ (典型值)						
外部参考输入							
输入频率	10MHz±50Hz (时钟频率可调)						
电平范围	TTL 兼容						
输入阻抗	10kΩ(典型值,直流耦合)						
锁定时间	< 1s						
内部参考输出							
输入频率	10MHz±50Hz						
电平范围	TTL 兼容						
输入阻抗	50Ω(典型值,直流耦合)						
触发输入							
斜率	上升或下降						
电平范围	TTL 兼容						
脉冲宽度	> 100 ns						
输入阻抗	10KΩ (典型值, 直流耦合)						
响应时间	< 1μs, 典型值						
触发输出							
最大频率	1 MHz						
电平范围	TTL 兼容, 接入						
脉冲宽度	> 400ns, 典型值						
输出阻抗	50Ω, 典型值						
同步输出							
频率范围	≤60MHz, CH3 为 CH1 同步, CH4 为 CH2 同步, CH3 和 CH4 无同步功能						
输出阻抗	50Ω, 典型值						
电平	TTL 兼容						
一般技术规格							
通信接口	USB Host、USB Device、LAN、						
显示	10.1 寸 TFT 电容触摸, 1280*800 分辨率						
屏幕亮度	30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%						
电源电压	100~240VACrms, 50Hz/60Hz; 100~120Vrms (± 10%), 400 Hz						

功耗	小于 50W
保险丝	2A, T 级, 250V
温度范围	操作: +10°C ~ +40°C 非操作: -20°C ~ +60°C
冷却方法	内置风扇强制冷却
湿度范围	+35°C以下: ≤90%相对湿度
	+35°C ~ +40°C: ≤60%相对湿度
海拔高度	操作 2,000 米以下
	非操作 15,000 米以下
尺寸	370mm×115mm×185mm
净重	4.04kg
毛重	6.06kg

附录 C：配件清单

型号	UTG9000T
标配	一根符合所在国标准的电源线
	一根 USB 数据线
	四根 BNC 电缆（1 米）
	一份产品保修卡
选配	

附录 D：保养和清洁维护

一般保养

- 请勿把仪器储存或放置在液晶显示器会长时间受到直接日照的地方。
- 为避免损坏仪器或连接线，请勿将其置于雾气、液体或溶剂中。

清洁维护

- 请根据使用情况经常对仪器进行清洁。
- 先断开电源，然后用潮湿但不滴水的软布（可使用柔和的清洁剂或清水擦拭仪器外部的浮尘，不要使用含苯，甲苯，二甲苯和丙酮等烈性物质的化学药品或清洁剂）。
- 清洁带有液晶显示屏的仪器时，请注意不要划伤 LCD 保护屏。
- 请勿使任何腐蚀性的液体沾到仪器上，以免损坏仪器。

警告：在重新通电使用前，请确认仪器已经干透，避免因水分造成电气短路甚至人身伤害。

附录 E：中英文菜单对照表

中文菜单			English Menu		
	类型	参数		Type	Params
波形	正弦波	频率/周期	Wave	Sine	Freq/Period
		幅度/高电平			Amp/High
		直流偏移/低电平			Offset/Low
		相位			Phase
	方波	频率/周期		Freq/Period	
		幅度/高电平		Amp/High	
		直流偏移/低电平		Offset/Low	
		相位		Phase	
		占空比		DutyCycle	
	斜波	频率/周期		Freq/Period	
		幅度/高电平		Amp/High	
		直流偏移/低电平		Offset/Low	
		相位		Phase	
		对称度		Symmetry	
	脉冲波	频率/周期		Freq/Period	
		幅度/高电平		Amp/High	
		直流偏移/低电平		Offset/Low	
		相位		Phase	
		占空比		DutyCycle	
		上升沿		LeadEdge	
		下降沿		TailEdge	
	任意波	播放模式		PlayMode	
		选择任意波		ArbSel	
		频率/周期		Freq/Period	
		幅度/高电平		Amp/High	
		直流偏移/低电平		Offset/Low	
		相位		Phase	
	噪声	幅度/高电平		Amp/High	
直流偏移/低电平		Offset/Low			

	谐波	频率/周期		Hramonic	Freq/Period		
		幅度			Amp/High		
		直流偏移			Offset/Low		
		相位			Phase		
		类型			Type		
		谐波总数			Order		
		谐波次数			Sn Num		
		谐波幅度			Sn Amp		
		谐波相位			Sn Phase		
		表达式			变量开始值	Exp Start	
	变量结束值			Exp End			
	表达式			Exp Str			
	频率/周期			Freq/Period			
	幅度/高电平			Amp/High			
	直流偏移/低电平			Offset/Low			
	相位			Phase			
	直流	直流偏移		DC	Offset		
	调制	调幅		调制源	Mod	AM	Source
				调制波			Shape
				调制频率			ModFreq
				调制深度			Depth
调频		调制源	FM	Source			
		调制波		Shape			
		调制频率		ModFreq			
		频偏		FreqDev			
调相		调制源	PM	Source			
		调制波		Shape			
		调制频率		ModFreq			
		相偏		PhaseDev			
幅移键控		调制源	ASK	Source			
		速率		Rate			
频移键控		调制源	FSK	Source			
		基波频率		CarrierFreq			
		跳跃频率		HopFreq			
		速率		Rate			

	相移键控	调制源		PSK	Source
		速率			Rate
		相位			Phase
	双相移键控	调制源		BPSK	Source
		速率			Rate
		相位1			Phase1
		相位2			Phase2
	四相移键控	调制源		QPSK	Source
		速率			Rate
		相位1			Phase1
		相位2			Phase2
		相位3			Phase3
		相位4			Phase4
	震荡键控	调制源		OSK	Source
		震荡时间			OscTime
		速率			Rate
	总和调制	调制源		SUM	Source
		调制波			ModWave
		调制频率			ModFreq
		调制深度			Depth
	双边带调幅	调制源		DSBAM	Source
		调制波			ModWave
		调制源			ModFreq
	正交调制	调制源		QAM	Map
		调制波			Source
		调制频率			Rate
	脉宽调制	调制源		PWM	Source
		调制波			Shape
		调制频率			ModFreq
		占空比偏差			DutyDev
扫频	线性/对数	起始频率	Sweep	Line/Log	StartFreq
		停止频率			StopFreq
		扫频时间			Sweeptime
		触发源			TrigSrc
		触发输出			TrigOut

		触发沿			TrigEdge
脉冲串	N-循环	起始相位	Burst	NCyc	StartPhase
		猝发（脉冲串）周			Period
		循环数			Cycles
		触发源			Source
		触发输出			TrigOut
		触发沿			TrigEdge
	门控	起始相位		Gated	StartPhase
		极性			Polarity
	无限	起始相位		Infinite	Phase
		触发源			Source
		触发输出			TrigOut
		触发沿			TrigEdge
通道一/ 二设置	通道一/二输出	CH1/CH2 Setting	CH1/CH2 Output		
	反相		Inversion		
	负载		Load		
	同步输出		Sync		
	通道合并		CH1merge		
	通道复制		CH Copy		
	幅度限制		Amp Limit		
	幅度上限		Upper		
	幅度下限		Lower		
网络设置 频率计	获取方式	LAN Config Counter	IP Type		
	IP地址		IP		
	子网掩码		Mask		
	网关		Gateway		
	物理地址		Mac		
系统	语言	System	Language		
	时钟源		Clk Source		
	时钟输出		ClkOut		
	声音		Beep		
	数字分隔符		NumFormat		
	背光		BackLight		
	载入设置		Load Setting		
	保存设置		Save Setting		

		任意波管理			Arb Manage
		软件升级			Software
		帮助			Help
		关于			About
基波参数			Carrier		
返回			Return		

本说明书内容如有变更，恕不另行通知

优利德®

优利德科技(中国)股份有限公司

地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号

电话：(86-769) 8572 3888

邮编：523 808

<http://www.uni-trend.com.cn>