

产品名称：程控绝缘耐压测试仪（AC/IR）

型号：CS9922CSI-1



### 性能特点

- 采用 5.6 寸 TFT(640\*480) 显示设置参数及测试参数，显示内容醒目、丰富。
- 测试仪可把测试结果以 EXCEL 表格的格式存储在 U 盘中。
- 可通过 U 盘进行软件升级。
- 可调高压上升、下降时间，可适应不同测试对象要求。
- 测试结果可同步保存，支持详细完整的统计操作。
- 支持客户在线编辑测试条件，便于客户智能化、精细化管理。
- 人性化的操作界面、支持数字按键直接输入，拨盘输入、操作更简捷。
- 完备的操作帮助提示，可有效提高用户使用效率。
- 中英文双语操作界面，适应不同用户的需求。
- 支持扫码枪功能。
- 标配 PLC 接口，RS232 接口，选配 LAN 接口、RS485 接口、USB 接口。

地址(ADD): 南京江宁滨江开发区飞鹰路 10 号

电话(TEL): 025-68132208、52108992

公司网站: [www.csallwin.com](http://www.csallwin.com)

邮编(P.C) : 211178

图文传真(FAX): 025-52101482

E-mail: [cswangyi@163.com](mailto:cswangyi@163.com)

**技术参数**

型号			CS9922CSI-1
测试模式			AC/IR
ACW	输出 电压	范围	0.050kV ~ 5.000kV
		精度	±(1%+0.2%满量程)
		分辨率	1V
	最大输出功率		100VA (5.000kV/20mA)
	最大额定电流		20mA
	下限电流范围		0 ~ 19.9mA, 0=不判断下限
	电流档位		200uA、2mA、20mA
	输出波形		正弦波
	输出波形失真度		≤2% (空载或纯阻性负载)
	波峰因数		1.3 ~ 1.5
	输出信号类型		DDS+功放
	电压上升时间		0, 0.3s ~ 999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间		0, 0.3s ~ 999.9s 0=连续测试
	电压下降时间		0, 0.3s ~ 999.9s 0=电压下降时间关
	间隔时间		0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关
	输出电压模式		N 模式、G 模式
IR	输出 电	范围	0.050kV ~ 6.000kV
		精度	±(1%+0.2%满量程)
		分辨率	1V
	最大上限设定值		50000MΩ
	最大下限设定值		49999MΩ
	最小下限设定值		1MΩ
	电压上升时间		0, 0.3s ~ 999.9s 0=电压上升时间关
	测试时间		0, 0.3s ~ 999.9s 0=连续测试
	间隔时间		0.0s ~ 999.9s 0=间隔时间关
	自动切换档位		可设置为开、关
放电时间		≤200ms	
电压表	范围		0.050kV ~ 6.000kV
	精度		±(1%+0.2%满量程)
	分辨率		1V
	显示数值		均方根值
电流表	测量 范围	AC	0 ~ 20mA

地址(ADD): 南京江宁滨江开发区飞鹰路 10 号

电话(TEL): 025-68132208、52108992

 公司网站: [www.csallwin.com](http://www.csallwin.com)

邮编(P.C) : 211178

图文传真(FAX): 025-52101482

E-mail: cswangyi@163.com

	分辨率	AC	200uA 档: 0.1uA, 2mA 档: 1uA, 20mA 档: 10uA
	测量精度		$\pm(1\%+0.5\%$ 档位量程)
	偏移功能		测试线及附件的电流可以被减去。
	测试模式		GND 模式: RETURN 端接机壳 FLOAT 模式: RETURN 端不接机壳
电阻表	测量范围		1M $\Omega$ ~ 50000M $\Omega$
	分辨率		1M $\Omega$ ~ 9.999M $\Omega$ :0.001M $\Omega$ , 10M $\Omega$ ~ 99.99M $\Omega$ :0.01M $\Omega$ , 100M $\Omega$ ~ 999.9M $\Omega$ :0.1M $\Omega$ , 1000M $\Omega$ ~ 9999M $\Omega$ :1M $\Omega$ 10000M $\Omega$ ~ 50000M $\Omega$ :10M $\Omega$
	精度		0.100kV ~ 0.499kV:0.1M $\Omega$ ~ 999M $\Omega$ $\pm 5\%$ , 1000M $\Omega$ ~ 5000M $\Omega$ $\pm 10\%$ 0.500kV ~ 0.999kV:1M $\Omega$ ~ 999M $\Omega$ $\pm 5\%$ , 1000M $\Omega$ ~ 10000M $\Omega$ $\pm 10\%$ 1.000kV ~ 6.000kV:1M $\Omega$ ~ 999M $\Omega$ $\pm 5\%$ , 1000M $\Omega$ ~ 50000M $\Omega$ $\pm 10\%$
计时器	范围		0 ~ 999.9s
	分辨率		0.1s
	精度		$\pm (0.1\%+50\text{ms})$

地址(ADD): 南京江宁滨江开发区飞鹰路 10 号

电话(TEL): 025-68132208、52108992

 公司网站: [www.csallwin.com](http://www.csallwin.com)

邮编(P.C) : 211178

图文传真(FAX): 025-52101482

E-mail: cswangyi@163.com