

■通用规格

●测微螺杆进给误差: 3 μ m

注:“测微螺杆进给误差”是指测微头规格范围内示值误差最大与最小值之差

139系列 — 接管式内径千分尺(主尺)

IMJ-M

- 接长管型内径千分尺(IMJ)用测微头。
- 需基点调整。

- 设置环规, 陶瓷内径千分尺检查规, 量块套装等基准规配备齐全, 可用于基点调整。(详细信息参见C-47, C-26, E-15 - E-18页)。



139-001 IMJ-M

■规格

货号	型号	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	测微头行程 (mm)
139-001	IMJ-M	100 - 125	0.01	25

■尺寸

