

# 1959

## 电弧检验校正治具盒

多年来已有许多制造商受惠于华仪电子经典商品 SE 系列安规综合分析仪，帮助他们提升产品质量，严格把关电气安全。为确保测量质量始终如一，您可以搭配此治具盒进行电弧灵敏度校正，使出厂产品保持一致质量。除了做为 SE 系列的校正工具外，此治具盒也可做为电弧灵敏度的标准，用来确认各测试仪器的电弧侦测灵敏度是一致的。



### 产品特点

- 搭配 SE 系列进行电弧侦测功能校正，维持仪器精准度始终如一。
- 快速确认仪器电弧侦测功能，可做为安规设备日常检测工具。
- 作为各测试仪的电弧侦测标准工具，确保产线上的电弧侦测结果一致。
- 直觉化的操作设计能够快速上手，大幅提升检验效率。
- 机身仅有 3 公斤与紧凑的尺寸设计，不占作业空间。

1959 产品规格			
型号	1959		
测试电压			
交流耐压, KVAC	1.50		
直流耐压, KVDC	2.00		
测试点			
误差规格	2% + 1mA		
	PASS	CAL.	FAIL
ARC 1 电流值, mA	24	25	26
ARC 2 电流值, mA	19	20	21
ARC 3 电流值, mA	16.5	17.5	18.5
ARC 4 电流值, mA	14	15	16
ARC 5 电流值, mA	11.5	12.5	13.5
ARC 6 电流值, mA	9	10	11
ARC 7 电流值, mA	6.5	7.5	8.5
ARC 8 电流值, mA	4	5	6
ARC 9 电流值, mA	1.5	2.5	3.5
一般规格			
环境	0-40°C, 20-80%RH		
尺寸 (W x H x D), mm	430 x 132 x 400		
重量	3Kg (std accessories included)		
校正功能支持型号			
SE 系列 (适用固件版本 V2.02.00 以上)			
标准配件			
耐压测试线, 6ft,	x1		
回路测试线, 6ft,	x1		