

可编程交流电源供应器

IT7200系列 用户手册



型号: IT7200系列
版本: V1.0/1,2024

声明

© Itech Electronic, Co., Ltd.
2024

根据国际版权法，未经 Itech Electronic, Co., Ltd. 事先允许和书面同意，不得以任何形式（包括电子存储和检索或翻译为其他国家或地区语言）复制本手册中的任何内容。

手册部件号



商标声明

Pentium是Intel Corporation在美国的注册商标。
Microsoft、Visual Studio、Windows 和 MS Windows是Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。

担保

本文档中包含的材料“按现状”提供，在将来版本中如有更改，恕不另行通知。此外，在适用法律允许的最大范围内，ITECH 不承诺与本手册及其包含的任何信息相关的任何明示或暗示的保证，包括但不限于对适销和适用于某种特定用途的暗示保证。ITECH 对提供、使用或应用本文档及其包含的任何信息所引起的错误或偶发或间接损失概不负责。如 ITECH 与用户之间存在其他书面协议含有与本文档材料中所包含条款冲突的保证条款，以其他书面协议中的条款为准。

技术许可

本文档中描述的硬件和 / 或软件仅在得到许可的情况下提供并且只能根据许可进行使用或复制。

限制性权限声明

美国政府限制性权限。授权美国政府使用的软件和技术数据权限仅包括那些定制提供给最终用户的权限。ITECH 在软件和技术数据中提供本定制商业许可时遵循 FAR 12.211 (技术数据) 和 12.212 (计算机软件) 以及 DFARS252.227-7015 (技术数据 - 商业制品) 和 DFARS 227.7202-3 (商业计算机软件或计算机软件文档中的权限)。

安全声明

小心

“小心”标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确地执行或不遵守操作步骤，则可能导致产品损坏或重要数据丢失。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下，请勿继续执行小心标志所指示的任何不当操作。

警告

“警告”标志表示有危险。它要求在执行操作步骤时必须加以注意，如果不正确地执行操作或不遵守操作步骤，则可能导致人身伤亡。在没有完全理解指定的条件且不满足这些条件的情况下，请勿继续执行“警告”标志所指示的任何不当操作。

说明

“说明”标志表示有提示，它要求在执行操作步骤时需要参考，给操作员提供窍门或信息补充。

认证与质量保证

本系列仪器完全达到手册中所标称的各项技术指标。

保固服务

ITECH公司对本产品的材料及制造，自出货日期起提供一年的质量保固服务（保固服务除以下保固限制内容）。

本产品若需保固服务或修理，请将产品送回ITECH公司指定的维修单位。

- 若需要送回ITECH公司作保固服务的产品，顾客须预付寄送到ITECH维修部的单程运费，ITECH公司将负责支付回程运费。
- 若从其它国家送回ITECH公司做保固服务，则所有运费、关税及其它税赋均须由顾客负担。

保证限制

保固服务不适用于因以下情况所造成的损坏：

- 顾客自行安装的电路造成的损坏，或顾客使用自己的产品造成的瑕疵；
- 顾客自行修改或维修过的产品；
- 顾客自行安装的电路造成的损坏或在指定的环境外操作本产品造成的损坏；
- 产品型号或机身序列号被改动、删除、移除或无法辨认；
- 由于事故造成的损坏，包括但不限于雷击、进水、火灾、滥用或疏忽。

安全标志

	直流电		ON (电源合)
	交流电		OFF(电源断)
	既有直流也有交流电		电源合闸状态
	保护性接地端子		电源断开状态

	接地端子		参考端子
	危险标志		正接线柱
	警告标志（请参阅本手册了解具体的“警告”或“小心”信息）		负接线柱
	地线连接端标识	-	-

安全注意事项

在此仪器操作的各个阶段中，必须遵循以下一般安全预防措施。如果未遵循这些预防措施或本手册其他部分说明的特定警告，则会违反有关仪器的设计、制造和用途方面的安全标准。艾德克斯公司对用户不遵守这些预防措施的行为不承担任何责任。

警告

- 请勿使用已损坏的设备。在使用设备之前，请先检查其外壳。检查是否存在裂缝。请勿在含有易爆气体、蒸汽或粉尘的环境中操作本设备。
- 设备出厂时提供了电源线，您的设备应该被连接到带有保护接地的插座、接线盒或三相配电箱。在操作设备之前，请先确定设备接地良好！
- 请始终使用所提供的电缆连接设备。
- 在连接设备之前，请观察设备上的所有标记。
- 为减少起火和电击风险，请确保市电电源的电压波动不超过工作电压范围的10%。
- 请勿自行在仪器上安装替代零件，或执行任何未经授权的修改。
- 请勿在可拆卸的封盖被拆除或松动的情况下使用本设备。
- 请仅使用制造商提供的电源适配器以避免发生意外伤害。
- 我们对于使用本产品时可能发生的直接或间接财务损失，不承担责任。
- 本设备用于工业用途，不适用于IT电源系统。
- 严禁将本设备使用于生命维持系统或其他任何有安全要求的设备上。

警告

- 电击危险、请将仪器接地。本产品带有保护性接地端子。要尽量减小电击的危险，必须通过接地电源线将仪器连接到交流电源，将接地导线牢固地连接到电源插座或者交流配电箱的接地（安全接地）端。中断保护（接地）导线或断开接地保护端子的连接将导致潜在电击危险，从而可能造成人身伤害或死亡。
- 接通电源前，确认已采取了所有的安全预防措施。所有连接必须在关闭设备电源的情况下进行，并且所有连接必须由熟悉相关危险的合格人员执行。操作不正确可能会造成致命伤害和设备损坏。
- 电击危险、致命电压。本产品能输出导致人身伤害的危险电压，操作人员必须始终受到电击保护。请确保使用提供的保护罩对输出电极周围采取绝缘或盖板防护措施，以避免意外接触致命的电压。
- 关闭设备后，正负电极上可能仍存在危险电压，千万不要立即触摸电缆或电极。确保在触摸电极或感测端子之前，它们不存在危险电压。
- 设备使用结束后，请先OFF设备电源开关再拔掉电源线插头或者拆卸接线端子，千万不要立即触摸电缆或接线端子处。根据型号的不同，在设备关闭后插头或接线端子处的危险电压会保持10秒。确保在触摸它们之前，不存在危险电压。

小心

- 若未按照制造商指定的方式使用设备，则可能会破坏该设备提供的保护。
- 请始终使用干布清洁设备外壳。请勿清洁仪器内部。
- 切勿堵塞设备的通风孔。

环境条件

本系列仪器仅允许在室内以及低凝结区域使用，下表显示了本仪器的一般环境要求。

环境条件	要求
操作温度	0°C ~ 40°C
操作湿度	20% ~ 80% (非冷凝)
存放温度	-10°C ~ 70°C
海拔高度	操作海拔最高2000米

环境条件	要求
污染度	污染度2
安装类别	II




说明

为了保证测量精度，建议温机半小时后开始操作。

法规标记

	CE标记表示产品符合所有相关的欧洲法律规定（如果带有年份，则表示批准此设计的年份）。
	UKCA标记表示产品符合所有相关的英国法律规定（如果带有年份，则表示批准此设计的年份）。
	此仪器符合WEEE指令（2002/96/EC）标记要求，此附加产品标签说明不得将此电器/电子产品丢弃在家庭垃圾中。
	此符号表示在所示的时间段内，危险或有毒物质不会在正常使用中泄漏或造成损害，该产品的使用寿命为十年。在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应进入回收循环系统。

废弃电子电器设备指令 (WEEE)



废弃电子电器设备指令 (WEEE) , 2002/96/EC

本产品符合WEEE指令 (2002/96/EC) 的标记要求。此标识表示不能将此电子设备当作一般家庭废弃物处理。

产品类别

按照WEEE指令附件I中的设备分类，本仪器属于“监测类”产品。

要返回不需要的仪器，请与您最近的ITECH销售处联系。

Compliance Information

Complies with the essential requirements of the following applicable European Directives, and carries the CE marking accordingly:

- Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU
- Low-Voltage Directive (Safety) 2014/35/EU

Conforms with the following product standards:

EMC Standard

IEC 61326-1:2012/ EN 61326-1:2013 ¹²³

Reference Standards

CISPR 11:2015+A1:2016 Ed 6.1

IEC 61000-3-2: 2018 RLV

IEC 61000-3-3: 2013+A1:2017

IEC 61000-4-2:2008

IEC 61000-4-3 2006+A1:2007+A2:2010/ EN 61000-4-3 A1:2008+A2:2010

IEC 61000-4-4:2012

IEC 61000-4-5:2014+A1:2017

IEC 61000-4-6:2013+cor1:2015

IEC 61000-4-11:2004+A1:2017

1. The product is intended for use in non-residential/non-domestic environments. Use of the product in residential/domestic environments may cause electromagnetic interference.
2. Connection of the instrument to a test object may produce radiations beyond the specified limit.
3. Use high-performance shielded interface cable to ensure conformity with the EMC standards listed above.

Safety Standard

IEC 61010-1:2010+A1:2016

目录

认证与质量保证.....	I
保固服务.....	I
保证限制.....	I
安全标志.....	I
安全注意事项	II
环境条件.....	III
法规标记.....	IV
废弃电子电器设备指令 (WEEE)	V
Compliance Information.....	VI
1 快速参考	1
1.1 产品概览.....	1
1.2 前面板概览	2
1.3 前面板按键介绍.....	3
1.4 后面板概览	4
1.5 显示界面概览	5
1.6 配置菜单概览	8
1.7 系统菜单概览	9
2 验货与安装	12
2.1 确认包装内容	12
2.2 仪器尺寸介绍	12
2.3 安装支架.....	13
2.4 连接电源线.....	14
2.5 连接待测物.....	15
2.6 连接接口.....	17
2.6.1 USB接口	18
2.6.2 LAN接口.....	18
3 入门	24
3.1 开启设备.....	24
3.2 应用DC输出	25
3.3 应用波形输出	26
4 操作与应用	29
4.1 选择输出模式	29
4.2 设置AC输出.....	30
4.2.1 设置AC电压	30
4.2.2 设置AC频率	30
4.2.3 设置AC相位角.....	31
4.2.4 选择输出波形	31
4.3 设置DC输出	32
4.3.1 设置DC电压.....	32
4.3.2 设置DC电压上升时间	33
4.4 设置过电流保护点	33
4.5 打开和关闭输出.....	34
4.6 步阶或连续输出.....	34
4.7 执行测量.....	35
4.7.1 量测功能	35
4.8 Function操作	36
4.8.1 功能菜单概览	36
4.8.2 List功能	38
4.8.3 相位调光功能	39
4.8.4 突波陷波功能	40
4.8.5 数字I/O功能	42
4.8.6 设置定时输出 (Off Timer)	45
4.9 保护功能.....	45
4.9.1 设置过电压保护(rms).....	45
4.9.2 设置过电压保护(peak).....	46

4.9.3	设置欠电压保护(rms).....	47
4.9.4	设置过电流保护(rms).....	47
4.9.5	设置过电流保护(peak).....	48
4.9.6	设置过功率保护	49
4.9.7	设置限电流保护	50
4.9.8	设置Sense检查保护	50
4.9.9	限定设定值范围	51
4.10	系统相关操作	52
4.10.1	本地/远程模式切换.....	52
4.10.2	存取操作	52
4.10.3	键盘锁功能.....	53
4.10.4	设置蜂鸣器声音	53
4.10.5	设置仪器上电状态.....	53
4.10.6	恢复仪器出厂设置.....	54
4.10.7	查看系统信息	56
4.10.8	设置继电器控制	57
5	日常维护	58
5.1	仪器自检.....	58
5.2	清洁与保养	58
5.3	界面信息参考	59
5.4	联系ITECH 工程师	60
5.5	返厂维修.....	61
6	技术规格	63
6.1	IT7221	63
6.2	IT7222	65
A	附录	68
A.1	红黑测试线规格	68
A.2	内建波形	69

1 快速参考

本章简要介绍本系列仪器的前面板、后面板、键盘按键功能以及前面板显示功能，以确保在操作仪器前，快速了解仪器的外观、结构和按键使用功能，本章并不详细介绍每个操作特性，它只是一份快速参考指南，帮助您快速熟悉仪器的操作特性。

- ◆ 产品概览
- ◆ 前面板概览
- ◆ 前面板按键介绍
- ◆ 后面板概览
- ◆ 显示界面概览
- ◆ 配置菜单概览
- ◆ 系统菜单概览

1.1 产品概览

IT7200系列高性能可编程交流电源很好地结合了智能和灵活两大特点，突破了传统交流电源体积庞大的缺陷，将体积缩小到仅仅 $\frac{1}{2}$ 2U，最大程度的增加空间利用率。内置全方位的功率表和任意波型产生器,可模拟各种任意波形输出。结合了可编程AC和DC电源的先进技术，广泛应用于电力能源产品、3C产品、家电产品、工业电子与IEC标准测试的开发和运用等多个领域。

产品功能特性：

- 可实现AC、DC、AC+DC各个输出模式，AC+DC模式可实现直流电压偏移模拟
- 内置功能强大的交流功率表
- 内建丰富的波形数据库，包括30条谐波失真波形
- List模式模拟市电再现功能，实现瞬间电源中断仿真功能
- 任意波形输出功能，用户可自定义波形
- 谐波分析功能
- 谐波模拟功能
- 突波陷波Surge/Trap功能
- 前后沿Dimmer相位调光功能
- 可设置输出波形起始/停止相位角

IT7200系列选型表。

型号	功率(AC/DC)	电压	电流	频率	高度
IT7221	300 VA/300 W	300 V	3 A	45~500 Hz	2U half-rack
IT7222	600 VA/600 W	300 V	6 A	45~500 Hz	2U half-rack




说明

详细的技术规格，请参见[6 技术规格](#)。

1.2 前面板概览

本系列仪器的前面板如下图所示。

- IT7221/IT7222前面板



序号	名称	功能说明
1	[Shift] 键	复合功能键，与其他按键组合，实现按键上方标注的功能。
2	[Local] 键	本地切换键。远程操作中，按 [Local] 键，可切换仪器至本地操作模式。
3	电源开关	打开或关闭仪器。
4	VFD显示屏	显示仪器的所有功能，显示信息会随所选的功能而变。
5	数字输入键	功能如下： 0 到9 键用于输入数字。 . 键可输入小数点。 ± 键用于输入正负号。

序号	名称	功能说明
6	功能键组	功能键的详细介绍请参考 1.3 前面板按键介绍 。
7	上、下、左、右 光标导航按键	功能如下： - 左右移动导航键，用于调整光标到指定位置或左右翻页显示设置项。 - 上下移动导航键，用于上下翻页显示菜单项或设置项。
8	可按压旋钮	功能如下： - 旋转旋钮键，用来设置游标处的数据值，或用来翻页显示菜单项。顺时针转动增大设定值，逆时针转动减小设定值。 - 按压旋钮，等同于 [Enter] 键。

1.3 前面板按键介绍

本系列仪器前面板按键区的按键如下图所示。



表 1-1 按键功能说明

按键名称	功能说明
[V-set]	交流或直流电压设定键。
[I-set]	OCP有效值设定键。
[Select]	- AC模式：AC主界面显示切换键。使用此按键在AC主界面1和AC主界面2之间切换。 - DC模式：[Select]键不可用。
[F-set]	- AC模式：频率设定键。 - DC模式：[F-set]键不可用。
[Enter]	选择菜单项或确认所执行的操作。

按键名称	功能说明
[On/Off]	打开或关闭仪器输出，此键点亮时表示输出处于打开状态。
[Esc]	退出键。按下此按键，表示退出当前的操作界面。
.	小数点

本系列仪器前面板按键与 **[Shift]** 复合功能键组合使用实现按键上方标注的功能，详细功能介绍如下表所示。


表 1-2 复合按键功能说明

按键名称	功能说明
[Shift]+[V-set](Config)	配置菜单功能键，用来设置仪器的相关配置参数。
[Shift]+[I-set](Function)	Function功能键，用来设置仪器List功能、Dimmer功能(仅AC Mode)、突波陷波功能(仅AC Mode)、数字I/O功能和Off Time功能。
[Shift]+[Select] (System)	系统菜单功能键，用来设置仪器的相关系统参数。
[Shift]+[F-set](Protect)	保护功能键，用来设置仪器的保护配置参数。
[Shift]+[On/Off] (Trigger)	触发功能键，用来触发List功能。
[Shift]+[Enter](lock)	键盘锁功能键，提供按键锁定与解锁功能。
[Shift]+[4] (Save)	存储键，储存当前设定的仪器参数设定值。
[Shift]+[1] (Recall)	回调键，调取一个已存储的仪器参数设定值。
[Shift]+[3] (AC)	按下此键，进入AC设定及输出模式。
[Shift]+[6] (DC)	按下此键，进入DC设定及输出模式。
[Shift]+[9] (+/-)	正负号

1.4 后面板概览

本系列仪器的后面板如下图所示。

- IT7221/IT7222后面板




序号	名称	功能说明
1	输出端子	交流或直流输出端子以及机箱接地端子，用于连接待测物。
2	远端感测端子、输出端子	- sL+和sN-是远端感测端子，用于测量精度较高的测试场景。 - L+和N-是输出端子。由于这两个端子不适合走大电流，因此这两个点不能连接到待测物，它们仅作为本地量测时短路使用。
3	I/O端子	I/O功能，请参见 4.8.5 数字I/O功能 。
4	LAN	LAN通讯接口
5	USB	USB通讯接口
6	交流电输入接口	用于连接交流电输入启动仪器，支持 220V 交流输入。

1.5 显示界面概览


IT7200电源在AC模式和DC模式下界面显示的信息不相同。详细信息如下介绍。

- 在AC模式下，AC主界面1显示如下：



序号	说明	功能说明
1	Vac设定值 /Vrms测量值	- 输出Off时，显示交流电压的设定值。 - 输出On时，显示电压有效值的Meter值。
2	OCPrms设定值 /Irms测量值	- 输出Off时，显示过电流保护点的设定值。 - 输出On时，显示电流有效值的Meter值。
3	Freq设定值 /Freq测量值	- 输出Off时，显示频率的设定值。 - 输出On时，显示频率的Meter值
4	P测量值	显示有功功率的Meter值。
5	Ip测量值	显示最大电流峰值的Meter值。
6	PF测量值	显示功率因数的Meter值。

- 在AC模式下，AC主界面2显示如下：



序号	说明	功能说明
1	Vac设定值 /Vrms测量值	- 输出Off时，显示交流电压的设定值。 - 输出On时，显示电压有效值的Meter值。
2	OCPrms设定值 /Irms测量值	输出Off时，显示过电流保护点的设定值。


序号	说明	功能说明
		输出On时，显示电流有效值的Meter值。
3	Q测量值	显示无功功率的Meter值。
4	P测量值	显示有功功率的Meter值。
5	S测量值	显示视在功率的Meter值。
6	vTHD测量值	显示总电压谐波失真的Meter值。
	iTHD测量值	显示总电流谐波失真的Meter值。



说明

按[Select]键切换AC主界面1和AC主界面2。当显示AC主界面1时，[Select]键不亮，当显示AC主界面2时，[Select]键亮起。在AC主界面2时，按[Select]键vTHD和iTHD切换显示，再次按[Select]键切回AC主界面1。

- 在DC模式下，DC主界面显示如下：



序号	说明	功能说明
1	Vdc设定值 /Vdc测量值	- 输出Off时，显示直流电压的设定值。 - 输出On时，显示直流电压的Meter值。
2	OCPrms设定值 /Idc测量值	- 输出Off时，显示过电流保护点的设定值。 - 输出On时，显示直流电流的Meter值。
3	P测量值	显示功率的Meter值。
4	输出模式	显示当前仪器的输出模式。

1.6 配置菜单概览

按[Shift]+[V-set](Config)复合键，进入Config菜单界面，此时屏幕显示可选菜单，旋转旋钮可上下翻转菜单。按下[Enter]键进入所选菜单项，按[Esc]键退出菜单功能。

当菜单项前的编号处于闪烁状态时(数字闪烁，冒号不闪烁)，表示该项为当前选中菜单。Config菜单界面显示如下：

表 1-3 IT7221/IT7222菜单

Config	配置菜单		
	I Range	设置电流测量量程。	
		High	高量程
		Low	低量程
		Auto	自动量程。根据测量电流的大小，量程在High和Low中自动切换。
	AC + DC	设置AC + DC输出模式。	
		Off	关闭AC + DC输出模式。
		On	开启AC + DC输出模式。
	On Phase	设置波形的起始相位角。(仅AC Mode时显示)	
	Off Phase	设置波形的停止相位角。(仅AC Mode时显示)	
	V-Rise Time	设置电压上升时间。(仅DC Mode时显示)	
	Wave	设置输出的波形种类。(仅AC Mode时显示)	
		Sine	正弦波
		Square	方波
		Triangle	三角波
		Saw	锯齿波
		Clip Sine	削正弦波
			Clip Level 削波百分比
		THD1~THD30	30组内建THD波形
		USER1~USER5	5组用户自定义波形

1.7 系统菜单概览

按[Shift]+[Select](System)进入System 菜单界面，此时屏幕显示可选菜单，旋转旋钮可上下翻看。当菜单项前的编号处于闪烁状态时，表示该项为当前选中的菜单。按下[Enter]键进入所选菜单项，按 [Esc]键退出菜单功能。

System 菜单界面显示如下：

System	系统菜单						
	Beep	设置蜂鸣器的状态					
		Off	设置蜂鸣器为关闭状态				
		On	设置蜂鸣器为开启状态				
	PowerOn	设置仪器上电时的状态					
		Reset	初始化系统设置和状态				
		Last	上次关机前的设置和状态				
		Last+Off	上次关机前的设置和Off状态				
	I/O Config	选择与计算机通信的接口。					
		USB	选择USB 通讯接口。				
		LAN	选择网络通讯接口				
	I/O Advance Config	I/O进阶设置。根据I/O Config选择的通信接口，详细显示通信接口的可配置参数。					
		USB	I/O Config选择USB接口时，显示如下信息。				
			USBTMC&USBV-CP	该接口无需设置进阶参数。			
		LAN	I/O Config选择LAN接口时，显示如下LAN接口的可配置参数。				
			IP Config	设置仪器的地址。			
				IP Mode	设置 IP 模式。		
				Auto	自动模式，可自动设置仪器的地址。		
				Manu	手动模式，可手动设置仪器的地址。 下列信息仅在选中了 Manu 时才显示。 • IP：IP 地址 • Gate：默认网关 • Mask：子网掩码 • DNS1：DNS1 地址（首选）		

						DNS2 : DNS2 地址 (备选)			
			Server	启用或禁用LAN 服务。					
				Ping	Ping 功能开关				
					Off : 禁用 On : 启用				
				mDNS	mDNS 功能开关				
					Off : 禁用 On : 启用				
				VXI-11	VXI-11 功能开关				
					Off : 禁用 On : 启用				
				Http	Http 功能开关				
					Off : 禁用 On : 启用				
				Telnet	Telnet 功能开关				
					Off : 禁用 On : 启用				
				Raw Socket	RAWSocket 功能开关				
					Off : 禁用 On : 启用				
				Port	当RAWSocket 功能启用时，需设置 RawSocket 接口的端口号。				
			LAN Info	查看当前活动的LAN接口配置。					
				LAN Status: LAN连接状态 MAC Address: 网络实体地址 IP Address: 当前IP 地址 Gateway Address: 当前网关地址 Submask Address: 当前掩码地址 DHCP Server Address:当前DHCP服务器地址 DNS Server Address:当前DNS服务器地址 Domain Name: 当前网域名 Host Name: 当前主机名 Description: 当前主机描述名称					
			LAN Reset	重置LAN配置参数为更改后的设置。					
				NO : 不重置 YES : 重置					
			Relay Ctrl	设置继电器控制					
				Out Syn	继电器与Output 连动，打开仪器输出时，继电器闭合；关闭仪器输出时，继电器断开，仪器端与负载端电气隔离。				

		NC	继电器常闭，打开或关闭仪器输出不影响继电器动作。
	System Reset	恢复系统出厂值	
		No	不恢复系统出厂值
		Yes	恢复系统出厂值
	System Info	系统信息查询	
		Manufacturer	制造商名称
		Model	产品型号
		Version	软件版本
		Serial Number	产品序列号
		SCPI Error	SCPI命令错误信息
		Last Cal. Date	上次校准日期

2 验货与安装

- ◆ 确认包装内容
- ◆ 仪器尺寸介绍
- ◆ 安装支架
- ◆ 连接电源线
- ◆ 连接待测物
- ◆ 连接接口

2.1 确认包装内容

打开包装，在操作仪器前请检查箱内物品，若有不符、缺失或外观磨损等情况，请与艾德克斯联系。

表 2-1 包装箱内容

设备名	数量	型号	备注说明
可编程交流电源供应器	-	IT7200系列	该系列包括：IT7221/IT7222
电源线	一根	-	电源线适配于本地区的电源插座规格。电源线的连接请参考 2.4 连接电源线 。
出厂校准报告	一份	-	出厂前本机器的测试报告，校准报告等。
合格证	一张	-	-



说明


确认包装内容一致且没有问题后，请妥善保管包装箱和相关内容物，仪器返厂服务时需要符合装箱要求。

2.2 仪器尺寸介绍

本仪器需要安装在通风环境良好，尺寸合理的空间。请根据以下仪器尺寸介绍选择合适的空间安装。

IT7200系列包括以下几种尺寸的机型，详细的结构图尺寸数据如下：

IT7221/IT7222



2.3 安装支架

IT7200系列电源可安装于标准的19英寸支架上。ITECH公司为用户准备了IT-E151A支架作为安装套件。用户可以根据购买的支架型号选择对应的支架说明书进行安装。

2.4 连接电源线

连接电源线之前

为防止触电和损坏仪器，请遵守以下注意事项。

警告

- 本产品所配的电源线经过安全认证。如果要更换所提供的电源线，或必须要增加延长电缆，请确认其能够符合本产品所需的额定功率。误用会导致本产品失去质保。
- 在连接电源线之前，请确保供电电压与本仪器的额定输入电压相匹配。
- 在连接电源线之前，请确保电源开关处于关闭状态。
- 为预防触电和火灾，请使用由本公司提供的电源线。
- 请勿使用没有保护接地线的延长电源线，否则保护功能会失效。
- 请务必将输入电源线接入带保护接地的交流插座，请勿使用没有保护接地的接线板。
- 仪器后背板提供一个独立的螺丝用于仪器外壳接地，请务必正确连接该端子。如若发生故障，未正确接地可能会因电击而导致人身伤害或死亡。

小心

安全机构要求规定，必须有一种以物理方式断开交流电源线与设备的连接的方法。当仪器安装在机柜等电源线插拔受限的地方时，必须要在仪器附近容易接触并方便操作的地方安装单独的断连设备（开关或断路器），并且必须标记为此设备的断连设备。


交流电源输入等级


本系列仪器支持220V工作电压，交流电源输入等级：220-230Vac, 47~63Hz.

电源线种类及接线方法

IT7200系列不同机型标配的电源线不同，如下介绍不同型号标配的电源线以及不同机型电源线的连接方法。

- IT7221/IT7222电源标配提供的电源线型号如下图所示。请从下面的电源线规格表中选择适合您所在地区电压的电源线型号。如果购买时弄错了型号，请联系经销商或直接找厂家调换。


 中国
IT-E171

 美国，加拿大，日本
IT-E172

 欧洲
IT-E173

 英国
IT-E174

连接方法：

1. 确认仪器电源开关处于关闭状态。
2. 将随箱电源线的一端连接到仪器后面板的电源插座上。
3. 将电源线的另一端连接到配置保护接地端口的三叉插座。

2.5 连接待测物

本仪器支持两种与待测物之间的接线方式：本地量测和远端量测。

- 本地量测：仪器感测到的电压是仪器输出端子上的电压。
- 远端量测：仪器感测到的电压是远端待测物端子上的电压。

连接待测物之前

为防止触电和损坏仪器，请遵守以下注意事项。

警告


- 连接待测物前，请务必将仪器开关关断。Power 开关处于Off 状态。否则接触后面板输出端子会发生触电危险。
- 为防止触电，测量之前请确认测试线的额定值，不要测量高于额定值的电流。所有测试线的容量必须能够承受仪器的最大短路电流而不会发生过热。
- 如果有多个负载，则每对负载电线都必须能安全承载仪器的满载额定短路输出电流。
- 接线时注意测试线连接极性，接触紧固；严禁正极连接、负极断开。

测试线规格

测试线并不是本仪器的标准配件，请根据最大电流值选择购买单独销售的选配件红黑测试线，测试线与所能承受的最大电流值规格请参见[A.1 红黑测试线规格](#)。

连接待测物(本地量测)

本地量测时待测物的连接示意图和连接方法如下。




1. 连接待测物前，请确认本仪器的Power开关处于**Off**状态。
2. 揭开输出端子和远端量测端子的保护盖。
3. 确认Sense远端量测端子sL+和sN-与输出端子L+和N-短接正确，如连接示意图所示。
4. 旋开输出端子上的螺丝，并将红黑测试线按接线图连接到输出端子上，将接地端子正确连接，再旋紧螺丝。
5. 安装好输出端子和远端量测端子的保护盖，引出红黑测试线。
6. 将红黑测试线另一端接入到待测物接线端子处。

连接待测物(远端量测)

当待测物消耗较大电流或导线较长时，就会在仪器到待测物的连接线上产生较大的压降。远端量测可通过监控待测物端的电压，改善待测物端的电压调整，自动补偿导线中的压降，提高测量精度。例如实际应用中，当电源用于电池充电测试时，导线的压降会引起两端的电压不一致，电源的关断电压跟电池的实际电压不一致，导致测量不精确。

远端量测时待测物的连接示意图和连接方法如下。



1. 连接待测物前，请确认本仪器的Power开关处于**Off**状态。
2. 揭开输出端子和远端量测端子的保护盖。
3. 卸掉后面板远端量测端子sL+和L+之间以及sN-和N-之间的任何跳线或短路夹。
4. 参照连线示意图，使用双绞线连接sL+、sN-。
5. 旋开输出端子上的螺丝，并将红黑测试线按接线图连接到输出端子上，将接地端子正确连接。再旋紧螺丝。
6. 安装好输出端子和远端量测端子的保护盖，引出远端量测测试线和红黑测试线。
7. 将连接sL+、sN-的双绞线另一端接入到待测物接线端子处。
8. 将红黑测试线另一端直接接入到待测物接线端子处。



说明

测试线和Sense线要尽可能短，且Sense要扭绞在一起。

2.6 连接接口

本系列仪器标配2种通信接口：USB、LAN，用户可以任意选择一种来实现与计算机的通讯。



说明

当您使用远程接口发送SCPI指令时，若使用的编程命令中涉及对仪器设置修改的指令，如修改输出电压值等，则在完成仪器与上位机的通讯连接和设置后，需先执行SYST:REM指令。

2.6.1 USB接口

USB接口位于仪器后面板，用户可通过一根两头均为USB口（一头为USB A型接口，一头为USB B型接口）的电缆连接本仪器和计算机。使用USB接口的操作步骤如下。

1. 在使用USB接口通讯之前，按[Shift]+[Select](System)复合键，进入System菜单界面。
2. 旋转旋钮，选中I/O Config，按[Enter]键确认。
3. 旋转旋钮，选中USB，按[Enter]键确认。USB通信支持以下两种接口类型而无需选择。
 - TMC：USB_TMC接口。当上位机软件使用USB TMC通讯时，则此USB即为USB_TMC接口。
 - VCP：USB_VCP虚拟串口。当上位机软件使用USB VCP通讯时(WIN7/XP系统需安装IT7221-VCP.inf。在官网下载或直接联系ITECH索要)，则此USB即为USB_VCP虚拟串口。
4. 按[Esc]键，退出菜单设置。

2.6.2 LAN接口

当用户使用LAN接口与PC通讯时，用户参考以下内容进行连接和配置LAN接口。

连接接口

使用下列步骤，可以将仪器快速接入局域网并进行配置。下图描述了两种典型的LAN接口系统：专用网络和站点网络。

• 连接到专用 LAN

专用LAN是指支持LAN的仪器和计算机直连而成的网络。专用LAN通常是小型、非集中管理的资源。在与计算机连接时，可用一根交叉网线通过LAN接口直接连接至计算机。

• 连接到站点 LAN

站点LAN是指支持LAN的仪器和计算机通过路由器、集线器和/或交换机连接的局域网。站点LAN通常是大型、集中管理的网络，包含DHCP和DNS服务器之类的服务。在与计算机连接时，可用一根直连网线连接到路由器，此时，计算机也连接到该路由器。




说明

- 连接到专用LAN时，网关地址需要与计算机的网关地址保持一致，IP地址需要与计算机的IP地址在同一网段。
- 连接到站点LAN时，必须为仪器分配一个独立的IP地址。

LAN 状态指示灯

下图标注了位于 LAN 端口底部的两个状态发光指示灯。



如果两个指示灯均未点亮，则表示网络未连接。

- 位置 1：亮起时，表示 LAN 端口已建立连接。
- 位置 2：闪烁时，表示 LAN 端口正在接收或发送信息。

配置 LAN 接口参数

出厂时，DHCP 开启，这样就启用了通过 LAN 的通信。字母 DHCP 代表动态主机配置协议，这是一种可以给网络设备分配动态 IP 地址的协议。利用动态寻址，设备在每次连接到网络时可以有不同的 IP 地址。这通常是配置 LAN 的最简单方法。

在系统菜单 (System) 中可配置 LAN 接口的相关通讯参数。

- 自动配置仪器地址 (Auto)

如果选中，仪器将首先尝试从 DHCP 服务器获取 IP 地址。如果找到 DHCP 服务器，则 DHCP 服务器将为该仪器分配 IP 地址、子网掩码和默认网关。如果 DHCP 服务器不可用，则该仪器会尝试使用 AutoIP 获取 IP 地址。AutoIP 自动在没有 DHCP 服务器的网络上分配 IP 地址、子网掩码和默认网关。

- 手动配置仪器地址 (Manual)

方法是设置仪器的下列参数，这些参数值的设置仅在选中了 Manual 时才显示。

- IP：该值是仪器的 IP (Internet 协议) 地址。与仪器进行的所有 IP 和 TCP/IP 通信都需要 IP 地址。IP 地址由四个以点号分隔的十进制数字组成。每个不带前置 0 的十进制数字的取值范围为 0 到 255 (例如，169.254.2.20)。
- Gate：该值是网关的 IP 地址，仪器通过该地址与不在本地子网上的系统通信，这取决于子网掩码的设置。同一编号标记适于用作 IP 地址。值 0.0.0.0 表示未指定任何默认网关。
- Mask：仪器使用该值可判断客户端 IP 地址是否位于同一本地子网上。同一编号标记适于用作 IP 地址。如果客户端 IP 地址在其他子网上，必须将所有软件包发送到默认网关。
- DNS1：该字段输入服务器的首选地址。有关服务器的详细信息，请与您的 LAN 管理员联系。同一编号标记适于用作 IP 地址。值 0.0.0.0 表示未定义任何默认服务器。

DNS 是将域名转换为 IP 地址的 Internet 服务。仪器还需要利用该服务查找并显示网络为其分配的主机名。通常，DHCP 可搜索 DNS 地址信息；只有在 DHCP 未在使用中或不起作用时，才需要更改。

- DNS2：该字段输入服务器的备用地址。有关服务器的详细信息，请与您的LAN 管理员联系。同一编号标记适于用作IP 地址。值0.0.0.0 表示未定义任何默认服务器。

操作步骤：

1. 在前面板按下复合按键 **[Shift]+[Select]** (System) 进入系统菜单页面。
2. 旋转旋钮，选中 **I/O Config**，按 **[Enter]** 键确认。
3. 旋转旋钮，选中 **LAN**，按 **[Enter]** 键确认。
4. 旋转旋钮，选中 **I/O Advance Config**，按 **[Enter]** 键，进入LAN进阶设置界面。
5. 旋转旋钮，选中 **IP Config**，按 **[Enter]** 键，设置仪器的地址。
6. 旋转旋钮，选中 **IP Mode**，按 **[Enter]** 键，选择IP设置模式。
 - Auto：自动模式，可自动设置仪器的地址；
 - Manu：手动模式，可手动设置仪器的地址。若选中 Manu，需设置 IP、Gate、Mask、DNS1和DNS2等参数值。
7. 操作完成后，按 **[Esc]** 键返回。

重置 LAN 参数配置

配置 LAN 接口参数完成后，必须重置配置才能使其在仪器中生效。重置 LAN 参数配置的操作步骤如下：

1. 在前面板按下复合按键 **[Shift]+[Select]** (System) 进入系统菜单页面。
2. 旋转旋钮，选中 **I/O Config**，按 **[Enter]** 键确认。
3. 旋转旋钮，选中 **LAN**，按 **[Enter]** 键确认。
4. 旋转旋钮，选中 **I/O Advance Config**，按 **[Enter]** 键，进入LAN进阶设置界面。
5. 旋转旋钮，选中 **LAN Reset**，按 **[Enter]** 键，重置 LAN 参数配置。
 - NO：表示不重置 LAN 参数配置。
 - YES：表示重置 LAN 参数配置。

查看 LAN 接口信息

查看 LAN 接口信息的操作步骤如下：

1. 在前面板按下复合按键 **[Shift]+[Select]** (System) 进入系统菜单页面。
2. 旋转旋钮，选中 **I/O Config**，按 **[Enter]** 键确认。
3. 旋转旋钮，选中 **LAN**，按 **[Enter]** 键确认。
4. 旋转旋钮，选中 **I/O Advance Config**，按 **[Enter]** 键，进入LAN进阶设置界面。
5. 旋转旋钮，选中 **LAN Info**，按 **[Enter]** 键，查看LAN 接口当前信息。
6. 旋转旋钮，查看 LAN 接口的当前信息，详见[1.7 系统菜单概览](#)中的信息。

7. 操作完成后，按 **[Esc]** 键返回。

开启 LAN 服务

本系列仪器可以通过 LAN 接口提供相关服务，包括 mDNS、Ping、Http、Telnet、VXI-11 和 Raw Socket。使用 LAN 接口时，这些服务默认均为开启状态，可直接使用，若需要关闭或重新开启时，请参考如下步骤：

1. 在前面板按下复合按键 **[Shift]+[Select]** (System) 进入系统菜单页面。
2. 旋转旋钮，选中 **I/O Config**，按 **[Enter]** 键确认。
3. 旋转旋钮，选中 **LAN**，按 **[Enter]** 键确认。
4. 旋转旋钮，选中 **I/O Advance Config**，按 **[Enter]** 键，进入 LAN 进阶设置界面。
5. 旋转旋钮，选中 **Server**，按 **[Enter]** 键，启用或禁用 LAN 服务。
6. 旋转旋钮，选中需要启用的服务，并按 **[Enter]** 键确认。
7. 旋转旋钮，**On** 和 **Off** 选项切换显示。选择 **On** 或 **Off** 后，按 **[Enter]** 键确认。
 - **On**：表示启用服务。
 - **Off**：表示禁用服务。
8. 当启用 **Raw Socket** 服务时，用户需要设置对应的 **Port**。
9. 操作完成后，按 **[Esc]** 键返回。

2.6.2.1 使用 Http 服务器

仪器提供一个内置的 **Http** 服务器，您可以直接从计算机的 **Http** 浏览器监控和控制仪器。使用该 **Http** 服务器，需将仪器和计算机通过 **LAN** 接口互连，然后在计算机的 **Http** 浏览器顶部的地址栏输入电源的 **IP** 地址，即可以访问包括 **LAN** 配置参数在内的前面板控制功能。




说明

- 如果您要使用内置 **Http** 服务器远程控制仪器，则必须启用 **Http** 服务。操作步骤详见 [开启 LAN 服务](#)。
- 最多允许六个同时连接。如果有更多连接，性能将会降低。

出厂时，**Http** 界面的登录密码默认为：**12345678**。要修改密码，请在登录后单击窗口左侧导航栏中的 **Security** 按钮。

输入密码点击 **LOGIN** 按钮，**Http** 主界面将出现在浏览器中，如下所示。



点击窗口左侧导航栏中的七个按钮可以选择不同的界面屏幕，详细说明如下：

- **Home**：Http 主界面，显示仪器型号及外观；
- **Information**：显示仪器序列号等系统信息以及 LAN 配置参数；
- **Web Control**：启用 Web control 远程控制仪器。在此界面中，您可以监控和控制仪器；
- **LAN Configuration**：重新配置 LAN 接口参数；
- **Security**：修改 Http 界面登录密码，控制对 Http 接口的访问权限；
- **Manual**：跳转至 ITECH 官网，查看或下载仪器相关文档；
- **Logout**：退出 Http 登录页面。

2.6.2.2 使用Telnet

Telnet 实用程序（以及套接口）是不使用 I/O 库或驱动程序与仪器通信的另一种方法。使用该方法通信，必须首先建立计算机和仪器的 LAN 连接。

在 MS-DOS 命令提示框中，输入“telnet hostname”，其中 hostname 是仪器的 IP 地址，按回车键，应看到 Telnet 会话框。其中的标题指示您已连接到仪器，23 是仪器的 telnet 端口，telnet port 固定为 23，无法更改。在提示符处键入 SCPI 命令。

2.6.2.3 使用套接字

小心

仪器最多同时允许六个套接字和 telnet 连接的任意组合。

ITECH 仪器提供 SCPI 套接字服务。此端口上的套接字可用于发送和接收 ASCII/SCPI 命令、查询和查询响应。所有命令都必须以换行符结尾，以便输出要解析的消息。所有查询响应也必须以换行符结束。

3 入门

在您了解IT7200的详细信息之前，本章将简要介绍 IT7200 的使用。

- ◆ 开启设备
- ◆ 应用DC输出
- ◆ 应用波形输出

3.1 开启设备

开启设备之前


为防止触电和损坏仪器，请遵守以下注意事项。

警告

- 请务必在开启仪器前确保供电电压与本仪器的额定输入电压相匹配，否则会烧坏仪器。
- 请务必将主电源插头接入带保护接地的电源插座，请勿使用没有保护接地的接线板。操作仪器前，您应首先确定仪器接地良好。
- 请确保使用提供的保护罩对所有仪器连接采取绝缘或盖板防护措施，以避免意外接触致命的输出电压。
- 开启仪器后，如果您注意到仪器周围或内部有奇怪的声音、异常的气味、火花或烟雾，请将 POWER 开关切换至（O）状态以关闭仪器，或从插座上拔下电源线插头。可拆卸的电源线或断连设备可以用作紧急断开装置，拔下电源线会断开设备的交流输入电源。

电源开关介绍

电源开关位于前面板的左下角，详见[1.2 前面板概览](#)。电源开关为按钮，按1次为“On”，再按1次为“Off”。



打开电源开关

确认已正确连接电源线。

使用前面板电源开关打开仪器电源。几秒钟后前面板显示屏将亮起。打开仪器电源后，自动进行加电自检。此测试可确保您的仪器可以正常工作。

如果出现自检错误，将在前面板中显示错误信息提示，按[Esc]按键尝试是否可以清除当前故障状态。用户也可以重新启动仪器尝试清除故障状态，重启时请等待至掉电完全后再启动，如重启后仍无法解决问题，请联系ITECH 工程师。常见错误信息请参见 [错误信息列表](#)。



- 在准备使用之前，仪器大概需要 30 秒左右的时间进行初始化。
- 仪器首次开机时，以出厂默认设置启动。此后，仪器将根据您在系统菜单中的开机状态设置进行启动，详细设置方法请参见 [4.10.5 设置仪器上电状态](#) 中的信息。

关闭电源开关

使用前面板电源开关关闭仪器电源。关闭时，仪器界面将提示“AC Power Off”。

关闭仪器后，如需重新打开电源开关，请在风扇停止后等待至少 10 秒钟。关闭后过快打开仪器会导致浪涌电流限制器电路损坏，并缩短电源开关和内部输入保险丝等组件的使用寿命。

3.2 应用DC输出

IT7200可用作直流电源。以下过程将 IT7200 配置为直流电源，并输出20V的电压。

1. 按下[Shift]+[6] (DC)键，设置仪器为DC输出模式。

```
10.0V    2.00A
0.00W                    DC MODE
```

2. 设置Source值(电压输出值)。

- a. 按下[V-set]键，游标定位在电压设定值上。

```
10.0V    2.00A
0.00W                    DC MODE
```

- b. 顺时针旋转旋钮以增大电压设定值，或逆时针旋转旋钮以减小该值。设置为所需的值。设置负电压值时，将当前电压设定值逆时针旋转到0，然后继续逆时针旋转到负电压值。

旋钮也可以配合左右方向键使用，按左右键移动游标到某个数字上，旋转旋钮以更改该数字的值。

- c. 按下[Enter]键，确定电压设定值。

按[Esc]键，亦可退出输入模式。

3. 设置Limit值(限流点)。

- a. 按[Shift]+[F-set](Protect)复合键，进入Protect 配置菜单页面。

1:OVP(rms) = 300.00V
2:OVP(peak) = 440.00V

- b. 旋转旋钮，选择MCL，按 [Enter] 键，进入设定界面。

8:MCL = 20.0A
9:Sense Check = Off

- c. 旋转旋钮，调整限电流保护点，按 [Enter] 键确认。

如果输入过程暂停超过5秒，则将自动退出输入模式。如果您想放弃输入，请使用[Esc]键离开。

- d. 按 [Esc] 键，退出保护菜单设置。

4. 启用输出。

按下[On/Off]键，启用仪器输出。输出处于On状态时，输出[On/Off]键将会点亮；输出处于Off状态时，输出[On/Off]键将会熄灭。

5. 查看电压、电流和功率的Meter值。

在启用输出后，仪器会连续测量并在前面板显示电压、电流和功率的Meter值。

20.1V 0.08A
1.68W DC MODE



说明

电源作为直流电源时，请先了解本仪器作为直流电源时的相关纹波参数，若有严格的噪声要求，需要额外增加直流噪声滤波器来获得低噪声和良好的稳定直流电压进行测试。

3.3 应用波形输出

IT7200可用作波形发生器。以下过程将 IT7200 配置为波形发生器，并输出10V/50Hz的正弦波。

1. 按下[Shift]+[3] (AC)键，设置仪器为AC输出模式。

50.0V 6.00A 60.0Hz
0.00W 0.00Ip 0.00PF

2. 设置AC电压。

- a. 按下[V-set]键，游标定位在电压设定值上。

50.0V 6.00A 60.0Hz
0.00W 0.00Ip 0.00PF

- b. 顺时针旋转旋钮以增大电压设定值，或逆时针旋转旋钮以减小该值。设置为所需的值。

旋钮也可以配合左右方向键使用，按左右键移动游标到某个数字上，旋转旋钮以更改该数字的值。

- c. 按下[Enter]键，确定电压设定值。

按[Esc]键，亦可退出输入模式。

3. 设置AC频率。

- a. 按下[F-set]键，游标定位在频率设定值上。

```
10.0V    6.00A    60.0Hz
0.00W    0.00Ip    0.00PF
```

- b. 顺时针旋转旋钮以增大频率设定值，或逆时针旋转旋钮以减小该值。设置为所需的值。

旋钮也可以配合左右方向键使用，按左右键移动游标到某个数字上，旋转旋钮以更改该数字的值。

- c. 按下[Enter]键，确定频率设定值。

按[Esc]键，亦可退出输入模式。

4. 设置AC相位角。

- a. 按[Shift]+[V-set](Config)，进入Config 配置菜单页面。

```
1:I Range =      High
2:AC + DC =      Off
```

- b. 旋转旋钮，选中**On Phase**，按[Enter]进入设定界面。

```
3:On Phase =      0.0°
4:Off Phase =      0.0°
```

- c. 使用左右键和旋钮，设置起始相位角，按[Enter]键确认。

如果输入过程暂停超过5秒，则将自动退出输入模式。如果您想放弃输入，请使用[Esc]键离开。

- d. 旋转旋钮，选中**Off Phase**，按[Enter]进入设定界面。

```
4:Off Phase =      0.0°
6:Wave =          Sine
```

- e. 使用左右键和旋钮，设置停止相位角，按[Enter]键确认。

如果输入过程暂停超过5秒，则将自动退出输入模式。如果您想放弃输入，请使用[Esc]键离开。

5. 选择输出波形。

- a. 在Config 配置菜单页面，旋转旋钮，选中**Wave**，按[Enter]进入设定界面。

```
6:Wave =          Sine
7:      --EXIT--
```

- b. 旋转旋钮，选择**Sine**后，按[Enter]键确认。

如果输入过程暂停超过5秒，则将自动退出输入模式。如果您想放弃输入，请使用[Esc]键离开。

- c. 按 [Esc] 键，退出Config 菜单。

6. 设置Limit值(限流点)。

a. 按[Shift]+[F-set](Protect)复合键，进入Protect 配置菜单页面。

```
1:OVP(rms) = 300.00V
2:OVP(peak) = 440.00V
```

b. 旋转旋钮，选择MCL，按 [Enter] 键，进入设定界面。

```
8:MCL = 20.0A
9:Sense Check = Off
```

c. 旋转旋钮，调整限电流保护点，按 [Enter] 键确认。

如果输入过程暂停超过5秒，则将自动退出输入模式。如果您想放弃输入，请使用[Esc]键离开。

d. 按 [Esc] 键，退出保护菜单设置。

7. 启用输出。

按下[On/Off]键，启用仪器输出。输出处于On状态时，输出[On/Off]键将会点亮；输出处于Off状态时，输出[On/Off]键将会熄灭。

8. 查看仪器的Meter值。

在启用输出后，仪器会连续测量并在前面板显示Vrms、Irms、Freq、Ip、PF、Q、P、S、vTHD和iTHD的Meter值。

```
10.03V 0.0005A 50.0Hz
0.00W 0.0056Ip 1.00PF
```

按[Select]键，切换显示Meter值。

```
10.03V 0.0005A Q= 0.0
0.00W 0.0VA vTHD=1.02
```

4 操作与应用

本章将详细描述仪器的操作与应用。

- ◆ 选择输出模式
- ◆ 设置AC输出
- ◆ 设置DC输出
- ◆ 设置过电流保护点
- ◆ 打开和关闭输出
- ◆ 步阶或连续输出
- ◆ 执行测量
- ◆ Function操作
- ◆ 保护功能
- ◆ 系统相关操作

4.1 选择输出模式

IT7200系列电源有3种输出模式：AC，DC和AC+DC。用户应根据所需的应用设置特定的输出模式。

AC模式

仪器开机上电默认的模式（由DC模式切回AC模式需按[Shift]+[3] (AC)键），表示仪器作为交流电源来使用。在该模式下，仪器产生交流输出。

有关仪器AC模式下相关输出参数的设置，请参见[4.2 设置AC输出](#)。

DC模式

在前面板按下[Shift]+[6] (DC)按键，仪器由AC模式切换为DC模式，此时仪器作为一台直流电源使用。在该模式下，仪器产生直流输出。

有关仪器DC模式下相关输出参数的设置，请参见[4.3 设置DC输出](#)。

AC+DC模式

当AC+DC模式开启时，表示仪器作为一台交直流电源使用。在该模式下，仪器基于产生的交流电压叠加直流电压分量。开启方法如下：

1. 按[Shift]+[V-set](Config)，进入Config 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选中**AC+DC**，按[Enter]进入设定界面。
3. 旋转旋钮，**Off**和**On**选项切换显示。选择**On**后，按[Enter]键确认。
 - On：表示开启AC+DC输出模式。

- Off：默认值，表示关闭AC+DC输出模式。

4. 按[Esc]键，退出菜单界面。

仪器AC+DC模式的相关输出参数必须在AC模式和DC模式下单独设置，请参考[4.2 设置AC输出](#)和[4.3 设置DC输出](#)。



说明

当仪器输出On时，无法切换AC和DC输出模式。仅当仪器输出Off时，才能通过[Shift]+[3] (AC)和[Shift]+[6] (DC)键切换输出模式。

4.2 设置AC输出

您可以设置AC输出的电压、频率、起始/停止相位角和波形种类。在对AC输出进行操作之前，请选择AC输出模式。

4.2.1 设置AC电压

交流电压设定值的设置范围在0V到满额定输出电压之间。交流电压设定值的设置范围同时受Vac-Max和Vac-Min的限制，即Vac的设定值不能高于Vac-Max且不能低于Vac-Min。有关Vac-Max和Vac-Min的设置，请参阅[4.9.9 限定设定值范围](#)。

要设置Vac，请参考以下步骤：

1. 按下[Shift]+[3] (AC) 键，设置仪器为AC输出模式。
2. 按下[V-set]键，游标定位在电压设定值上。同时[V-set]键被点亮。

50.0V 6.00A 60.0Hz
0.00W 0.00Ip 0.00PF
3. 顺时针旋转旋钮以增大电压设定值，或逆时针旋转旋钮以减小该值。设置为所需的值。

旋钮也可以配合左右方向键使用，按左右键移动游标到某个数字上，旋转旋钮以更改该数字的值。
4. 按下[Enter]键，确定电压设定值。

按[Esc]键，亦可退出输入模式。

4.2.2 设置AC频率

频率设定值的设置范围在45.0Hz到500.0Hz之间。频率设定值的设置范围同时受Freq-Max和Freq-Min的限制，即Freq的设定值不能高于Freq-Max且不能低于Freq-Min。有关Freq-Max和Freq-Min的设置，请参阅[4.9.9 限定设定值范围](#)。

要设置Freq，请参考以下步骤：

1. 按下[Shift]+[3] (AC)键，设置仪器为AC输出模式。

2. 按下[F-set]键，游标定位在频率设定值上。同时[F-set]键被点亮。

10.0V	6.00A	60.0Hz
0.00W	0.00Ip	0.00PF
3. 顺时针旋转旋钮以增大频率设定值，或逆时针旋转旋钮以减小该值。设置为所需的值。
 旋钮也可以配合左右方向键使用，按左右键移动游标到某个数字上，旋转旋钮以更改该数字的值。
4. 按下[Enter]键，确定频率设定值。
 按[Esc]键，亦可退出输入模式。

4.2.3 设置AC相位角

IT7200系列支持输出波形的初始相位和停止相位，满足不同测试条件下的测试需求。初始相位和停止相位的设定范围为0.0°~359.9°。用户通过调节相位角，可以测试产品在不同位置的冲击电流，适用于各种开关机电流冲击测试及各类整流器等。设置步骤如下：

1. 按[Shift]+[V-set](Config)，进入Config 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选中On Phase，按[Enter]进入设定界面。
3. 使用左右键和旋钮，设置起始相位角，按[Enter]键确认。
4. 旋转旋钮，选中Off Phase，按[Enter]进入设定界面。
5. 使用左右键和旋钮，设置停止相位角，按[Enter]键确认。
6. 按[Esc]键，退出菜单界面。

4.2.4 选择输出波形

用户可以选择输出波形的种类。本电源输出波形包括：正弦波、方波、三角波、锯齿波、削正弦波、30组内建THD波形和5组用户自定义波形。设置步骤如下：

1. 按[Shift]+[V-set](Config)，进入Config 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选中Wave，按[Enter]进入设定界面。
3. 旋转旋钮，各种波形选项切换显示。选择一种波形后，按[Enter]键确认。
 - Sine：正弦波
 - Square：方波
 - Triangle：三角波
 - Saw：锯齿波
 - Clip Sine：削正弦波
 - THD1~THD30：30组内建THD波形
 - USER1~USER5：5组用户自定义波形
4. 当输出波形选为Clip Sine时，可以设置削波百分比。

- a. 旋转旋钮，选中**Clip Level**，按[Enter]进入设定界面。
 - b. 使用左右键和旋钮，设置削波百分比，按[Enter]键确认。
5. 按[Esc]键，退出菜单界面。



说明

- 用户自定义波形需在远端PC上定义及下载，操作方法详见《IT7200 Series Software 用户手册》。
- 详细的内建THD波形请参考A.2 内建波形。

4.3 设置DC输出

您可以设置DC输出的电压和电压上升时间。在对DC输出进行操作之前，请选择DC输出模式。

4.3.1 设置DC电压

直流电压设定值的设置范围在0V到满额定输出电压之间。直流电压设定值的设置范围同时受Vdc-Max和Vdc-Min的限制，即Vdc的设定值不能高于Vdc-Max且不能低于Vdc-Min。有关Vdc-Max和Vdc-Min的设置，请参阅4.9.9 限定设定值范围。

要设置Vdc，请参考以下步骤：

1. 按下[Shift]+[6] (DC)键，设置仪器为DC输出模式。
2. 按下[V-set]键，游标定位在电压设定值上。同时[V-set]键灯被点亮。

10.0V 2.00A
0.00W DC MODE
3. 顺时针旋转旋钮以增大电压设定值，或逆时针旋转旋钮以减小该值。设置为所需的值。

旋钮也可以配合左右方向键使用，按左右键移动游标到某个数字上，旋转旋钮以更改该数字的值。
4. 按下[Enter]键，确定电压设定值。

按[Esc]键，亦可退出输入模式。



说明

电源作为直流电源时，请先了解本仪器作为直流电源时的相关纹波参数，若有严格的噪声要求，需要额外增加直流噪声滤波器来获得低噪声和良好的稳定直流电压进行测试。

4.3.2 设置DC电压上升时间

本电源可以设置DC模式下的电压上升时间，设置范围为1ms ~ 99999ms。电压上升时间是指电源输出电压从零时刻到首次达到稳定设定值的时间。在前面板或者远程操作都可以设定电压上升时间，设定好的电压上升时间会在实时电压变化时影响电压的改变速度。设置步骤如下：

1. 按[Shift]+[V-set](Config)，进入Config 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选中**V-Rise Time**，按[Enter]进入设定界面。
3. 使用左右键和旋钮，设置电压上升时间，按[Enter]键确认。
4. 按[Esc]键，退出菜单界面。

4.4 设置过电流保护点

本仪器可以通过[I-set]键直接设置OCP(rms)功能的过电流保护点值。有关OCP(rms)功能的介绍请参见[4.9.4 设置过电流保护\(rms\)](#)。

过电流保护点设置的范围在 0A 到满额定输出电流之间。过电流保护点的设置范围同时受OCP-Max和OCP-Min的限制，即OCPrms的设定值不能高于OCP-Max且不能低于OCP-Min。有关OCP-Max和OCP-Min的设置，请参阅[4.9.9 限定设定值范围](#)。

要设置OCPrms，请参考以下步骤：

1. 按下[I-set]键，游标定位在过电流保护点值上。同时[I-set]键被点亮。

50.0V 6.00A 60.0Hz
0.00W 0.00Ip 0.00PF
2. 顺时针旋转旋钮以增大过电流保护点，或逆时针旋转旋钮以减小该值。设置为所需的值。

旋钮也可以配合左右方向键使用，按左右键移动游标到某个数字上，旋转旋钮以更改该数字的值。
3. 按下[Enter]键，确定过电流保护点。
按[Esc]键，亦可退出输入模式。

4.5 打开和关闭输出

警告

- 前面板[On/Off]键灯灭，仪器输出关闭状态下，并不能表示当前仪器没有电击危险，仪器输出端子处仍然可能有危险电压会造成人身伤害。请不要以[On/Off]状态来判断操作电极是否安全。若需要连接待测物，请先阅读连接待测物前的相关注意事项。
- 务必在电源与待测物连接完成后，再开启电源输出，以防接线时产生火花造成人身伤害。
- [On/Off]键在正常情况下可以启动或停止仪器输出，当仪器在PC远程控制或键盘被锁定状态下，该按键始终有效。


您可以通过按下前面板的[On/Off]键来控制仪器的输出开关。按下[On/Off]按键，按键灯亮，表示当前输出打开，界面Meter值会显示当前回路中的电压电流或功率等值；再次按下[On/Off]按键，按键灯灭，表示当前输出关闭。

4.6 步阶或连续输出

电压值（V-set）和频率值（F-set）可以按步阶或连续的方式输出。下面以电压值（Vac / Vdc）从10V变为20V为例，来说明步阶和连续的变化过程。

步阶输出


1. 按[V-set]键，旋转旋钮将电压值设置为10V，按[Enter]确定。
2. 按下[On/Off]键，打开仪器输出。
3. 快速连续按两次[V-set]键，进入步阶输出模式（[V-set]键闪烁）。
4. 旋转旋钮改变输出值，输出波形值保持恒定。按[Enter]确定后，输出电压值将随输入值而变化。输出波形如下图所示。



连续输出

1. 按[V-set]键，旋转旋钮将电压值设置为10V，按[Enter]确定。
2. 按下[On/Off]键，打开仪器输出。

- 快速连续按两次[V-set]键，进入连续输出模式（[V-set]键恒亮）。
- 旋转旋钮改变输出值，输出波形值随输入值而变化。按[Enter]确定后，输出电压值将保持于最后的状态。输出波形如下图所示。



说明

快速连续按两次[V-set]键，进入连续输出模式；再快速连续按两次[V-set]键，进入步阶输出模式。

4.7 执行测量

本电源可以在不使用其他量测仪器的情况下测量电源输出端的实际性能。当电源输出On时，它会量测电源输出端的V、I、F和P等。在执行测量之前，用户需要设置电流的测量量程。

4.7.1 量测功能

本电源提供 12种电性能参数的量测功能，所有这些量测参数都可以在主界面中显示。

- 在DC模式下，DC主界面显示所有直流测量：Vdc、Idc和P。
- 在AC模式下，AC主界面1显示的交流测量为：Vrms、Irms、F、P、Ip和PF；AC主界面2显示的交流测量为：Vrms、Irms、Q、P、S、vTHD和iTHD。您可以使用[Select]键在AC主界面1和AC主界面2之间切换。

量测功能定义如下：

功能	定义
AC Mode	
Vrms	电压有效值的量测值。
Irms	电流有效值的量测值。
F	频率的量测值。
P	有功功率
Ip	电流峰峰值

功能	定义
PF	功率因数，其计算公式为 $PF=P/S$ 。
Q	无功功率，其计算公式为 $Q = \sqrt{S^2 - P^2}$ 。
S	视在功率，其计算公式为 $S=V_{rms} \times I_{rms}$ 。
vTHD	总电压谐波失真因数。
iTHD	总电流谐波失真因数。
DC Mode	
Vdc	直流电压的量测值。
Idc	直流电流的量测值。
P	功率

4.8 Function操作

4.8.1 功能菜单概览

按[Shift]+[I-set](Function)进入Function菜单界面，此时屏幕显示可选菜单，旋转旋钮可上下翻看。当菜单项前的编号处于闪烁状态时，表示该项为当前选中的菜单。按下[Enter]键进入所选菜单项，按 [Esc]键退出菜单功能。Function 菜单界面显示如下：

表 4-1 IT7221/IT7222菜单

Function	功能菜单		
	List Mode	List模式	
		Off	关闭List功能
		1~5	打开List 1~5
	List Trigger	设定List运行的触发模式。	
		Off	按下触发键后，仪器自动执行当前List文件。
		On	按下触发键后，仪器单步执行当前List文件。
	Dimmer	相位光调功能 (仅 AC mode 模式支持)	
		Off	关闭Dimmer功能。
		LeadingEdge	开启前沿相位调光。
		Dimmer Phase	设定前沿调光相位角。

	TrailingEdge	开启后沿相位调光。	
		Dimmer Phase	设定后沿调光相位角。
Surge Trap	突波/陷波功能		
	Off	关闭突波/陷波功能。	
	On	开启突波/陷波功能。	
		Period	设定突波/陷波产生周期。
		Width	设定突波/陷波宽度。
		Percent	设定突波/陷波幅值相当于基本正 弦波幅值(rms)的百分比。
Ext IO1	数字IO1的功能设置		
	Off	关闭IO1功能。	
	Output	设置IO1为输出引脚。	
		L if out on	当仪器输出状态为On时，该引脚输出0V电平。当仪器输出状态为Off时，该引脚输出5V电平。
		H if out on	当仪器输出状态为On时，该引脚输出5V电平。当仪器输出状态为Off时，该引脚输出0V电平。
	Input	设置IO1为输入引脚。	
		L To out on	向IO1引脚输入0V电平时，仪器打开输出。向IO1引脚输入5V电平时，仪器关闭输出。
		H To out on	向IO1引脚输入5V电平时，仪器打开输出。向IO1引脚输入0V电平时，仪器关闭输出。
Ext IO2	数字IO2的功能设置		
	Off	关闭IO2功能。	
	Output	设置IO2为输出引脚。	
		L if out on	当仪器输出状态为On时，该引脚输出0V电平。当仪器输出状态为Off时，该引脚输出5V电平。
		H if out on	当仪器输出状态为On时，该引脚输出5V电平。当仪器输出状态为Off时，该引脚输出0V电平。
	Input	设置IO2为输入引脚。	
		L To out on	向IO2引脚输入0V电平时，仪器打开输出。向IO2引脚输入5V电平时，仪器关闭输出。

			H To out on	向IO2引脚输入5V电平时，仪器打开输出。向IO2引脚输入0V电平时，仪器关闭输出。
	Off Timer	设置输出定时功能。		
		Off	关闭输出定时功能	
		On	打开输出定时功能	
			Timer	设置输出定时时间：10 ~ 10000000ms。

4.8.2 List功能

IT7200系列的list模式可满足用户对于复杂波形的需求，用户可以编辑5个List(-List 1~List 5)文件，每个文件可以编辑多达50步(Step 1~ Step 50)，每一步可设置基础波形 (包括THD和自定义波形)、交直流幅值、斜率、频率、停留时间、起始/终止相位角、重复次数等。这个功能可以很好的帮助用户去模拟电网扰动、周期断电等各类复杂波形。

本电源需要使用IT7200 Series Software软件编辑List功能的内容，并将List文件下载到本地设备，然后仪器才能在本机运行List功能。用户也可以在软件IT7200 Series Software上执行List的所有功能。

操作步骤

1. 编辑List文件。

请参阅《IT7200 Series Software 用户手册》中的“编辑List文件”或“从计算机中导出导入List”以编辑List文件。

2. 设置List模式。

a. 按[Shift]+[I-set](Function)复合键，进入Function 菜单界面。

1:List Mode = Off

2:List Trigger = On

b. 旋转旋钮，选中List Mode，按 [Enter] 键确认。

c. 旋转旋钮，选择需要运行的List文件名，并按 [Enter] 键确认。

- Off：默认值，表示关闭List Mode功能。
- 1：表示启用List Mode功能，并调用List 1文件。
- 2：表示启用List Mode功能，并调用List 2文件。
- 3：表示启用List Mode功能，并调用List 3文件。
- 4：表示启用List Mode功能，并调用List 4文件。
- 5：表示启用List Mode功能，并调用List 5文件。

3. 设定List运行的触发模式。

a. 在Function 菜单界面中，选中List Trigger，按 [Enter] 键确认。

- b. 旋转旋钮，**On** 和**Off** 选项切换显示。选择**On** 或**Off**后，按 **[Enter]** 键确认。
 - **Off**：按下触发键后，仪器自动执行当前List文件；
 - **On**：按下触发键后，仪器单步执行当前List文件。
- c. 按**[Esc]**键，退出Function 菜单界面。
4. 按**[On/Off]**键，打开仪器输出。

50.0V 3.00A 50.0Hz
 List 5 Step 0/ 7 Stop
5. 按**[Shift]+[On/Off]**(Trigger) 触发键，触发运行List文件。


50.0V 3.00A 50.0Hz
 List 5 Step 1/ 7 Run

 - List Trigger=On 时，每按一次触发键，仪器执行一步List输出。
 - List Trigger=Off 时，仪器将按既定List输出。


4.8.3 相位调光功能

相位调光功能通过设置相位角并进行前沿或后沿波形隐没以达到调节有功功率从而调节灯光照强度的目的。IT7200系列电源支持前、后相位角调光或调速测试以验证产品在终端使用者使用调光或调速控制器时是否存在品质隐患。

- 前沿相位调光



- 后沿相位调光



1. 按下[Shift]+[3] (AC)键，设置仪器为AC输出模式。
2. 参见4.2 设置AC输出章节，设置基本正弦波的相关参数。
3. 开启相位调光功能。
 - a. 按[Shift]+[I-set](Function)复合键，进入Function 菜单界面。
 - b. 旋转旋钮，选中Dimmer，按 [Enter] 进入设定界面。
 - c. 旋转旋钮，Off、LeadingEdge 和TrailingEdge 选项切换显示。选择LeadingEdge 或TrailingEdge 后，按 [Enter] 键确认。
 - Off：默认值，表示关闭Dimmer功能；
 - LeadingEdge：表示前沿相位调光；
 - TrailingEdge：表示后沿相位调光。
4. 设定调光相位角。
 - a. 旋转旋钮，选中Dimmer Phase，按 [Enter] 设定调光相位角。
 - b. 按[Esc]键，退出菜单界面。
5. 按[On/Off]键，电源输出设定的相位调光波形。再次按[On/Off]键将停止输出。

10.0V 3.00A 45.0Hz
Phase= 90.0° TrailingEdge



说明

- 相位调光功能只能在仪器的AC Mode下使用。

4.8.4 突波陷波功能

IT7200系列电源提供突波/陷波的模拟功能，用户可以根据需求在输出正弦波的基础上加上突波/陷波来模拟电路系统中电压的异常波动，从而测试待测物在这种环境下的使用情况。突波陷波功能菜单如下。

Surge Trap	突波/陷波功能		
	Off	关闭突波/陷波功能。	
	On	开启突波/陷波功能。	
		Period	设定突波/陷波产生周期。
		Width	设定突波/陷波宽度。
		Percent	设定突波/陷波幅值相当于基本正弦波幅值(rms)的百分比。


操作步骤

- 按下[Shift]+[3] (AC)键，设置仪器为AC输出模式。
- 参见4.2 设置AC输出章节，设置基本正弦波的相关参数。
- 开启突波/陷波功能。
 - 按[Shift]+[I-set](Function)复合键，进入Function 菜单界面。
 - 旋转旋钮，选中**Surge Trap**，按 [Enter] 进入设定界面。
 - 旋转旋钮，**Off**和**On** 选项切换显示。选择**On**后，按 [Enter] 开启突波/陷波功能。
- 设置突波/陷波参数。
 - 旋转旋钮，选中**Period**，按 [Enter] 设定突波/陷波产生周期。
 - 旋转旋钮，选中**Width**，按 [Enter] 设定突波/陷波宽度。
 - 旋转旋钮，选中**Percent**，按 [Enter] 设定突波/陷波百分比。
 - 按[Esc]键，退出Function 菜单界面。
- 按[On/Off]键，电源输出设定的突波/陷波。再次按[On/Off]键将停止输出。


10.0V 3.00A 50.0Hz
1Cycle 1.00mS 30.0%

波形图举例

- 参数Period=2Cycle,Width=1.00mS,Percent=30%的陷波图如下：



- 参数Period=1Cycle,Width=0.4mS,Percent=200%的突波图如下：



- 突波/陷波功能只能在仪器的AC Mode下使用。

4.8.5 数字I/O功能

IT7200系列电源的后面板的数字量控制引脚：IO1和IO2，可用于控制和监视电源的输出状态。有关位置信息，请参考1.4 后面板概览。

数字I/O引脚定义

数字IO引脚外观如下图所示。

- IT7221/IT7222图示。




表 4-2 数字IO引脚电平说明

引脚	类型	说明
IO1	数字输入	高(H)电平电压范围：5.0V±0.25V；低(L)电平电压范围：0V±0.25V。
	数字输出	高(H)电平电压范围：5.0V±0.25V，IO1最大输出电流 0.5 mA。低(L)电平电压范围：0V±0.25V。

引脚	类型	说明
IO2	数字输入	高(H)电平电压范围：5.0V±0.25V；低(L)电平电压范围：0V±0.25V。
	数字输出	高(H)电平电压范围：5.0V±0.25V，IO2最大输出电流 0.5 mA。低(L)电平电压范围：0V±0.25V。
地	接地	数字输入和输出端接地。

表 4-3 数字IO引脚参数说明


Ext IO1	数字IO1的功能设置		
	Off	关闭IO1功能。	
	Output	设置IO1为输出引脚。	
		L if out on	当仪器输出状态为On时，该引脚输出0V电平。当仪器输出状态为Off时，该引脚输出5V电平。
		H if out on	当仪器输出状态为On时，该引脚输出5V电平。当仪器输出状态为Off时，该引脚输出0V电平。
	Input	设置IO1为输入引脚。	
		L To out on	向IO1引脚输入0V电平时，仪器打开输出。向IO1引脚输入5V电平时，仪器关闭输出。
		H To out on	向IO1引脚输入5V电平时，仪器打开输出。向IO1引脚输入0V电平时，仪器关闭输出。
Ext IO2	数字IO2的功能设置		
	Off	关闭IO2功能。	
	Output	设置IO2为输出引脚。	
		L if out on	当仪器输出状态为On时，该引脚输出0V电平。当仪器输出状态为Off时，该引脚输出5V电平。
		H if out on	当仪器输出状态为On时，该引脚输出5V电平。当仪器输出状态为Off时，该引脚输出0V电平。

	Input	设置IO2为输入引脚。	
		L To out on	向IO2引脚输入0V电平时，仪器打开输出。向IO2引脚输入5V电平时，仪器关闭输出。
		H To out on	向IO2引脚输入5V电平时，仪器打开输出。向IO2引脚输入0V电平时，仪器关闭输出。

输出On/Off控制

数字IO1和IO2可用于控制电源的输出，由该引脚输入的高低电平控制。操作步骤如下：

- 设置IO2为输入引脚。
 - 按[Shift]+[I-set](Function)复合键，进入Function 菜单界面。
 - 旋转旋钮，选中**Ext IO2**，按 [Enter] 进入设定界面。
 - 旋转旋钮，选择**Input**后，按 [Enter] 设置IO2为输入引脚。
 - 旋转旋钮，选择**L To out on**或**H To out on**后，按 [Enter] 确认。
 - L To out on**：向IO2引脚输入0V电平时，仪器打开输出。向IO2引脚输入5V电平时，仪器关闭输出。
 - H To out on**：向IO2引脚输入5V电平时，仪器打开输出。向IO2引脚输入0V电平时，仪器关闭输出。
- 在引脚IO2和GND之间连接一个能够输出0V ~ 5V 电压的外部直流电压源，控制电源输出。




输出状态监视

可以通过将标准万用表连接到数字IO1和IO2针脚，来监视仪器的On/Off状态。操作步骤如下：

- 设置IO1为输出引脚。
 - 按[Shift]+[I-set](Function)复合键，进入Function 菜单界面。
 - 旋转旋钮，选中**Ext IO1**，按 [Enter] 进入设定界面。

- c. 旋转旋钮，选择**Output**后，按 **[Enter]** 设置IO1为输出引脚。
- d. 旋转旋钮，选择**L if out on**或**H if out on**后，按 **[Enter]** 确认。
 - **L if out on**：当仪器输出状态为**On**时，该引脚输出**0V**电平。当仪器输出状态为**Off**时，该引脚输出**5V**电平。
 - **H if out on**：当仪器输出状态为**On**时，该引脚输出**5V**电平。当仪器输出状态为**Off**时，该引脚输出**0V**电平。
2. 在引脚IO1和GND之间连接一个数字电压表，监视仪器的**On/Off**状态。



4.8.6 设置定时输出 (Off Timer)

可以设置电源输出的定时时间，定时器时间耗尽，电源自动关闭输出。定时值范围为 10ms 到 10000000ms。

定时输出设置的操作步骤如下。

1. 按**[Shift]+[I-set]**(Function)复合键，进入Function 菜单界面。
2. 使用旋钮或操作左右方向键，选择 **Off Timer**，按 **[Enter]** 键确认。
3. 使用旋钮或操作左右方向键，选择 **On**，打开定时器功能，按 **[Enter]** 键确认。
4. 使用旋钮调整输出定时值 **Timer**，再按 **[Enter]** 键确认。
5. 按**[Esc]**键，退出Function 菜单界面。

4.9 保护功能

4.9.1 设置过电压保护(rms)

用户可以设置过电压保护(rms)功能的过电压保护点值，如果输出电压达到过电压保护点，则过电压保护(rms)将关闭输出。该功能主要是保护测试中连接的待测物，使之不会过压，不会因过压而受损。OVP(rms)功能始终处于启用状态。

设置过电压保护点

1. 按[Shift]+[F-set](Protect)复合键，进入Protect 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选择OVP(rms)，按 [Enter] 键，进入设定界面。
3. 旋转旋钮，调整过电压保护点，按 [Enter] 键确认。
4. 按 [Esc] 键，退出保护菜单设置。

清除过电压(rms)操作

当发生过电压保护(rms)后，仪器发生如下响应：

- 仪器输出关闭，且除[Esc]键外，其他按键均被锁定；
- 蜂鸣器间断响三次，声音一长两短；
- 界面显示 OVPrms Occurred!!；
- 状态寄存器，OVPrms状态位置1。

要清除过电压(rms)并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。按 [Esc]键 (或发命令PROTECT:CLEAr)清除保护状态，仪器前面板 OVPrms Occurred!! 字样消除，仪器退出OVP(rms)状态。

4.9.2 设置过电压保护(peak)

用户可以设置过电压保护(peak)功能的过电压保护点值，如果输出电压达到过电压保护点，则过电压保护(peak)将关闭输出。该功能主要是保护测试中连接的待测物，使之不会过压，不会因过压而受损。OVP(peak)功能始终处于启用状态。

设置过电压保护点

1. 按[Shift]+[F-set](Protect)复合键，进入Protect 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选择OVP(peak)，按 [Enter] 键，进入设定界面。
3. 旋转旋钮，调整过电压保护点，按 [Enter] 键确认。
4. 按 [Esc] 键，退出保护菜单设置。

清除过电压(peak)操作

当发生过电压保护(peak)后，仪器发生如下响应：

- 仪器输出关闭，且除[Esc]键外，其他按键均被锁定；
- 蜂鸣器间断响三次，声音一长两短；
- 界面显示 OVPpeak Occurred!!；
- 状态寄存器，OVPpeak状态位置1。

要清除过电压(peak)并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。按 **[Esc]** 键 (或发命令PROTECT:CLEAr)清除保护状态，仪器前面板 OVPpeak Occurred!! 字样消除，仪器退出OVP(peak)状态。

4.9.3 设置欠电压保护(rms)

用户可以设置欠电压保护(rms)功能的欠电压限值，如果输出电压低于欠电压限值，则欠电压保护(rms)将关闭输出。UVP(rms)功能始终处于启用状态。

设置欠电压限值

1. 按**[Shift]+[F-set](Protect)**复合键，进入Protect 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选择**UVP(rms)**，按 **[Enter]** 键，进入设定界面。
3. 旋转旋钮，调整欠电压限值，按 **[Enter]** 键确认。
4. 按**[Esc]**键，退出保护菜单设置。

清除欠电压(rms)操作

当发生欠电压保护(rms)后，仪器发生如下响应：

- 仪器输出关闭，且除**[Esc]**键外，其他按键均被锁定；
- 蜂鸣器间断响三次，声音一长两短；
- 界面显示 UVPrms Occurred!!；
- 状态寄存器，UVPrms状态位置1。

要清除欠电压(rms)并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。按 **[Esc]** 键 (或发命令PROTECT:CLEAr)清除保护状态，仪器前面板 UVPrms Occurred!! 字样消除，仪器退出UVP状态。

4.9.4 设置过电流保护(rms)

用户可以设置过电流保护(rms)功能的过电流保护点值和保护延迟。如果输出电流达到过电流保护点，并且持续时间大于设定的保护延时时间，则过电流保护(rms)将关闭输出。该功能主要是保护测试中连接的待测物，使之不会过载，不会因过载而受损。OCP(rms)功能始终处于启用状态。

设置过电流保护点

1. 按**[Shift]+[F-set](Protect)**复合键，进入Protect 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选择**OCP(rms)**，按 **[Enter]** 键，进入设定界面。
3. 旋转旋钮，调整过电流保护点，按 **[Enter]** 键确认。
4. 按 **[Esc]** 键，退出保护菜单设置。

设置过电流保护延迟

您可以为OCP延迟指定一个值，以防输出设置、待测物和状态的瞬时变化发生过电流保护。在大多数情况下，这种瞬时情况不应视作过电流保护故障，此时并无必要让OCP条件禁用输出。指定OCP延迟将使OCP电路在指定的延迟区间忽略这些瞬时变化。一旦超过OCP延迟时间，且存在过电流条件，则关闭输出。

1. 按[Shift]+[F-set](Protect)复合键，进入Protect 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选择OCP Delay，按 [Enter] 键，进入设定界面。
3. 旋转旋钮，调整保护延迟时间，按 [Enter] 键确认。
4. 按 [Esc] 键，退出保护菜单设置。

清除过电流(rms)操作

当发生过电流保护(rms)后，仪器发生如下响应：

- 仪器输出关闭，且除[Esc]键外，其他按键均被锁定；
- 蜂鸣器间断响三次，声音一长两短；
- 界面显示 OCPrms Occurred!!；
- 状态寄存器，OCPrms状态位置1。

要清除过电流(rms)并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。按 [Esc]键 (或发命令PROTect:CLEar)清除保护状态，仪器前面板 OCPrms Occurred!! 字样消除，仪器退出OCP状态。

4.9.5 设置过电流保护(peak)

用户可以设置过电流保护(peak)功能的过电流保护点值和保护延迟。如果输出电流达到过电流保护点，并且持续时间大于设定的保护延时时间，则过电流保护(peak)将关闭输出。该功能主要是保护测试中连接的待测物，使之不会过载，不会因过载而受损。OCP(peak)功能始终处于启用状态。

设置过电流保护点

1. 按[Shift]+[F-set](Protect)复合键，进入Protect 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选择OCP(peak)，按 [Enter] 键，进入设定界面。
3. 旋转旋钮，调整过电流保护点，按 [Enter] 键确认。
4. 按 [Esc] 键，退出保护菜单设置。

设置过电流保护延迟

您可以为OCP延迟指定一个值，以防输出设置、待测物和状态的瞬时变化发生过电流保护。在大多数情况下，这种瞬时情况不应视作过电流保护故障，此时并无必要让OCP条件禁用输出。指定OCP延迟将使OCP电路在指定的延迟区间忽略这些瞬时变化。一旦超过OCP延迟时间，且存在过电流条件，则关闭输出。

1. 按[Shift]+[F-set](Protect)复合键，进入Protect 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选择OCP Delay，按 [Enter] 键，进入设定界面。
3. 旋转旋钮，调整保护延迟时间，按 [Enter] 键确认。
4. 按 [Esc] 键，退出保护菜单设置。

清除过电流(peak)操作

当发生过电流保护(peak)后，仪器发生如下响应：

- 仪器输出关闭，且除[Esc]键外，其他按键均被锁定；
- 蜂鸣器间断响三次，声音一长两短；
- 界面显示 OCPpeak Occurred!!；
- 状态寄存器，OCPpeak状态位置1。

要清除过电流(peak)并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。按[Esc]键 (或发命令PROTECT:CLEAR)清除保护状态，仪器前面板 OCPpeak Occurred!! 字样消除，仪器退出OCP状态。

4.9.6 设置过功率保护

用户可以设置过功率保护功能的过功率保护点值，如果输出功率达到过功率保护点，则过功率保护将关闭输出。该功能主要是保护测试中连接的待测物，使之不会过载，不会因过载而受损。OPP功能始终处于启用状态。

设置过功率保护点

1. 按[Shift]+[F-set](Protect)复合键，进入Protect 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选择OPP，按 [Enter] 键，进入设定界面。
3. 旋转旋钮，调整过功率保护点，按 [Enter] 键确认。
4. 按 [Esc] 键，退出保护菜单设置。

清除过功率操作

当发生过功率保护后，仪器发生如下响应：

- 仪器输出关闭，且除[Esc]键外，其他按键均被锁定；
- 蜂鸣器间断响三次，声音一长两短；
- 界面显示 OPP Occurred!!；
- 状态寄存器，OPP状态位置1。

要清除过功率并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。按[Esc]键 (或发命令PROTECT:CLEAR)清除保护状态，仪器前面板 OPP Occurred!! 字样消除，仪器退出OPP状态。

4.9.7 设置限电流保护

用户可以设置限电流保护功能的限流点值。如果输出电流峰值大于限电流保护点值，则保护被激活，输出电流被钳制并以该限流点值输出。若大电流输出持续10个周期后，电流仍然未降至限流点以下，则电源关闭输出。若输出电流在10个周期内降至限流点以下，则电源继续按照正常设置继续输出。

限电流保护功能限制仪器的输出，以防止损坏待测物。

设置限电流保护点

1. 按[Shift]+[F-set](Protect)复合键，进入Protect 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选择MCL，按 [Enter] 键，进入设定界面。
3. 旋转旋钮，调整限电流保护点，按 [Enter] 键确认。
4. 按 [Esc] 键，退出保护菜单设置。



说明

- 当频率设置小于或等于100Hz时，可以调整MCL值。如果频率设置超过100Hz，则MCL值将被锁定为最大值。有关特定数据，请参考4.10.6 恢复仪器出厂设置中MCL值。
- MCL的保护动作由硬件控制，误差在 $\pm(1-2)$ A之内。

清除限电流保护操作

当发生限电流保护后，仪器发生如下响应：

- 仪器输出关闭，且除[Esc]键外，其他按键均被锁定；
- 蜂鸣器间断响三次，声音一长两短；
- 界面显示 DA_OCOVP Occurred!!；

要清除限电流并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。按[Esc]键（或发命令PROTECT:CLEAR）清除保护状态，仪器前面板 DA_OCOVP Occurred!! 字样消除，仪器退出限电流保护状态。

4.9.8 设置Sense检查保护

Sense检查保护是用户可编程设定的功能，可启用或禁用。启用后，将在仪器输出之前检查远端量测，如果远端感测端子(sL+、sN-)反接时，将激活保护并停止输出。禁用时，仪器不会检查输出前是否连接了远端感测端子。

设置Sense检查保护

1. 按[Shift]+[F-set](Protect)复合键，进入Protect 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选择Sense Check，按 [Enter] 键，进入设定界面。

3. 旋转旋钮，**On** 和**Off** 选项切换显示。选择**On** 或**Off**后，按 **[Enter]** 键确认。
 - **Off**：默认值，禁用**Sense**检查保护。
 - **On**：启用**Sense**检查保护。
4. 按 **[Esc]** 键，退出保护菜单设置。

清除保护操作

当发生保护后，仪器发生如下响应：

- 仪器输出关闭，除**[Esc]**键外，其他按键均被锁定；
- 蜂鸣器间断响三次，声音一长两短；
- 界面显示**Remote Sense Occurred!!**

要清除保护并恢复正常运行状态，请先删除导致保护故障的条件。按**[Esc]**键（或发命令**PROTect:CLEar**）清除保护状态，仪器前面板**Remote Sense Occurred!!**字样消除，仪器退出保护状态。

4.9.9 限定设定值范围

所有设定值(**Vac**, **Vdc**, **Freq**, **OCPrms**)都可在0到100%之间调节，您可以在**Protect** 菜单中重新设置所有设定值的上下限。当限定值设置完成后，**Vac**, **Vdc**, **Freq**, **OCPrms**等设定值只能在上下限值范围内设定。操作步骤如下：

1. 按**[Shift]+[F-set](Protect)**复合键，进入**Protect** 配置菜单页面。
2. 旋转旋钮，选择**Range Set**，按 **[Enter]** 键，进入设定界面。
3. 旋转旋钮，**Vac**、**Vdc**、**Freq**和**OCPrms**等设定值的最大/最小值选项切换显示。选择一项后，按**[Enter]** 键确认。
 - **Vac-Max**：设定交流电压设定值的最大值；
 - **Vac-Min**：设定交流电压设定值的最小值；
 - **Vdc-Max**：设定直流电压设定值的最大值；
 - **Vdc-Min**：设定直流电压设定值的最小值；
 - **Freq-Max**：设定频率设定值的最大值；
 - **Freq-Min**：设定频率设定值的最小值；
 - **OCP-Max**：设定**OCPrms**设定值的最大值；
 - **OCP-Min**：设定**OCPrms**设定值的最小值。
4. 旋转旋钮调整该项参数大小，按**[Enter]** 键确认。
5. 按 **[Esc]** 键，退出保护菜单设置。

4.10 系统相关操作

4.10.1 本地/远程模式切换

本系列仪器提供本地操作和远程操作两种模式，初始化模式默认为本地操作模式。

- 本地操作模式：使用仪器前面板上的按键进行相关操作。
- 远程操作模式：仪器与PC连接，在PC端执行相关操作，以实现对仪器的远程控制。仪器为远程操作模式时，前面板[Enter]键被点亮，且除[On/Off]键和[Local]键外，其他按键均不可用（如果出现保护状态，仍然可以使用[Esc]键清除保护）。若希望从远程模式切换为本地操作的模式，可通过[Local]键切换，操作模式的改变不会影响仪器的输出参数。

4.10.2 存取操作

仪器可以把一些常用的参数保存在10组非易失性存储器中，供用户方便、快速的取出使用。每组存储的内容包括：输出模式(AC/DC)、AC电压设定值、DC电压设定值、过电流保护点值、频率设定值和相位角。

存储操作

1. 按[Shift]+[4] (Save) 复合键，进入参数保存界面。

```
110.0V    1.00A    60.0Hz
Save data bank = 0
```

信息说明：

- 第一行显示为即将存储的内容，即当前设定值。
 - 第二行显示为存储位置设定值。
2. 旋转旋钮输入0~9数字，设定存储位置。
 3. 按[Enter]键，保存当前设定值。

调用操作

1. 按[Shift]+[1] (Recall) 复合键，进入参数调用界面。

```
5.00V    6.00A DC MODE
Recall data bank =3
```

信息说明：

- 第一行显示为调用位置存储的内容。
 - 第二行显示为调用位置设置值。
2. 旋转旋钮输入0~9数字，设置调用位置。
 3. 按[Enter]键，调用存储器中的内容作为当前设定值使用。

4.10.3 键盘锁功能

您可以锁定前面板按键，防止从前面板对仪器进行不必要的控制。通过按下 **[Shift]+[Enter]** (Lock)复合键，锁定面板上的按键，此时**[Enter]**按键被点亮，且除 **[On/Off]**和**[Shift]+[Enter]** (Lock) 键可用外，其他按键均被锁定。

解除键盘锁方法：复按**[Shift]+[Enter]** (Lock)复合键，即可解除锁定。

4.10.4 设置蜂鸣器声音

该菜单项可以设置键盘按下时蜂鸣器是否鸣叫。

操作步骤

1. 按**[Shift]+[Select]**(System)复合键，进入System 菜单界面。
2. 旋转旋钮，选中**Beep**，按 **[Enter]** 键确认。
3. 旋转旋钮，**On** 和**Off** 选项切换显示。选择**On** 或**Off**后，按 **[Enter]** 键确认。
 - On：默认值，表示蜂鸣器声音开启。
 - Off：表示蜂鸣器声音关闭。
4. 按**[Esc]**键，退出菜单界面。

此时，蜂鸣器声音状态的改变立即生效。

4.10.5 设置仪器上电状态

该菜单项用于控制仪器上电时的参数和On/Off状态。 具体的上电参数和状态包括以下内容：

- 输出模式(AC/DC)、AC电压设定值、DC电压设定值、过电流保护点值和频率设定值；
- 仪器的On/Off状态，即**[On/Off]** 键的状态。

操作步骤

1. 按**[Shift]+[Select]**(System)复合键，进入System 菜单界面。
2. 旋转旋钮，选中**PowerOn**，按 **[Enter]** 键确认。
3. 旋转旋钮，设置仪器上电的状态值，按 **[Enter]** 键确认。
 - Reset：默认值，表示仪器上电时使用固定设置。仪器固定设置信息如下表所示。

表 4-4 仪器固定设置

参数	固定设置值
Vac	50V
Vdc	0V

参数	固定设置值
OCP	Max
Freq	50.0Hz
AC + DC	Off
Output Mode	AC
[On/Off]开关状态	Off

- Last：表示仪器上电时使用上次关机前的设置和On/Off状态。
 - Last+Off：表示仪器上电时使用上次关机前的设置和Off状态。。
4. 按[Esc]键，退出菜单设置。

4.10.6 恢复仪器出厂设置

该菜单项用于将所有仪器的设置恢为出厂默认值。该菜单项的设置方法如下：

1. 按[Shift]+[Select](System)复合键，进入System 菜单界面。
2. 旋转旋钮，选中**System Reset**，按 [Enter] 键确认。
3. 旋转旋钮，**Yes** 和**No** 选项切换显示。选择**Yes** 或**No** 后，按 [Enter] 键确认。
 - No：默认值，表示取消对该菜单项的设置。
 - Yes：表示确认执行仪器恢复出厂设置。
4. 按[Esc]键，退出菜单界面。

表 4-5 仪器出厂设置

参数	出厂默认值
Source	
Vac	50V
Vdc	0V
OCP	3A
Freq	50.0Hz
Config菜单	
I Range	Auto
AC + DC	Off
On Phase	0.0°
Off Phase	0.0°

参数	出厂默认值
V-Rise Time	1ms
Wave	Sine
System菜单	
Beep	On
PowerOn	Last+Off
CAN Address	1
CAN Baudrate	500K
IP Mode	Auto
IP	192.168.0.2
Gate	192.168.0.1
Mask	255.255.255.0
DNS1	0.0.0.0
DNS2	0.0.0.0
Port	30000
GPIB Address	1
RS232 Baudrate	115200
Relay Ctrl	Out Syn
System Reset	No
Protect菜单	
OVP(rms)	300V
OVP(peak)	300V
UVP(rms)	0.0V
OCP(rms)	3A
OCP(peak)	10A
OCP delay	50ms
OPP	300VA
MCL	20A
Sense Check	Off
Vac-Max	300V

参数	出厂默认值
Vac-Min	0.0V
Vdc-Max	400V
Vdc-Min	- 400V
Freq-Max	500Hz
Freq-Min	45.0Hz
OCP-Max	3.15A
OCP-Min	0.00A
Function菜单	
List Mode	Off
List Trigger	Off
Dimmer	Off
Surge Trap	Off
Ext IO1	Off
Ext IO2	Off
Off Timer	Off

4.10.7 查看系统信息

该菜单项用于查看当前仪器的系统信息。查看方法如下：

1. 按[Shift] + [Select](System)复合键，进入System 菜单界面。
2. 旋转旋钮，选中**System Info**，按 [Enter] 键确认。
3. 旋转旋钮，可上下翻页查看仪器的系统信息。具体参数如下表所示：

参数名	描述
Manufacturer	制造商名称
Model	产品型号
Version	程序版本号
Serial Number	产品序列号
SCPI Error	SCPI命令错误信息
Last Cal. Date	上次校准日期

4. 按[Esc]键，退出菜单界面。

4.10.8 设置继电器控制

电源输出有一个内置继电器，用于连接负载，可实现电源端与负载端电气隔离。

- 当输出继电器设置为**NC**时，它表示该继电器不管电源的输出状态是否处于Off皆会常闭，即接入负载电路。
- 当输出继电器设置为**Out Syn**时，它表示只在输出状态处于On时才会闭合；若输出状态处于Off时，则输出继电器会断开，即隔离负载电路。

操作步骤

1. 按[Shift] + [Select](System)复合键，进入System 菜单界面。
2. 旋转旋钮，选中Relay Ctrl，按 [Enter] 键确认。
3. 旋转旋钮，Out Syn 和NC 选项切换显示。选择Out Syn 或NC后，按 [Enter] 键确认。
 - Out Syn：继电器与Output 连动，打开仪器输出时，继电器闭合；关闭仪器输出时，继电器断开，仪器端与负载端电气隔离。
 - NC：继电器常闭，打开或关闭仪器输出不影响继电器动作。
4. 按[Esc]键，退出菜单界面。



说明

当DUT是阻性负载时，建议选择NC选项，这样输出速度响应较快并且继电器的寿命也可以延长。出于安全原因，当DUT是其他类型的负载时，您需要选择Out Syn选项。

5 日常维护

本章将介绍 IT7200 系列电源的一般维护项和维护方法。

- ◆ 仪器自检
- ◆ 清洁与保养
- ◆ 界面信息参考
- ◆ 联系ITECH 工程师
- ◆ 返厂维修

5.1 仪器自检

仪器自检将检查逻辑和电源网格系统的最低设置是否功能正常，不会启用输出或在输出上施加任何电压。仪器自检可通过以下两种方式实现：

- 关闭再打开电源。每次仪器开机时，都将执行自检。此测试假定您的仪器处于工作状态。
- SCPI 指令：`*TST?`。如果返回值为 0，则自检通过；如果为 1，则自检失败。若自检失败，请使用 `SYSTem:ERRor?` 查看自检错误。有关错误代码列表，请参阅《IT7200 编程与语法指南》。

5.2 清洁与保养

为确保仪器的安全功能和性能，请正确清洗和保养仪器。

警告

- 为了防止电击，请在清洁之前断开交流电源以及所有测试引线。
- 切勿使用清洁剂或溶剂。
- 切勿拆卸仪器，尝试清洗机箱内部。

请使用柔软的无尘布稍稍沾湿后清洁仪器的机箱外表面以及前面板显示屏，使用毛刷清除仪器通风孔和散热风扇上的灰尘。

5.3 界面信息参考

IT7200 系列电源提供详细的错误及提示信息功能，方便用户在测量和使用过程中方便的定位问题和执行测量。

本节介绍IT7200 系列电源所提供的所有错误信息及排除方法，并列出所有提示信息。

错误信息列表

错误信息	说明与排除方法
OVPrms Occurred!!	面板的电压读值超过OVPrms的设定值，检查OVPrms 设定值是否过低或输出电压设定值太高。
OVPpeak Occurred!!	输出电压回读值的峰值超过OVPpeak的设定值，检查OVPpeak 设定值是否过低或输出电压峰值太高。
UVPrms Occurred!!	输出电压稳态时的回读值低于UVPrms的设定值，检查UVPrms设定值是否过高，或异常加载造成电压瞬降。
OCPrms Occurred!!	面板的电流读值超过OCPrms的设定值，检查OCPrms 的设定值是否过低或加载太大。
OCPeak Occurred!!	输出电流的回读峰值超过OCPeak的设定值，检查OCPeak 设定值是否过低或输出电流峰值太高。
OPP Occurred!!	输出总功率超过OPP的设定值，检查OPP的设定值是否过低或加载太大。
Over Temp Occurred!!	系统温度过高，检查风扇是否停止运转或转速没随着输出加载而增加。
Fan Error Occurred!!	侦测不到风扇转速，检查风扇是否因故障停止运转。
DD_OCP Occurred!!	硬件(DCtoDC动力级)的过电流保护被触发，检查输出是否有短路或异常加载之状况。
DA_OCOVP Occurred!!	硬件(DCtoAC动力级)的硬件保护被触发，检查输出是否有短路或异常加载之状况。
PFC fail Occurred!!	DSP控制板和PFC动力级无法建立通讯。
OPP Limit Occurred!!	瞬间输出功率超过硬件能承受的最大负荷，检查输出是否有短路或异常加载之状况。
DSP disconnected!!	控制板通讯异常，检查 UI显示板与控制板(DSP)通讯连接线。
Interface disconnected!!	适配卡通讯异常或未安装通讯卡。
SCPI Error xxx	SCPI 命令错误，代码请参考《IT7200 编程与语法指南》“SYSTem:ERRor?”。
System Restart	PFC动力级启动异常。

提示信息列表

提示信息	说明
TEST MEMORY	内存初始化
List Test x	List x资料初始化
Read LIST x Data	读取第x LIST数据
AC Power Off	关闭电源
Invalid in Output Mode	该操作在输出模式下不可用。
Invalid in DC Mode	该操作在DC模式下不可用。
Over 100 Hz	频率设置超过100 Hz，此时无法调整MCL。
Invalid in AC+DC = Off	AC+DC功能关闭时，电源输出On状态下不可切换 AC 或 DC
Invalid in Analog Ctrl	V-Set 和I-Set是由模拟量控制，不可从电源前面板控制。

5.4 联系ITECH 工程师

本节介绍当仪器出现故障时用户需要做的操作流程。

联系前准备

当仪器发生故障后，在返回艾德克斯公司维修或联系工程师前，您需要先做以下准备。

- 完成 [设备故障自检](#)中的各项检查，并确认是否依然存在问题。
- [收集仪器 SN 编号](#)

若依然存在问题，请仔细阅读手册前言中的保固服务及保固限制内容。确认您的仪器符合保固服务条件。若过了质保期后，ITECH 以具有竞争力的价格提供维修服务。

设备故障自检

当仪器发生故障时，请自检做好以下检查，弄清楚故障是来自仪器本身而不是其他外在连接的原因，如果通过简单的检查操作能恢复仪器故障将节省您维修成本和时间。

- 检查交流电源线已牢固地连接到仪器和通电的插座。
- 检查是否已按下前面板上的 **Power** 开关。
- 检查仪器自检成功并各项规格和性能在指标范围内。
- 检查仪器是否显示错误信息。

- 使用其他仪器代替该仪器进行操作确认。

收集仪器 SN 编号

艾德克斯公司将频繁改进其产品提供其性能、可用性和可靠性。艾德克斯公司服务人员会记录每台仪器的变更记录，所有相关信息都根据每台仪器的序列号来唯一标识。返厂维修的设备必须以SN 编号作为跟踪ID。

当联系工程师时仪器有效的SN 编号将是您得到有效的服务和完整信息的有效保证。您可以通过以下方式获取仪器SN 编号：

1. 按[Shift]+[Select](System)复合键，进入System 菜单界面。
2. 旋转旋钮，选中**System Info**，按[Enter] 键确认。
3. 旋转旋钮，翻页查看仪器的Serial Number编号。

请记录该SN 编号，在做维修服务时需要提供SN信息。

联系 ITECH 工程师方法

若仪器需要返厂维修或校准等维护服务，请登录本公司网站www.itechate.com获取技术支持与服务或直接拨打ITECH服务电话4006-025-000。

5.5 返厂维修

如果您的仪器在保修期内发生故障，ITECH 将根据您的保修条款修理或更换仪器。保修期过后，ITECH 将以具有竞争力的价格提供维修服务。您还可以选择购买超过标准质保期的延期维修服务合约。

获得维修服务

要获得适用于您的仪器的服务，请选择您最方便的联系方式后联系ITECH工程师。ITECH公司将安排修理或更换您的仪器，或者可以提供保修或维修成本信息(如适用)。

重新包装

小心

请勿使用任何形状的苯乙烯微粒作为包装材料。它们不能很好的固定仪器在包装箱的位置，也不能防止仪器在包装箱内晃动，而且苯乙烯微粒产生的静电会损坏仪器，微粒进入后面板孔等情况也会损坏仪器。

ITECH 建议您保留原来的运输箱，用于运回货物，并始终为货物投保。要将仪器运送到 ITECH 进行维修或修理，请执行以下操作：

1. 从本公司网站下载ITECH仪器维修服务申请单，填写完整并随仪器放入包装箱。
2. 将仪器置于原来的包装箱中，并装填适当的包装材料。

如果原来的运输包装箱已不能用，新使用的包装箱要确保在整个仪器周围可以装入至少10厘米（4英寸）厚的可压缩包装材料。使用不产生静电的包装材料。

3. 用强力胶带或金属带将包装箱捆紧。

6 技术规格

本章将介绍本系列产品的额定电压、额定电流、额定功率等主要技术参数和产品的使用存储环境、温度。

◆ IT7221

◆ IT7222

6.1 IT7221

参数		IT7221
AC Input		
电压		220-230Vac(±10%)
相位		单相
频率		47-63Hz
最大电流		3.3A
AC Output		
最大输出功率		300VA
最大输出电压		300V
输出相位		单相
最大有效值电流		3A
最大峰值电流		9A
频率范围		45 - 500Hz
相位范围		0 – 359.9°
总谐波失真*1*3 (Resistive Load)		≤0.3% at 50/60Hz ; ≤1% at 45-500Hz
波峰因数		3
电源调解率*3 (Resistive Load)		≤0.06%
负载调解率*3 (Resistive Load)		≤0.15%
电压(VAC) *4	分辨率	0.1V
	精度	±(0.2% +0.2%×F.S.)
频率	分辨率	0.1Hz
	精度	±0.1%

参数		IT7221
相位度数	分辨率	0.1°
	精度	0.5°
直流偏压值		20mV
效率		73% (典型值)
DC Output		
最大输出功率		300W
电压输出		±400V
电流范围		±3A
电压(VDC)	精度	±(0.2%+0.2%×F.S.)
动态响应时间 (Full load of 10~90%)		≤0.5ms
Meter		
交流电压(VAC)	量程	0-300V
	分辨率	0.1V
	精度	±(0.25%+0.25%×F.S.)
交流有效值电流 (IAC, High档)	量程	0.1 -3A
	分辨率	10mA
	精度	±(0.5% +0.5%×F.S.)
交流有效值电流 (IAC_L, Low档 at 100Hz)	量程	0.1 - 1250 mA
	分辨率	0.1mA
	精度	±(0.25% +0.25%×F.S.)
交流峰值电流(IP)	量程	0-4.25A
	分辨率	10mA
	精度	±(0.4% +0.8%×F.S.)
直流电压(VDC)	精度	±(0.25% +0.25%×F.S.)
直流电流 (IDC, High档)	精度	±(0.25% +0.355%×F.S.)
直流电流 (IDC, Low档)	精度	±(0.25% +0.355%×F.S.)
频率	量程	45Hz-500Hz
	分辨率*5	0.1Hz
	精度*2	±0.1%
功率 (S)	分辨率	100mVA
	精度	±(0.5% +0.5%×F.S.)

参数		IT7221
Other		
尺寸	不含脚柱,保护罩	449.4 mm(D)x 214.5 mm(W)x 88.2 mm(H)
	含脚柱,保护罩	493.9 mm(D)x 255 mm(W)x 110 mm(H)
重量	8.05kg	

*1 : THD测试的最低电压为100Vac

*2 : 测试频率显示精度最低可用电压为100Vac

*3 : 使用纯电阻性负载进行测试

*4 : 规格适用范围最低电压为3Vac

*5 : 频率分辨率适用范围 45~99.9Hz.

*6 : 规格适用环境温度范围为 23±2°C.

6.2 IT7222

参数	IT7222
AC Input	
电压	220-230Vac (±10%)
相位	单相
频率	47-63Hz
最大电流	5.5A
AC Output	
最大输出功率	600VA
最大输出电压	300V
输出相位	单相
最大有效值电流	6A
最大峰值电流	18A
频率范围	45 - 500Hz
相位范围	0 – 359.9°
总谐波失真*1*3 (Resistive Load)	≤0.3% at 50/60Hz ; ≤1% at 45-500Hz
波峰因数	3
电源调解率*3 (Resistive Load)	≤0.06%

参数		IT7222
负载调解率*3 (Resistive Load)		≤0.15%
电压(VAC) *4	分辨率	0.1V
	精度	±(0.2% +0.2%×F.S.)
频率	分辨率	0.1Hz
	精度	±0.1%
相位度数	分辨率	0.1°
	精度	0.5°
直流偏压值		20mV
效率		79% (典型值)
DC Output		
最大输出功率		600W
电压输出		±400V
电流范围		±6A
电压(VDC)	精度	±(0.2%+0.2%×F.S.)
动态响应时间 (Full load of 10~90%)		≤0.5ms
Meter		
交流电压(VAC)	量程	0-300V
	分辨率	0.1V
	精度	±(0.25%+0.25%×F.S.)
交流有效值电流 (IAC, High 档)	量程	0.1 -6A
	分辨率	10mA
	精度	±(0.5% +0.5%×F.S.)
交流有效值电流 (IAC_L, Low 档 at 100Hz)	量程	0.1 - 1250 mA
	分辨率	0.1mA
	精度	±(0.25% +0.25%×F.S.)
交流峰值电流 (IP)	量程	0-8.5A
	分辨率	10mA
	精度	±(0.4% +0.8%×F.S.)
直流电压(VDC)	精度	±(0.25% +0.25%×F.S.)
直流电流 (IDC,High 档)	精度	±(0.25% +0.355%×F.S.)
直流电流 (IDC, Low 档)	精度	±(0.25% +0.355%×F.S.)

参数		IT7222
频率	量程	45Hz-500Hz
	分辨率*5	0.1Hz
	精度*2	±0.1%
功率 (S)	分辨率	100mVA
	精度	±(0.5% +0.5%×F.S.)
Other		
尺寸	不含脚柱，保护罩	449.4 mm (D) x 214.5 mm (W) x 88.2 mm(H)
	含脚柱，保护罩	93.9 mm (D) x 255 mm (W) x 110 mm(H)
重量		11 kg

*1：THD 测试的最低电压为100Vac.

*2：测试频率显示精度最低可用电压为100Vac.

*3：使用纯电阻性负载进行测试.

*4：规格适用范围最低电压为3Vac.

*5：频率分辨率适用范围 45~99.9Hz.

*6：规格适用环境温度范围为 23±2℃.

A 附录

- ◆ 红黑测试线规格
- ◆ 内建波形

A.1 红黑测试线规格

艾德克斯公司为客户提供可选配的红黑测试线，用户可以选配本公司测试线进行测试，如下表格列出本公司红黑测试线规格与所能承受的最大电流。

型号	规格	长度	描述
IT-E30110-AB	10A	1m	鳄鱼夹-香蕉插头 红黑测试线一对
IT-E30110-BB	10A	1m	香蕉插头-香蕉插头 红黑测试线一对
IT-E30110-BY	10A	1m	香蕉插头-Y端子 红黑测试线一对
IT-E30312-YY	30A	1.2m	Y端子 红黑测试线一对
IT-E30320-YY	30A	2m	Y端子 红黑测试线一对
IT-E30615-OO	60A	1.5m	圆端子 红黑测试线一对
IT-E31220-OO	120A	2m	圆端子 红黑测试线一对
IT-E32410-OO	240A	1m	圆端子 红黑测试线一对
IT-E32420-OO	240A	2m	圆端子 红黑测试线一对
IT-E33620-OO	360A	2m	圆端子 红黑测试线一对

如下表格列举了AWG铜线所能承受的最大电流值对应关系。

AWG	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
最大电流值 (A)	60	40	30	20	13	10	7	5	3.5	2.5	1.7



说明

- AWG (American Wire Gage), 表示的是 X 号线 (导线上有标记)。上表列举的是单条导线在工作温度 30°C 时的载流量, 仅供参考。
- 在选择导线尺寸时, 除导线温度之外, 还应考虑压降因素。

尽管设备将补偿导线中的电压, 但建议尽可能减小电压降, 以防止设备消耗过多的功率或者对负载变化的动态响应不良。较大直径的电线尺寸将有助于最小化电线的压降。扭曲或捆绑电线将有助于减少瞬态电压降。

A.2 内建波形

IT7200系列电源内建30条高达40次的谐波失真波形, 下表列出了每个谐波的各次谐波成份。在表中, N表示谐波次数, %表示该次谐波占基波(1次)成份的百分比。其他未列出的各次谐波的成份为0。

波形

成份

THD1



N	%
1	100
2	2.1
5	9.9
7	16
8	2.2

THD2



N	%
1	100
3	1.6
7	1.6
19	2.5

THD3



N	%
1	100
3	2
5	1.5
7	2
23	1.5
31	1

波形

成份

THD4




N	%
1	100
3	2.5
5	2
7	2.5
23	2
25	1.2
31	1.5
33	1.2

THD5



N	%
1	100
3	1.2
5	3
7	1.5
9	2.5
11	1.5

THD6




N	%
1	100
3	1.65
5	4.5
7	3.5
15	1.1
19	3

波形


成份

THD7




N	%
1	100
3	2.5
5	5.5
7	3
9	4.5
11	3
15	1.5
21	1

THD8



N	%
1	100
3	5
5	1.6
7	2.8
11	1.5
15	2
17	1.2

THD9



N	%	N	%
1	100	15	3
3	7.35	17	1.65
5	2.5	19	1.1
7	4.05	21	1.05
11	2.2	23	1.2
13	1.05	26	1.05

波形


成份

THD10



N	%	N	%
1	100	15	4
3	9.9	17	2.3
5	3.3	19	1.5
7	5.5	21	1.5
9	1.25	23	1.6
11	2.8	25	1.5
13	1.5		

THD11



N	%
1	100
3	17.8

THD12




N	%
1	100
3	21.3

波形

成份

THD13




N	%
1	100
3	24.6

THD14



N	%
1	100
2	2.35
5	9.9
7	15.9
8	2.5

THD15



N	%
1	100
2	1.16
5	5
7	8
8	1.25

波形

成份

THD16



N	%
1	100
5	2.46
7	3.98

THD17



N	%
1	100
3	1.15
5	4.1
7	2
9	1.3

THD18



N	%
1	100
3	7.18
5	3.45
9	0.8

波形

成份

THD19




N	%
1	100
3	8.13
5	3.46
9	1

THD20



N	%
1	100
3	9.4
5	3.45
9	1.15

THD21



N	%
1	100
3	2
5	1.85
7	1.65
9	1.25
11	0.9

波形


成份

THD22




N	%
1	100
3	3
5	2.75
7	2.45
9	2
11	1.45
13	0.85

THD23



N	%
1	100
3	4.15
5	3.85
7	3.25
9	2.62
11	2
13	1.24

THD24



N	%	N	%
1	100	15	0.8
3	5.65	21	1.05
5	5.14	23	1.26
7	4.43	25	1.33
9	3.55	27	1.21
11	2.64	29	0.94
13	1.67		

波形


成份

THD25




N	%	N	%
1	100	15	1.03
3	7.29	21	1.33
5	6.32	23	1.64
7	5.72	25	1.68
9	4.6	27	1.55
11	3.43	29	1.25
13	2.18		

THD26



N	%	N	%
1	100	19	1.03
5	3.55	23	4.13
7	2.67	25	4.15
11	8.88	35	2.62
13	7.85	37	2.85

THD27



N	%
1	100
21	1.39
23	5.4
25	2.28

波形


成份



N	%	N	%
1	100	21	4.5
3	33.35	23	4
5	20.05	25	3.26
7	13.85	27	2.96
9	10.82	29	0.26
11	8.52	31	2
13	7.23	33	2
15	6.5	35	2
17	5	37	2
19	5	39	2



N	%	N	%
1	100	21	4.49
3	33.35	23	4
5	20.05	25	1
7	13.85	27	1
9	10.82	29	1
11	8.52	31	1
13	7.23	33	1
15	6.5	35	1
17	5	37	1
19	5	39	1



联系我们

感谢您关注ITECH 产品,如果您对手册内容有任何疑问,可以通过以下几种方式联系我们。

